



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 ekoziol@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 30.11.2023r.

SPZOZ . AZ . 2023 .

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę testów i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 3 zadania częściowe, AZ-P.2023.36, [wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr 1.](#)

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm., dalej Pzp) przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

A. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:

Zadanie nr 1

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści do postępowania przetargowe:

- dotyczy części nr 1 - Formularza cenowego, tabela wymagane parametry analizatora, B. pozostałe wymagania, pkt. 6, ppkt. d)
- proszę o wskazanie do których parametrów Zamawiający będzie żądał kontroli zewnątrzlaboratoryjnej i ile razy do roku oczekuje takiej kontroli?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do wszystkich parametrów wymienionych w tabeli. jeden raz w roku.*

Zadanie nr 3

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynniki do czasu protrombinowego płynne, nie wymagające rekonstytucji (zwracamy uwagę, że płynne odczynniki do czasu protrombinowego stanowią pożądaną przez Zamawiającego Parametr oceniany, tymczasem w Parametrach wymaganych znalazł się wymóg liofilizatu)

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na odczynniki płynne do oznaczania PT i dokonuje stosownej modyfikacji w załączniku nr 2/3 do SWZ w tabeli „Wymagania dotyczące odczynników” w pkt 12 ppkt b), który przyjmuje brzmienie:*

*„b) odczynnik liofilizowany, możliwość uzyskania odczynnika gotowego do użytku na minimum 2 dni robocze zakładając ok. 50 oznaczeń/dzień **LUB odczynniki płynne nie wymagające rekonstytucji (parametr punktowany)**”.*

Wykonawca winien uwzględnić powyższą zmianę zapisu w składanej ofercie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych odczynników pochodzących od producenta analizatora?

Odpowiedź: *Tak.*

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych w fazie projektowania analizatora i jego oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych w ustawieniach analizatorze?

Odpowiedź: Nie.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych w fazie projektowania analizatora i jego oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych w ustawieniach analizatorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

B. MODYFIKACJE

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art. 271 ust. 1 oraz art. 286 Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy w treści SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu poprzez przesunięcie terminów jak niżej:

- a) **pkt 13.1.** SWZ przyjmuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.01.2024r.”;
 - b) **pkt 15.2.** SWZ przyjmuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2023r. do godziny 09:00”;
 - c) **pkt 15.3.** SWZ przyjmuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2023r. o godz. 09:05”;
- Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Jarosław Kończyło

.....
Kierownik Zamawiającego

Załącznik:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia