



Znak: AE/ZP-27-26/24

Tarnów, 2024-03-28

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników SpO₂, jednorazowego użytku, bezklejowe, dla wcześniaków i noworodków o wadze do 3 kg, mocowanie - opaska na stopę/rękę, do kardiomonitorów FX3000 (producent Nellcor)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie 8 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO₂ w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)₂ 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%, zmieniające barwę z białej na fioletową, w kanistrach o gramaturze 5 kg ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** w Pakiecie nr 9 w poz. 1 powinny być zaferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 9 poz. 1 do odrębnego pakietu. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1.**

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** wapna sodowego opisanego w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający wymaga w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** zaferowania szczoteczek cytologicznych spełniających wymagania SWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 9 poz. 1** do odrębnego Pakietu.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

