



**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Poznań, dnia 16 kwietnia 2021 roku

Dz. Z. P. – 07/____/21

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego na dostawę wyrobów medycznych.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 17.03.2021 roku, pod numerem: 2021/S 053 - 132738

WYJAŚNIENIE NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśniam:

Zestaw nr 1

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że w rozdziale III pkt. 5 ppkt. 3) SWZ doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający zamiast wymogu oświadczenia o produkcie biobójczym dla części nr 51 (Koncentrat płynny do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych)- opis przedmiotu zamówienia wskazuje na wyrób medyczny, miał na myśli oświadczenie dla części nr 52 (Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych), co jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1:

„Preparat w formie nasączonych gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi i wysokiej temperatury (możliwość zastosowania do inkubatorów), bez aktywatora, nie zawierające związków uwalniających aktywny tlen, kwas nadoctowy, chlor, aldehydów. Spektrum działania: B, F, Tbc (Mycobacterium: avium, terrae, tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro, SARS), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Preparat zgodny z normą PN EN 14885:2018. Wyrób medyczny klasy IIb i produkt biobójczy.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w rozdziale III pkt 5 ppkt 3) SWZ doszło do omyłki pisarskiej, w wyniku której Zamawiający omyłkowo wpisał wymóg oświadczenia o produkcie biobójczym dla Części nr 51 – Koncentrat płynny do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych -, a powinien wpisać taki wymóg zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu asortymentowo – cenowym (Załączniku nr 1) w odniesieniu do Części nr 52 – Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Niniejszym Zamawiający koryguje w/w omyłkę pisarską.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 72
e-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl

