

DEZ/1117/2024

Jelenia Góra, 16.07.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU TELERADIOLOGII

polegających na wykonywaniu opisów badań diagnostyki obrazowej poprzez zdalne
opisy badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, rtg
i mammograficznych

Nr postępowania konkursowego: 1/KO/2024

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Udzielający zamówienia informuje, że wpłynęły zapytania do konkursu ofert jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1

Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na skrócenie okresu obowiązywania Umowy z 24 na 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWKO.

Pytanie nr 2

Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na wydłużenie czasu opisu dla badań: MR w trybie „PILNYM” – z 24h do 96h, TK w trybie „PILNYM” – z 24h do 72h, MR w trybie „PLANOWYM” – z 120h do 480h, TK w trybie „PLANOWYM” – z 120h do 192h, Czy badania RTG wykonane w trybie „PILNYM” i „PLANOWYM” mają mieć ten sam czas na opis do 120h?

Odpowiedź: Zgodnie z SWKO.

Pytanie nr 3

Czy Udzielający Zamówienia może uszczegółowić jaki ma być dokładny zakres integracji oraz przedstawić schemat wysyłania zlecenia do opisu i odbierania wyniku.

Czy w przypadku integracji z systemem PACS firmy SIEMENS – SYNGO PLAZA wystarczająca będzie integracja DICOM?

Odpowiedź: Zgodnie z SWKO.

Pytanie nr 4

Badania kierowane przez Udzielającego Zamówienia do Przyjmującego Zamówienie w ramach realizacji usług w systemie teleradiologii są przekazywane szyfrowanym VPN na centralny serwer, z którego radiolodzy Przyjmującego Zamówienie pobierają badania, zatem nie ma konieczności łączenia stacji lekarza opisującego badanie również szyfrowanym VPN do lokalnego serwera Zamawiającego. Czy Udzielający Zamówienia zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 5

Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na zmianę wymaganych dokumentów lekarzy radiologów i usunięcie podpunktu: d. certyfikat ukończenia kursu ochrony radiologicznej, gdyż dokument ten nie jest wymagany od lekarzy Radiologów dokonujących opisów w systemie teleradiologii.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6

Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na zmodyfikowanie Załącznika nr 1 SWKO, ponieważ obecna jego wersja uniemożliwia wpisanie odpowiednich cen/wartości w przypadku badań porównawczych. W jaki sposób ma zostać wyrażona wartość dla badań z dodatkowymi atrybutami: procentowo czy kwotowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWKO.

Pytanie nr 7

Czy Udzielający Zamówienia może wyjaśnić jakie badania „cito-cito” będą kierowane do systemu teleradiologii, które wskazane są w Załączniku nr 1 do SWKO?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyjaśnia, że opis badania w trybie „cito-cito” został wskazany omyłkowo. Poprawione załączniki: Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy oraz Załącznik Nr 4 - Wzór umowy w załączeniu.

Pytanie nr 8

Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na zapłatę wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę jak w pytaniu.

Pytanie nr 9

Czy Udzielający zgodzi się na zmianę wysokości kar umownych, które przyjmą następujące brzmienie: „W razie nieterminowego wykonania opisu badań obrazowych i przekazania ich w drodze transmisji danych Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienie karę w wysokości 5% wartości dla każdego stwierdzonego przypadku opóźnionego badania”

Odpowiedź: Zgodnie z SWKO.

Pytanie nr 10

Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 na 1 miesiąc wskutek oświadczenia jednej ze Stron ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWKO.

Pytanie nr 11

Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na rezygnację z wykonywania opisów badań TK serca i MR serca w systemie teleradiologii. Czy badania TK/MR serca są wykonywane pod nadzorem i w obecności Lekarza Radiologa? Na jakim aparacie wykonywane są badania serca?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na rezygnację z wykonywania opisów badań TK serca i MR serca w systemie teleradiologii. Udzielający zamówienia wyjaśnia, że badania jak w pytaniu są wykonywane pod nadzorem lekarza, a wykaz aparatów został sprecyzowany w SWKO,

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.

=====
Pozostałe zapisy utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ

.....