

FZP.II-241/31/21/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. pn. „**PERYMETR KOMPUTEROWY WRAZ ZE STOLIKIEM**”

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga by perymetr zaoferowany był wraz z monitorem oraz drukarką - jako komplet gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający, wraz z Perymetrem, wymaga też dostarczenia drukarki umożliwiającej wydruk badań?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika elektrycznego bez półki dedykowanej pod drukarkę umiejscowionej w dolnej części stolika?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści również stół na dwa urządzenia z regulacją wysokości (od podłoża) min: 580 mm, max: 830mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół bez głównego włącznika zasilania umieszczonego na kolumnie? Proponowany stół posiada podwójne gniazdo zasilania do podłączenia urządzeń medycznych oraz kabel zasilający bezpośrednio do głównego zasilania.

Odpowiedź: Tak.