

Gdańsk, dnia 12 lipca 2019 r.

D10.251.38.G.2019

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę stymulatorów do głębokiej stymulacji mózgu i przeciwbólowych, pomp morfinowo-baklofenowych oraz zastawek neurochirurgicznych dla dorosłych i dzieci.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ (komis bez użyczenia) poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Przechowywane wyroby medyczne pozostają własnością Wykonawcy do momentu pobrania ich z miejsca przechowania przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 2 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ (komis z użyczeniem) poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Przechowywane wyroby medyczne pozostają własnością Wykonawcy do momentu pobrania ich z miejsca przechowania przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 3 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ (komis bez użyczenia) poprzez dodanie § 7 ust. 4 o następującej treści: „Wyroby, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w przechowaniu więcej niż jeden wyrób danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności wyrób z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ (komis bez użyczenia) poprzez dodanie § 7 ust. 3 o następującej treści: „Wyroby, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w przechowaniu więcej niż jeden wyrób danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności wyrób z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ (komis bez użyczenia) poprzez nadanie § 4 ust. 2 następującego brzmienia: „Wykonawca może w każdej chwili, w szczególności raz na kwartał, po powiadomieniu Zamawiającego, dokonać spisu z natury wyrobów medycznych, w tym kontroli ważności wyrobów medycznych przekazanych na przechowanie, a ponadto przysługuje mu prawo kontroli warunków przechowywania.”

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 6 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ (komis z użyczeniem) poprzez nadanie § 4 ust. 2 następującego brzmienia: „Wykonawca może w każdej chwili, w szczególności raz na kwartał, po powiadomieniu Zamawiającego, dokonać spisu z natury wyrobów medycznych, w tym kontroli ważności wyrobów medycznych przekazanych na przechowanie, a ponadto przysługuje mu prawo kontroli warunków przechowywania.”

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 13

SYSTEMY ZASTAWKOWE DO LECZENIA WODOGŁOWIA U DOROSŁYCH

1 Zastawka programowalna z pięcioma stopniami ustawień, programowana niezależnie od źródła prądu, standardowa długość 47mm(±2mm), szerokość 16mm(±2mm). Możliwość sprawdzenia ustawionego programu bez konieczności wykonywania zdjęcia RTG z mechanizmem antysyfonowym. Pokryta powiązaniem kowalencyjnie hydrożelem

2 Zastawka programowalna z pięcioma stopniami ustawień, programowana niezależnie od źródła prądu mała długość 35mm(±2mm), szerokość 13mm(±2mm). Możliwość sprawdzenia ustawionego programu bez konieczności wykonywania zdjęcia RTG z mechanizmem antysyfonowym. Pokryta powiązaniem kowalencyjnie hydrożelem

3 Zastawka niskociśnieniowa, średnociśnieniowa, wysokociśnieniowa z wbudowanym układem antysyfonowym działającym niezależnie od położenia, standardowa, długość 40mm (±2mm), szerokość 16,5mm (±2mm). Pokryta powiązaniem kowalencyjnie hydrożelem

4 Zastawka niskociśnieniowa, średnociśnieniowa, wysokociśnieniowa z wbudowanym układem antysyfonowym, działającym niezależnie od położenia, mała, długość 36mm(±2mm), szerokość 13mm (±2mm). Pokryta powiązaniem kowalencyjnie hydrożelem

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również w pozycjach 1-4 zastawek wg opisu ale bez kowalencyjnego hydrożelu

Powyższe rozwiązanie umożliwi operatorowi wybór dopasowany do potrzeb pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 8 dot. pakietu nr 13

SYSTEMY ZASTAWKOWE DO LECZENIA WODOGŁOWIA U DOROSŁYCH

6 Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego – główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika ciśnienia ICP; filtr, odpowietrznik hydrofobowy, komora 75ml lub 100 ml, wymienny worek do drenażu 600ml lub 700 ml, soczewka powiększająca na przedzie komory ściekowej lub bez soczewki, kompatybilny i nie interferujący w polu MR, dren komorowy 35cm lub 30 cm

Czy Zamawiający wymaga aby drenażowy dren komorowy był impregnowany barem ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 9 dot. pakietu nr 18

ZASTAWKI DO LECZENIA WODOGŁOWIA DLA DZIECI

1 Zastawka do regulacji przepływu CSF, konturowa mała, wolna od lateksu, umożliwiająca przeprowadzenie badania MRI i TK – średnociśnieniowa, niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa, Czy Zamawiający wymaga aby zastawka mała wg opisu była nie dłuższa niż 20 mm i nie szersza niż 11 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 10 dot. pakietu nr 18

ZASTAWKI DO LECZENIA WODOGŁOWIA DLA DZIECI

2 Zastawka do regulacji przepływu płynu CSF, konturowa średnia, wolna od lateksu, umożliwiająca przeprowadzenie badania MRI i TK – średnociśnieniowa, niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa Czy Zamawiający wymaga aby zastawka średnia wg opisu była nie dłuższa niż 25 mm i nie szersza niż 12 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 11 dot. pakietu nr 18

ZASTAWKI DO LECZENIA WODOGŁOWIA DLA DZIECI
Czy Zamawiający wymaga aby zastawki z oferowane w pozycjach 1-4 pokrywały zakres ciśnień od 10 do 170mmH₂O ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 12 dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie zastawek i akcesorii kompatybilnych do wymienionych tj.:

Poz. 1 - Zastawka do regulacji przepływu CSF, Hakim mała, wolna od lateksu, umożliwiająca przeprowadzenie badania MRI i TK – średnociśnieniowa, niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 13 dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie zastawek i akcesorii kompatybilnych do wymienionych tj.:

Poz. 2 - Zastawka do regulacji przepływu płynu CSF, Hakim średnia, wolna od lateksu, umożliwiająca przeprowadzenie badania MRI i TK – średnociśnieniowa, niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 14 dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie zastawek i akcesorii kompatybilnych do wymienionych tj.:

Poz. 3 - Zastawka typu Hakim o szerokości 11 mm. Wymagane: zintegrowane łączniki do drenów, zbiornik do nakłuwania, brak elementów metalowych (niskociśnieniowa, średnociśnieniowa, wysokociśnieniowa)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 15 dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie zastawek i akcesorii kompatybilnych do wymienionych tj.:

Poz. 4 - Zastawka typu Hakim o szerokości 14 mm. Wymagane: zintegrowane łączniki do drenów, zbiorniki do nakłuwania, brak elementów metalowych (niskociśnieniowa, średnociśnieniowa, wysokociśnieniowa)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 16 dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie zastawek i akcesorii kompatybilnych do wymienionych tj.:

Poz. 5 - Dren komorowy, impregnowany barem, o długości min. 20cm, w nakładka antyzłamaniowa oraz przewodnik ze stali nierdzewnej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 17 dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie zastawek i akcesorii kompatybilnych do wymienionych tj.:

Poz. 8 - Rezerwuar Rickhama dla noworodków 6 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 18 dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie zastawek i akcesorii kompatybilnych do wymienionych tj.:

Poz. 9 -Zestaw do drenażu komorowy zewnętrzny w systemie zamkniętym. Wymagane: dren komorowy impregnowany barem, o długości min. 30cm z trokarem, łącznik typu luer, worek o pojemności min. 700ml, wymagana skala ciśnień, kołnierz mocujący, zastawka antyrefluksowa. System z możliwością upuszczania płynu bez konieczności wymiany worka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 19 dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie zastawek i akcesorii kompatybilnych do wymienionych tj.:

Poz. 10 – Czy w związku z możliwością upuszczania płynu z worka drenażowego Zamawiający zrezygnuje z poz.10? Pozostałe parametry wg SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **1 sierpnia 2019 r.**, w następujący sposób:


1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 „Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje wybierając przedmiotowe postępowanie **w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r., do godz. 10:00**”

ust. 2 „Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 093 za pomocą platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert”.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy). Aktualny załącznik dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.copernicus.gda.pl.

Z poważaniem


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu:
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 271 848 000,00 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064