

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Nr 1

wraz z informacją o modyfikacji SWZ

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela poniższych wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 08.08.2023r. :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 5 – Respirator (1szt)

1. Lp. 91 - Czy zamawiający jest w stanie odjąć 5 punktów z 10 za opisany parametr lub całkowicie zrezygnować ze wskazanej funkcji? Zaznaczyć należy, że wyłącznie jeden producent tj. firma GE posiada w swojej ofercie w/w funkcję co znacznie może ograniczyć konkurencję.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację zapisów SWZ. Parametr ten jest punktowany, co oznacza, że wykonawca może zaoferować respirator bez modułu Kalorymetrii pośredniej, ale nie otrzyma punktów w kryterium oceny ofert Jakość: Parametry techniczno-funkcjonalne.

Powyższy parametr ma dla Zamawiającego istotne znaczenie dlatego postanawia zwiększyć ilość punktów za ten parametr i przyznać 15 pkt.

W związku z powyższą modyfikacją zmianie ulega wartość poszczególnych parametrów punktowanych w ramach kryterium oceny ofert Jakość: Parametry techniczno –funkcjonalne dla części nr 5 Respirator (szczegóły w informacji o modyfikacji SWZ poniżej)

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

2. § 3 ust. 4 lit. d

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

3. § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp. Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu.

4. § 8 ust. 1 ppkt. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary za odstąpienie od umowy z 20% do 10%?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu

5. § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości sumy kar umownych z 50% do 10%?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu

Zestaw pytań nr 2 z dnia 09.08.2023r. :

1. Dotyczy Załącznika nr 1A-11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – **Część 11 laser YAG z wyposażeniem – Wymagania ogólne Pkt 5.**
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w punktu na:
„Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z ~~podjęciem~~ **naprawy** (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.
2. Dotyczy Załącznika nr 1A-11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – **Część 11 laser YAG z wyposażeniem – Wymagania ogólne Pkt 6.**
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w punktu na:
Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych **7 dni robocze lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.**
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści zmianę na: Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych.
3. Dotyczy Załącznika nr 1A-11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – **Część 11 laser YAG z wyposażeniem – Wymagania ogólne Pkt 7**
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w zapisu na:
Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych **14 dni robocze lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.**
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści zmianę na: Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych.
4. Dotyczy Załącznika nr 1A-11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – **Część 11 laser YAG z wyposażeniem – Wymagania ogólne Pkt 14**
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w punktu na:
Gwarancja produkcji części zamiennych **2 lata po zakończeniu gwarancji.**
Uzasadnienie:
W związku z faktem, że ustawa o wyrobach medycznych i rozporządzenie Rady Parlamentu UE 2017/745 (MDR) art. 10 - nie nakładają obowiązku zapewniania części zamiennych oraz zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2648/18 WYROK z dnia 14 stycznia 2019 r. - z którego wynika, iż zamawiający może żądać zapewnienia części ale na okres nie dłuższy niż ogólna gwarancja – prosimy o zmianę w/w punktu.
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu (Ponadto Zamawiający informuje, że powyższy wyrok KIO nie stawia takiej tezy i dotyczy zupełnie innej sytuacji).

Zestaw pytań nr 3 z dnia 10.08.2023r. :

1. **(pakiet 11, zał. 1A-11 do SWZ, pkt. 20)** Ad. 20 Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową o oświetleniu LED - układ optyczny umożliwiający ogniskowanie światła na stałej i odpowiedniej płaszczyźnie?
Odp. Zamawiającego:
Nie, Zamawiający wymaga lampy szczelinowej o parametrach zgodnych z SWZ. Zamawiający wymaga aby lampa szczelinowa posiadała układ optyczny zapewniający oświetlenie koaksjalne (koaksacyjne) typu LED.
2. **(pakiet 11, zał. 1A-11 do SWZ, pkt. 26-35)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

Lp.	Parametr	Tak/Nie	Parametr oferowany
-----	----------	---------	--------------------

1	Unit okulistyczny na dwa urządzenia		
2	Szuflada na soczewki próbne		
3	Kolumna z oświetleniem LED		
4	W zestawie elektryczne ramię foroaptera		
5	Elektryczna regulacja fotela góra-dół w zakresie 520-680 mm		
6	Fotel wyposażony w podnózek i podłokietniki		
7	Waga: 250 kg		
8	Wysokość blatu: 860 mm		
9	Wymiary (pozycja spoczynkowa): 1000 x 1706 mm		
10	Wymiary (pozycja robocza): 1000 x 1188 mm		
11	Maksymalne obciążenie blatu: 2x25 kg		
12	Sterowanie za pomocą panelu kontrolnego lub pilota zdalnego sterowania		
13	Konstrukcja unitu umożliwia podłączenie wielu urządzeń w zależności od ich konfiguracji.		

Odp. Zamawiającego:

Wykonawca zadając pytanie winien odnieść się do konkretnego parametru składającego się na Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuści unit o wysokości blatu od podłogi 860 mm oraz w którym sterowanie funkcjami określonymi w pkt 29 odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania, o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje w Zał. 1A -11 do SWZ następujące punkty:

29	Dotykowy panel sterujący wbudowany w korpus unitu z następującymi przyciskami: - góra/dół fotel - opuszczanie fotela w sposób ciągły do dołu - włącznik aparatów znajdujących się na blacie - włącznik rzutnika - włącznik oświetlenia „do bliży” lampa na kolumnie - zwolnienie elektro-blokady (Zamawiający dopuszcza sterowanie powyższymi funkcjami za pomocą pilota zdalnego sterowania)
34	Wysokość blatu od podłogi: 860 - 875 mm

3. **(pakiet 11, zał. 1A-11 do SWZ, pkt. 51)** Czy Zamawiający dopuści moc cylindryczną w zakresie: 0 do +/- 6 D?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści

4. **(pakiet 11, zał. 1A-11 do SWZ, pkt. 53)** Czy Zamawiający dopuści regulację odległości między źrenicami: 48-75 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści

5. **(pakiet 11, zał. 1A-11 do SWZ, pkt. 56)** Czy Zamawiający dopuści Retinoskopię: +1.5 D?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

6. **(pakiet 11, zał. 1A-11 do SWZ, pkt. 66)** Czy Zamawiający dopuści odległość pracy: 15 mm?

**Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści.**

Zestaw pytań nr 4 z dnia 10.08.2023r. :

dot. załącznik nr 4 – wzór umowy

§ 1 ust. 2, pkt b), c)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu uruchomienia urządzenia medycznego i sprawdzenia jego prawidłowego działania oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi tego urządzenia, w zakresie zadania nr 15. Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w pakiecie, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga uruchomienia oraz szkolenia pracowników, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.

Odp. Zamawiającego:

Dla Pakietu nr 15 Zamawiający nie wymaga uruchomienia urządzenia medycznego i sprawdzenia jego prawidłowego działania oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi tego urządzenia (w Zał. 1A-15). Zamawiający informuje ponadto, iż Wzór umowy jest ogólny dla wszystkich Pakietów – przy zawieraniu umowy zostanie dostosowany zgodnie z wymaganiami określonymi dla każdego Pakietu (zał. 1A dla danego Pakietu/części).

§ 3 ust. 3 pkt a), ust. 4 pkt g, ust. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie zadania nr 15, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odp. Zamawiającego:

Dla Pakietu nr 15 Zamawiający nie wymaga zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów.

Zestaw pytań nr 5 z dnia 11.08.2023r. :

Dotyczy: Część nr 13 – Wózek do przewożenia pacjentów - 2 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni licząc od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający przedłużył termin realizacji zamówienia do 16.10.2023. Termin realizacji wynika z konieczności dochowania terminów wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu.

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości leża w segmencie oparcia pleców 700 mm, a w segmencie stałym 1160 mm (długość materaca 1900 mm)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

4. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca w kolorze ciemno niebieskim?

Odp. Zamawiającego:

Tak (kolorystyka uzgodniona zostanie z wybranym Wykonawcą po wyborze ofert).

5. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznej składającej się z 1 poziomej górnej poprzeczki oraz 5 poprzeczek pionowych zabezpieczających przed wypadnięciem?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie barierek bocznych składających się z 1 poziomej górnej poprzeczki oraz min. 5 poprzeczek pionowych zabezpieczających przed wypadnięciem.

6. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego podwozie osłonięte estetyczną, tworzywową osłoną z wyprofilowanym miejscem na rzece pacjenta oraz miejscem na butlę tlenową z paskiem zabezpieczającym butlę przed przemieszczaniem?

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

Dotyczy: Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór umowy

1. Prosimy w § 3 „Warunki gwarancji i serwisu” pkt. 3 ppkt. a) oraz pkt. 4 ppkt. g) o wyrażenie zgody (dla części nr 13 – Wózek do przewożenia pacjentów - 2 szt.) na wykonywanie bezpłatnego przeglądu serwisowego / technicznego zgodnie z zaleceniami producenta na koniec okresu gwarancji, czyli w 36 miesiącu trwania gwarancji?

Odp. Zamawiającego:

Tak, ilość przeglądów zgodna z wymogami producenta sprzętu. Dla wózków zamawiający nie określił wymogu wykonania przeglądu.

Zestaw pytań nr 6 z dnia 11.08.2023r. :

Dotyczy zadania 6: respiratora transportowego

1. W nawiązaniu do wzoru umowy załącznik nr 4 do SWZ §3 ustęp 4 litera d oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zał. 1A-6 do SWZ wymagania ogólne punkt 5 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

2. W nawiązaniu do wzoru umowy załącznik nr 4 do SWZ §3 ustęp 4 litera e oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zał. 1A-6 do SWZ wymagania ogólne punkt 6 i 7 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy do max 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do max 10 dni roboczych.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od wystawienia faktury?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Zestaw pytań nr 7 z dnia 11.08.2023r. :

Dotyczy Zał. 1A-12, część nr 12: Łóżka szpitalne z wyposażeniem – 15kpl, stoliki przyłóżkowe-10szt, materace-20szt:

Część 12: II –stoliki przyłóżkowe (szafka) -10szt:

1. Dot. Pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 96,4cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

2. Dot. Pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 77,5-105,6cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

3. Dot. pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w metalowy, lakierowany reling na ręcznik pacjenta umieszczony na bocznej ścianie, dwa metalowe relingi przy blacie głównym oraz tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego, pełniące funkcję zabezpieczenia przed zsunięciem się przedmiotów np. kubka, kubek postawiony lub schowany w szafce jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, tym samym

szafka nie musi posiadać i nie jest wyposażona w haczyk na ręcznik oraz uchwyt na kubek i uzna powyższe rozwiązanie za równoważne?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Dotyczy: Warunki gwarancji i serwisu

4. Czy Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 4 do SWZ wzór umowy §3 warunki gwarancji i serwisu ust. 3 pkt c obowiązek wykonania bezpłatnych napraw przez wykonawcę nie obejmuje napraw, które będą wynikać z nieprawidłowej eksploatacji wyrobu.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Zestaw pytań nr 8 z dnia 11.08.2023r. :

Dotyczy Części nr 10 – Pompy infuzyjne (4 szt.)

1. **Poz.1** - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania:
- płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe (brak możliwości podaży żywienia dojelitowego)),
 - leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające),
 - krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

2. **Poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści masę pompy gotowej do użycia ~ 2,1kg?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści masę pompy gotowej do użycia do 2,1 kg. Parametr punktowany pozostaje bez zmian

3. **Poz.8** - Czy Zamawiający dopuści, aby część komunikatów była wyświetlana w postaci rysunków wraz z opisami, a nie jako pełna instrukcja, w celu łatwiejszego pokazania niektórych funkcji i czynności do wykonania przez użytkownika, m.in. graficzny instruktaż podczas zakładania strzykawki itp.?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

4. **Poz.9** - Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony przed wilgocią IP 22 wg normy EN 6060529?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

5. **Poz.10** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm z bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną umożliwiającą łatwą obsługę pompy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

6. **Poz.11** – Czy Zamawiający dopuści, aby uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia były na stałe wbudowane w pompę. Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwyty mocującego lub jakichkolwiek innych części, co jest dużym ułatwieniem podczas użytkowania pompy. Wszechstronny zacisk zainstalowany na stałe z pompą, pozwalający na zamontowanie na poręczu lub stojaku: Stojak/statyw: maks. 20–40 mm / poręcz/szyna: 25–35mm × 10 mm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

7. **Poz.12** - Czy Zamawiający dopuści napęd strzykawki automatyczny, z manualnym mocowaniem strzykawki, z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

8. **Poz.13** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml? Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia

stosowania strzykawki 2 ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

9. **Poz.16** - Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiającą podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego, Technologia IEEE 802.11 a/b/g/n, Pasma częstotliwości 2,400 → 2,500 GHz (2,4 GHz to pasmo ISM), 4,900 → 5,850 GHz (górne pasmo), Modulacja OFDM z BPSK, QPSK, 16-QAM oraz 64-QAM 802.11b z CCK i DSSS, Bezpieczeństwo bezprzewodowe WPA/WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-PSK, Protokoły sieciowe TCP, IPv4, DHCP, http, Typowa moc nadawania (± 2 dBm) 17 dBm dla 802.11b DSSS, 17 dBm dla 802.11b CCK, 15 dBm dla 802.11g/n OFDM, 12 dBm w trybie 802.11a. Nadajniki radiowe IEEE wbudowane w pompę wykorzystujące następujące standardy i częstotliwości: IEEE 802.11a: pasmo częstotliwości 5 GHz, IEEE 802.11b: pasmo częstotliwości 2,4 GHz, IEEE 802.11g: pasmo częstotliwości 2,4 GHz, IEEE 802.11n: pasmo częstotliwości 2,4 i 5 GHz?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

10. **Poz. 17** – Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający dopuści, aby aktualizacja oprogramowania oraz biblioteki leków odbywała się stacjonarnie bez trwającej infuzji?

Odp. Zamawiającego:

Parametr opisany w pkt. 17 jest punktowany, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować produkt bez tej funkcjonalności, ale nie otrzyma punktów w kryterium oceny ofert.

11. **Poz.18** – Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości infuzji 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

12. **Poz.19** - Czy Zamawiający dopuści, aby objętość do podania / dawka wlewu były w zakresie: Objętość: 0,1–999 ml / Dawka: 0,1–9999 jednostek? Wstępnie wybierana objętość: 0,1 – 99,9 ml programowana co 0,1 ml, 100,0 – 999,0 ml programowana co 1 ml; Utrudnieniem jest programowanie objętości powyżej 10ml, a tym bardziej powyżej 100 ml co 0,01 ml, ponieważ przy tak dużych objętościach nie ma potrzeby aż tak precyzyjnych ustawień jak 0,01 ml.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

13. **Poz.20** - Czy Zamawiający dopuści funkcję programowania czasu w zakresie 00h01min - 96h?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

14. **Poz.22** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompą z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

15. **Poz.25** - Czy Zamawiający dopuści bolus bezpośredni: Prędkość: 50 – 1200 ml/h (zwiększanie o 50 ml/h). - Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1 – 99,9 ml 0,01 – 9999 jednostek / 1 sekundę – 24 h?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

16. **Poz.29** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie; gdzie lampki infuzji w trybie nocnym są mniej jaskrawe, a ekran przyciemniony?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

17. **Poz.30** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością wgrania biblioteki leków z możliwością zapisania w pompie procedur dozowania leków, z podziałem biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym na 19 profili, bez kodowania kolorami. Wybór oddziału dostępny w pompie. Zawierającą 2850 leków? Każdy lek może być powiązany z limitami miękkiemi, z

limitami twardymi, Nazwa leku naprzemiennie widoczna na wyświetlaczu pompy z informacjami o alarmach, możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

18. **Poz.32** – Czy Zamawiający dopuści wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora powyżej 11 godz. przy przepływie 5 ml/h; Czas ponownego ładowania poniżej 6 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

19. Poz.33 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompę, w której pobór mocy, czyli inaczej wartość, którą określa się zużycie prądu przez dane urządzenie było przedstawione w jednostkach VA i w tym wypadku zużycie prądu było równe 10-15 VA?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt spełniał wymagania minimalne określone w SWZ

20. Poz.5 – Wymagania ogólne – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy wynosił nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

21. Poz.6 – Wymagania ogólne – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy niewymagający sprowadzenia części zamiennych wynosił max 4 dni robocze, a w razie konieczności zostanie dostarczony sprzęt zastępczy na czas naprawy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

22. Poz.7 – Wymagania ogólne – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych wynosił max 7 dni roboczych, a w razie konieczności zostanie dostarczony sprzęt zastępczy na czas naprawy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Zestaw pytań nr 9 z dnia 14.08.2023r. :

Część nr 12

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o wymiarach 1574 x 661 mm, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem pilota przewodowego i panelu centralnego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści ale nie wymaga panelu centralnego

4. Czy w związku z pkt. 10 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z blokadą/ odblokowywaniem magnetyczną na pilocie przewodowym (Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. Pozycje dostępne w trybie pacjenta: regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda. Dedykowana przycisk dla pozycji siedzącej - pozycja krzesła kardiologicznego. Dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża - tj. Pozycja do spania) oraz możliwością blokady indywidualnej na panelu centralnym (przycisk aktywacji tylko dla funkcji ratującej życie – funkcja CPR i antyszokowa)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o standardzie IPX4?
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z miejscem w części środkowej łóżka w postaci pręta, na którym można zawiesić worki urologiczne?
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową z blatem bocznym o wymiarach 55 x 37 mm?
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
9. Czy w związku z pkt. 7 tabeli Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling?
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową z blatem bocznym wyposażonym w dwie listwy w kształcie litery C zamiast galeryjek?
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
11. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odp. Zamawiającego:
Nie. Zamawiający wydłużył termin realizacji do 16.10.2023r.

Część nr 14

12. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odp. Zamawiającego:
Nie. Zamawiający wydłużył termin realizacji do 16.10.2023r.

Zestaw pytań nr 10 z dnia 14.08.2023r. :

Dotyczy: Rozdział II punkt 3 SWZ, załącznik 1A-5, 1A-7, 1A-8 do SWZ

Pytanie 1. Prosimy o jednoznaczne określenie minimalnego roku produkcji urządzeń.

Odp. Zamawiającego:

Wymagany przez Zamawiającego rok produkcji urządzenia/sprzętu został jednoznacznie określony dla każdego Pakietu w Zał. 1A dla każdej części. Zamawiający wymaga roku produkcji 2023 dla większości części - Zamawiający dopuścił rok produkcji 2022r. dla części nr 12, 13, 18.

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ § 3 ust. 4 litera e oraz stosowne zapisy załączników 1A-5, 1A-7, 1A-8 do SWZ „Wymagania ogólne”

Pytanie 2. Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

Dotyczy: Załącznik 1A-5, Część nr 5 – Respirator (1szt), warunki graniczne parametrów, pkt. 5

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator wyposażony w 18.5 calowy, pojemnościowy ekran dotykowy?

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści. Zamawiający wymaga respiratora o przekątnej minimum 15,6”.
Zamawiający nie wymaga, aby ekran był szklany.

Dotyczy: Załącznik 1A-5, Część nr 5 – Respirator (1szt), warunki graniczne parametrów, pkt. 16

Pytanie 4. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora z funkcją wentylacji nieinwazyjnej NIV oraz dedykowaną funkcją wentylacji NIV przez hełm w min. 4 trybach wentylacji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora z funkcją wentylacji nieinwazyjnej NIV oraz dopuści respirator z dedykowaną funkcją wentylacji NIV przez hełm w min. 4 trybach wentylacji, ale nie wymaga.

Dotyczy: Załącznik 1A-5, Część nr 5 – Respirator (1szt), warunki graniczne parametrów, pkt. 21

Pytanie 5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania respiratora, który jest wyposażony w tryb APRV oraz min. dwa tryby pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje minimum możliwości rozszerzenia o tryb wentylacji APRV i dopuści respirator posiadający min. dwa tryby pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje parametry punktowane w ramach kryterium oceny ofert **Jakość: Parametry techniczno-funkcjonalne** oraz wprowadza dodatkowy parametr punktowany: **Respirator posiadający min. dwa tryby pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego** – za który przyzna 5 pkt.

W związku z powyższą modyfikacją zmianie ulega wartość poszczególnych parametrów punktowanych w ramach kryterium oceny ofert **Jakość: Parametry techniczno – funkcjonalne** dla części nr 5 Respirator (szczegóły w informacji o modyfikacji SWZ poniżej)

Dotyczy: Załącznik 1A-5, Część nr 5 – Respirator (1szt), warunki graniczne parametrów, pkt. 26

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator wyposażony w 18.5 calowy ekran z trybem wentylacji BiLevel ST?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Dotyczy: Załącznik 1A-5, Część nr 5 – Respirator (1szt), warunki graniczne parametrów, pkt. 63

Pytanie 7. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora z możliwością odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej, który może zostać rozbudowany o zasilany i sterowany z poziomu respiratora pomiar głębokości znieczulenia?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora z możliwością odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej, oraz dopuści, ale nie wymaga respiratora, który może zostać rozbudowany o zasilany i sterowany z poziomu respiratora pomiar głębokości znieczulenia.

Dotyczy: Załącznik 1A-5, Część nr 5 – Respirator (1szt), warunki graniczne parametrów, pkt. 74

Pytanie 8. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora z zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów, funkcją ręcznej regulacji jasności ekranu oraz dedykowanym trybem „ekranu nocnego”, w którym ekran jest przyciemniony i prezentuje zredukowaną ilość informacji numerycznych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora z zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów oraz dopuści, ale nie wymaga respiratora z funkcją ręcznej regulacji jasności ekranu oraz dedykowanym trybem „ekranu nocnego”, w którym ekran jest przyciemniony i prezentuje zredukowaną ilość informacji numerycznych.

Dotyczy: Załącznik 1A-7, Część nr 7 – Defibrylator z kardiowersją (1szt), warunki graniczne parametrów, pkt. 41

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z monitorowaniem EKG; wyświetlaniem min. 1 wybranego z 8 dostępnych odprowadzeń EKG (dostępnych przy użyciu przewodu 6 żyłowego); wyborem wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łożek defibrylatora, I, II, III.; Zakresem pomiarowym tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min.; Wzmocnieniem zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x 0,5; x1; x2, x4 ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Zestaw pytań nr 11 z dnia 21.08.2023r. :

Pytania dotyczą Zał. 1A-9 OPZ – Głowice USG:

1. Część nr 9 – Głowice do aparatu USG (2 szt)

Pytanie dotyczy części „**Wymagania ogólne**” pkt. 1.

Czy Zamawiający obniży okres wymaganej gwarancji do 12miesięcy. Zwracając uwagę, że doposażony aparat jest po okresie gwarancji, a standardowa fabryczna gwarancja na głowice ultrasonograficzne wynosi 12 miesięcy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu.

2. Część nr 9 – Głowice do aparatu USG (2 szt)

Pytanie dotyczy części „**Wymagania ogólne**” pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie instalacji, wymaganego sprzętu przez przedstawiciela autoryzowanego dystrybutora?

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

Zamawiający informuje, iż dla wszystkich części, w których określił wymagania dotyczące instalacji przez autoryzowany serwis producenta, należy rozumieć również instalację przez autoryzowanego dystrybutora danego sprzętu.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SWZ

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że dokonuje zmiany SWZ, wzoru umowy (Zał. nr 4) oraz Zał. 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia w brzmieniu określonym w odpowiedziach na pytania Wykonawców - zmiany te są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Ze względu na dużą liczbę zmian dla części 5, 10, 11, 12 i 13 Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane załączniki:

- zał. 1A-5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 3 – Respirator
- zał. 1A-10 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 10 - Pompy infuzyjne
- zał. 1A-11 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 11 - Laser YAG
- zał. 1A-12 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 12 - Łóżka szpitalne, stoliki przyłóżkowe,
- zał. 1A-13 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 13 – Wózek do przewożenia pacjentów

Zamawiający dokonał również modyfikacji parametrów punktowanych w ramach kryterium oceny ofert **Jakość: Parametry techniczno-funkcjonalne dla części nr 5 Respirator stacjonarny**. Łączna suma punktów, jakie może uzyskać oferta Wykonawcy w tym kryterium nie ulega zmianie (40 pkt),

zmieniają się parametry oceniane oraz punktacja przyznana za zaoferowanie poszczególnych parametrów.

Parametry punktowane:	
87	<p>Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 3 m od jednostki wentylacyjnej (podać)</p> <p>Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt</p>
88	<p>Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP: opisać.</p> <p>lub</p> <p>Możliwość wykonania dwóch niezależnych manewrów: manewru rekrutacji w którym po rozpoczęciu manewru respirator czeka na kolejny wydech, a następnie dostosowuje ustawioną rekrutację PEEP, z następnym regularnym wdechem rozpoczyna się rozszerzony wdech oparty na ustalonej wartości dla Pwdech. + PEEP i skonfigurowanego czasu manewru oraz manewru oddechowego podczas którego prowadzony jest przyłóżkowy zapis quasi-statycznego wykresu P/V (ciśnienie/objętość).</p> <p>Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt</p>
89	<p>Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych</p> <p>Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt</p>
90	<p>Podpowiedzi tekstowe i graficzne dotyczące minimum trybów wentylacji, alarmów i manewrów terapeutycznych wyświetlane na ekranie</p> <p>Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt</p>
91	<p>Respirator posiadający moduł Kalorymetrii pośredniej</p> <p>Punktacja: TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt</p>
92	<p>Respirator posiadający min. dwa tryby pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego</p> <p>Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt</p>

Zamawiający informuje ponadto, iż przedłuża termin wykonania zamówienia do 16 października 2023r., w związku z uzyskaniem zgody IZ WRPO na wydłużenie terminu realizacji Projektu. W związku z powyższym Rozdział III SWZ – Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: **maksymalnie do 16 października 2023r.**

(pierwotnie było: do 25.09.2023r.)

W związku z powyższym we wszystkich przypadkach, w których mowa w specyfikacji warunków zamówienia i we wzorze umowy o terminie realizacji/wykonania zamówienia, należy rozumieć termin **16.10.2023r.**

Jednocześnie informuje również, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji do zapisów SWZ oraz wzoru umowy Zamawiający,

działając na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, ustala termin składania ofert na dzień **30 sierpnia 2023r.** do godz. **10:00**. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert upływa dnia **30 sierpnia 2023r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia **30 sierpnia 2023r.** o godz. **10:15**
- Termin związania ofertą upływa w dniu **27 listopada 2023r.**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/798501>.

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 90 wyżej cytowanej ustawy Pzp przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 16.08.2023r. zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ
w Nowym Tomyszu
/-/ Tomasz Przybylski