

**Specjalistyczny Szpital  
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach  
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**

**Branice 05.06.2023**

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na **Dostawę rękawic medycznych nitylowych w rozmiarze L w ilości 80000 szt.**

**Zapytanie ofertowe nr ZO 11/2023**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania

**Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki. wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100/200 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

[Odp. Zamawiający dopuszcza](#)

**Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. lub a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ?

[Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic w opakowaniach 100 lub 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem.](#)

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią zapytania ofertowego.