



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:
67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 29.01.2024 roku

FZP.III-241/08/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**BARWIARKA DO ZAKŁADU PATOMORFOLOGII**”

Szpital Specjalistyczny w Piłe informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

dotyczy: załącznik nr 4 od SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1, pkt. 1 a), b), c), pkt. 2, w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2.

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ i załącznik nr 4 do SWZ)

Zamawiający zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 do SWZ, w kolumnie nr 2, lp. 34 oraz w załączniku nr 4 do SWZ w pozycji: § 1, pkt. 3, oczekuje załączenia do oferty wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów SWZ do wymogów nowej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) i wykreślenie wymogu dołączenia wpisu do rejestru Wyrobów Medycznych. Zgodnie z w/w ustawą Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje, a jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). Aktualnymi dokumentami wydawanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych są potwierdzenia dokonania zgłoszenia/powiadomienie albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobów medycznych. Czy Zamawiający miał na myśli powiadomienie lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis: „Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię” w załączniku nr 2 do SWZ - lp. 34.

Jednocześnie zmienia zapis ust. 3 w § 1 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ na zapis jak niżej:

1. *Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania urządzenia zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy również wszystkie dokumenty wskazane w załącznik nr 1 do niniejszej umowy.*

Pytanie nr 3.

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 projektu umowy – zał. 4 do SWZ w następujący sposób:

6. Wykonawca winien dokonać naprawy w terminie do 14 dni roboczych. Przy naprawie powyżej 14 dni Wykonawca zapewni równoważny sprzęt zastępczy.
7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji w terminie 15 dni roboczych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez okres minimum 10 lat.

9. Za działania firm serwisowych, działających na zlecenie Wykonawcy, wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada, jak za działania własne.

10. Czas reakcji serwisu technicznego max. 48 godziny (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od momentu otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4.

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby każde zgłoszenie awarii po godzinie 16/ zamówienia było traktowane jako zgłoszenie, które nastąpiło następnego dnia. Pytanie to wynika z przepisów Kodeksu pracy a mianowicie czasu pracy pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę oraz czasu pracy pracowników Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza - każde zgłoszenie awarii/ zamówienia po godzinie 16 będzie traktowane jako zgłoszenie, które nastąpiło następnego dnia.

Pytanie nr 5.

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- projekt umowy

Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający zamawia produkt robiony pod niego na wymiar zgadza się na zrezygnowanie z urządzenia zastępczego, gdyby aktualnie Wykonawca nie posiadał na magazynie produktu o identycznych wymiarach/ parametrach, ponieważ może okazać się, iż produkt tylko o wymiarach podanych przez Zamawiającego nie rodzi problemów pod kątem instalacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6.

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7- załącznik nr 4 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7.

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 projektu umowy – zał. 4 do SWZ w następujący sposób:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z prawem Zamawiającego do naliczenia kary umownej w szczególności w przypadkach:

a) nastąpi upadłość Wykonawcy lub ujawnią się inne, nie znane w chwili zawierania umowy okoliczności poddające w wątpliwość zdolność do wykonania umowy w terminie,

b) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt/wyposażenie nie posiada wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód właściwych organów, co powoduje, że nie może być używany

c) gdy zwłoka w terminie dostawy przekracza 20 dni kalendarzowych, w stosunku do terminu umownego,

Odpowiedź: Zamawiający zmienia tylko zapis: pkt. c) ust. 1 w § 11 (zał. 4 do SWZ) na treść:

„c) gdy zwłoka w terminie dostawy przekracza 20 dni kalendarzowych, w stosunku do terminu umownego”

Pozostałe zapisy § 11 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 7

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia którego założenia konstrukcyjne umożliwiają szybką i intuicyjną rozbudowę o zaklejarkę, bez konieczności stosowania elektromechanicznego modułu pośredniczącego w transferze wybarwionych szkiełek z barwiarki do nakrywarki. Zaproponowane przez nas rozwiązanie, dzięki maksymalnemu uproszczeniu procedury integracji barwiarki i nakrywarki jest dużo mniej podatne na kosztowne awarie, a tym samym z punktu widzenia użytkownika jest rozwiązaniem bardziej praktycznym niż opisane w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 9.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 11

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez urządzenie minimum 40 stacji i wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, wyposażonego w 26 stacji. Jest to ilość w zapewniana Operatorowi komfortową i wydajną pracę. Urządzenie jest z powodzeniem wykorzystywane w średnich i dużych Zakładach Histopatologii oraz placówkach uniwersyteckich w całym Kraju.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 15

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o odstąpienie od punktowania tego parametru i wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, umożliwiającego ustanowienie ilości stacji w zakresie od 0 do 4 Zaproponowane urządzenie, dzięki swojej wysokiej wydajności i intuicyjnej obsłudze jest z powodzeniem wykorzystywane w średnich i dużych Zakładach Histopatologii oraz placówkach uniwersyteckich w całym Kraju.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 17

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o odstąpienie od punktowania tego parametru i wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, wyposażonego w 1 stację grzewczą. Zastosowanie więcej niż jednej stacji grzewczej nie przekłada się w widoczny sposób na wydajność. Zaproponowane urządzenie, dzięki swojej wysokiej wydajności i intuicyjnej obsłudze jest z powodzeniem wykorzystywane w średnich i dużych Zakładach Histopatologii oraz placówkach uniwersyteckich w całym Kraju.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia w którym funkcjonalność złącza USB polega na umożliwieniu eksportu danych statystycznych z barwiarki. Dane dotyczące protokołów, konfiguracji i dziennika zdarzeń zapisywane są bezpośrednio w pamięci urządzenia. Zaproponowane rozwiązanie, jest z powodzeniem wykorzystywane w średnich i dużych Zakładach Histopatologii oraz placówkach uniwersyteckich w całym Kraju.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 13.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w zewnętrzny system zasilania awaryjnego UPS Z użytkowego i ekonomicznego punktu widzenia, jest to rozwiązanie optymalne – obniża koszty w przypadku konieczności wymiany po zużyciu, umożliwiając pełną dowolność w wyborze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 14.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 22

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu jednoczesnej obsługi przez urządzenie co najmniej 12 koszyków i wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego – umożliwiającego jednoczesną obsługę 11 koszyków. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia wysoką wydajność na poziomie do 360 szkiełek na godzinę (w zależności od wybranego programu barwienia). Jest to poziom zapewniający komfortową pracę Personelu w średnich i dużych Zakładach Histopatologii oraz placówkach uniwersyteckich.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 15.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z czasem barwienia, programowalnym dla każdej stacji w zakresie od min. 1 sekundy do 59 min, 59 sekund. Jest to

nieznaczna różnica względem SWZ, nie mająca wpływu na efektywność procesu barwienia i walory użytkowe urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 16.

dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – pozycja 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia równoważnego, którego specyfika konstrukcji umożliwi Operatorowi utworzenie ponad 100 programów (każdy z możliwością ustawienia 40 kroków) Jest to nieznaczna różnica względem SWZ, nie przekładająca się na spadek efektywności procesu barwienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę