

Nr sprawy: **KA-DZP.362.2.196.2020**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy postępowania na:

Dostawa dozowników płynu do dezynfekcji rąk (COVID-19)

W związku z wpłynięciem pytania do postępowania jw. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniem (wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i dotyczą wszystkich Wykonawców).

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się ofertę na dozownik, który nie ma wskaźnika niskiego poziomu baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dozownika bez wskaźnika niskiego poziomu baterii. Zamawiający jednocześnie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania dozownika posiadającego dwa odrębne wskaźniki – jeden dotyczący małej ilości płynu i drugi dotyczący niskiego poziomu baterii albo jeden wskaźnik informujący zarówno o małej ilości płynu jak i o niskim poziomie baterii.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Zatwierdziła:

Wioletta Seredyńska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych