



WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa postępowania: **Dostawa rękawic wzmocnionych do dłuższych zabiegów oraz koszul dla pacjentów bariatrycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZO 2/2024**

I. Zamawiający działając na podstawie pkt. 4.3 Zapytania Ofertowego informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Część 1

Czy Zamawiający dopuści, aby rękawice posiadały siłę zrywu po starzeniu (mediana) 15,6N? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza rękawice o parametrach określonych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Część 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o kształcie anatomicznym z zakrzywionymi palcami, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0.25 ± 0.03 mm na palcu, 0.21 ± 0.02 mm na dłoni, 0.17 ± 0.02 mm na mankiecie; długość (typowa) 302 mm. Typowa siła zrywu przed starzeniem 17N oraz typowa siła zrywu po starzeniu 15N. Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu tzn. zaoferowanie rękawic o kształcie anatomicznym z zakrzywionymi palcami, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0.25 ± 0.03 mm na palcu, 0.21 ± 0.02 mm na dłoni, 0.17 ± 0.02 mm na mankiecie; długość (typowa) 302 mm. Typowa siła zrywu przed starzeniem 17N oraz typowa siła zrywu po starzeniu 15N. Pozostałe parametry zgodne z opisem w formularzu.

I. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

Kamila Maj