



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Zielona Góra 18.08.2023 r.

Nr referencyjny: LI.262.5.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: **Zakup wyposażenia specjalistycznego - aparatury medycznej w ramach projektu pn.: "Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o." współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 "Infrastruktura społeczna", Działanie 9.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych", Poddziałanie 9.1.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT", na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0002/20.**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 4,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, który całkowitą szerokość z podłokietnikami posiada 950 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, który posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 530 do 970 mm realizowaną z pilota przewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, który posiada wagę własną 125 kg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, który posiada zakres regulacji segmentu podudzia w zakresie -30° do +18°?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, który nie posiada łatwego do demontażu materaca oraz poszycia, zamiast tego posiada tapicerkę, która jest bezszwowa, a także osłony tworzywowe na segmencie siedziska, podłokietnikach, oparciu pleców, podnóżku oraz na podstawie fotela co znacznie ogranicza przenikanie zanieczyszczeń i pozwala na łatwe utrzymanie czystości i dezynfekcję?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający może doprecyzować zapisy SWZ dotyczące terminu związania ofertą z terminem dostawy? Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.09.2023, natomiast dostawa ma się odbyć 5 dni wcześniej tj. 15.09.2023, w jaki sposób Zamawiający chce rozwiązać to zagadnienie?

Odpowiedź: Zamawiający przewidział 30-dniowy termin związania ofertą ze względu na krótki termin między publikacją ogłoszenia o zamówieniu a terminem dostawy wynikający z umowy dotacyjnej.

Jednocześnie, w przypadku braku zawarcia umowy w planowanym terminie możliwe jest przedłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania nr 4, poz. 6-9 i 11

Czy Zamawiający dopuści fotele o parametrach

6. Maksymalna szerokość fotela wraz z podłokietnikami 80,5cm

7. Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: +80° do -13°

8. Elektryczna regulacja oparcia, siedziska, wysokości oraz podudzia, za pomocą pilota.

Regulacja segmentu podudzia w zakresie minimum: -30° do 0°

Regulacja wysokości leża w zakresie minimalnym 55-77 cm

9. Przechył Trendelenburga w zakresie -13°

11. Waga fotela 80kg

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania 2 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast stymulatora zewnętrznego z przyciskiem blokowania/odblokowywania stanowiącego zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów, stymulatora zewnętrznego z przesuwalną, przezroczystą osłoną zabezpieczającą przed niepożądaną zmianą parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania 2 poz.13

Czy Zamawiający dopuści stymulator zewnętrzny, który nie posiada przycisku zasilania (wymagającego naciśnięcia i przytrzymania), a wyposażony jest w pokrętło zapobiegające niezamierzonemu wyłączeniu urządzenia i dodatkowo posiadającego przesuwalną, przezroczystą osłoną zabezpieczającą przed niepożądaną zmianą parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10

Dotyczy zadania 2 poz.26

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z amplitudą impulsu wyjściowego mieszczącą się w zakresie od 0,1-17V? Parametr nieznacznie odbiega od wymagań określonych w SWZ.


Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11

Dotyczy zadania 2 poz.27

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stałą szerokością impulsu wynoszącą 1 ms?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Pytanie nr 12

Dotyczy zadania 2 poz.29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatora zewnętrznego z czułością przedsionkową w zakresie 0,2-10 mV oraz komorową w zakresie od 1-20 mV?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)