



L. Dz. 1733/09/2023

Poznań, 20 września 2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). Numer postępowania: **PN 65/08/2023 – aparatura laboratoryjna_II.**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe dalej zamawiający, informuje, że w dniu 12.09.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 135 ust. 5 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

w nawiązaniu do specyfikacji podanej w części 2 - Meble warsztatowe, w stole 2 nie może występować różna głębokość szuflad w jednym stole, czy chodziło Państwu o jedną wyższą szufladę?

Dla punktu 6: zawieszki i pojemniki: proszę o wskazanie modeli zawieszek i pojemników oraz ich ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o jedną wyższą szufladę, natomiast w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ zostało omyłkowo użyte sformułowanie: "głębsza" szuflada zamiast "wyższa" szuflada – co zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp poprawia dokonując zmiany treści SWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ uzupełniając opis zawarty w SWZ poprzez uszczegółowienie specyfikacji zawieszek i pojemników wraz z podaniem wymaganych ilości.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje dodatkowych zmian treści SWZ (niż te wynikające z udzielonych wyjaśnień) przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprzez zamieszczenie ujednoliconej wersji SWZ z zaznaczonymi zmianami w pliku pn. „SWZ_aparatura laboratoryjna_II_po zmianach.pdf„

Z poważaniem