



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

DZP-71.2024.WO

Szczecin, dnia 18.03.2023 r.

https://platformazakupowa.pl/pum_edu

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

ZMIANA SWZ nr 2

w zakresie części 1 i części 2 zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, pn.: „Dostawa urządzeń chłodniczych laboratoryjnych na potrzeby Uniwersyteckiej Wytwórni Farmaceutycznej PUM w Szczecinie”, sygn. DZP-240/05/TP2/2024.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniła treść zapytań o wyjaśnienie SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 2:

Dotyczy części 1, punktu 13

Czy poprzez podane sformułowanie Zamawiający ma na myśli sprężarkę inwerterową? Z zasady jest to jedyne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie stałej korelacji pomiędzy dostarczaną mocą chłodniczą, a bieżącym stanem w jakim znajduje się urządzenie.

Odpowiedź:

W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia dla części 1”, w pkt. 13 tabeli Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało „System dopasowania mocy chłodniczej do aktualnego stanu urządzenia.”

Sekcja chłodnicza ma być wyposażona w kompresor wykonany w technologii inwerterowej z automatycznym i płynnym dopasowaniem mocy chłodniczej do aktualnego stanu urządzenia.

Pytanie nr 3:

Dotyczy części 2, punktu 11

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stelaży w liczbie, która całkowicie wypełni wnętrze komory zamrażarki?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 4:

Dotyczy części 2, punktu 16

Ponieważ na rynku nie występują urządzenia, które konstrukcyjnie wyposażone są w drzwi wewnętrzne z 2 dodatkowymi uszczelkami, czy w związku z tym wykonawcy mają przyjąć, że uszczelki te powinny być dostarczone jako części zapasowe do wykorzystania w przyszłości?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 5:

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający dopuści pojemność netto chłodziarki 112 zaś zamrażarki 58 l ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza**.

Zamawiający zgodnie z pkt. 3 i 4 wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało:

- pojemność użytkową chłodziarki minimum 170 litrów
- pojemność użytkową zamrażalnika minimum 80 litrów

Pytanie nr 6:

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną urządzenia wynoszącą 597 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza**.

Wymiary zewnętrzne urządzeń podane jako optymalne i są istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczoną powierzchnię zagospodarowywanych pomieszczeń.

Pytanie nr 7

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający dopuści zakres ustawienia temperatury dla części chłodniczej +3 do +16 st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnej temperatury chłodzenia z +2°C na +3°C.

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 7 został określony minimalny zakres temperatury chłodzenia.

Tym samym Wykonawca może zaoferować urządzenia z większym zakresem chłodzenia niż określony w pkt. 7 po niniejszej zmianie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie / LED ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa umiejscowienia oświetlenia LED w komorze chłodniczej.

Zamawiający wymaga sekcja chłodnicza z oświetleniem LED (światło włączane automatycznie po otwarciu drzwi chłodziarki).

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SWZ, w następującym zakresie:

- 1) w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia dla części 1” oraz
- 2) w załączniku do formularza ofertowego „Specyfikacja oferowanego urządzenia dla części 1” jak poniżej:
 - w tabeli, w pkt 7 - Zakres nastawy temperatury chłodzenia:
treść: „+2°C do +14°C”, zastępuje się treścią: „**od +3°C do +14°C.**”

 - w tabeli, w pkt 9, po kropce dodaje się drugie zdanie:
„Sekcja chłodnicza wyposażona w kompresor wykonany w technologii inwerterowej z automatycznym i płynnym dopasowaniem mocy chłodniczej do aktualnego stanu urządzenia”

Zamawiający w tym zakresie odpowiednio zmodyfikował załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia dla części 1”, oraz załącznik do formularza ofertowego – „Specyfikacja oferowanego urządzenia dla części 1”

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmienione w powyższym zakresie załączniki.

W imieniu Zamawiającego