

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2021
L. dz. CEZ - 471/21

Warszawa, 30.11.2021 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę profilometru optycznego wraz ze stołem wyposażonym w system aktywnej kompensacji drgań oraz stanowiskiem komputerowym wyposażonym w oprogramowanie do obsługi urządzenia wraz z instruktażem pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia i oprogramowania.

Zamawiający, Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. W związku z tym zmianie ulegają następujące zapisy SWZ.

Modyfikacja nr 1:

W pkt 1 d) iii (7) Opisu przedmiotu zamówienia, zwanego dalej OPZ, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, jest:

(7) Zdolność rozdzielcza w osi Z w trybie PSI: 0,1nm lub wyższa z polem widzenia 1600x1200mm lub większym, z odległością roboczą 7mm lub wyższą, umożliwiającą pomiary w trybie konfokalnym ze zdolnością rozdzielczą w osi Z 25nm lub wyższą

Zastępuje się zapisem:

Zdolność rozdzielcza w osi Z w trybie PSI: 0,1nm lub wyższa

Modyfikacja nr 2:

W pkt 2 i-iv OPZ, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, jest:

- i) Długość: 160 cm lub większa
- ii) Szerokość: 100 cm lub większa
- iii) Wysokość: od 80 do 100 cm



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



iv) Udźwig: 350kg lub wyższy

Zastępuje się zapisem:

i) Długość: 100 cm lub większa

ii) Szerokość: 90 cm lub większa

iii) Wysokość: od 75 do 100 cm

iv) Udźwig: 290 kg lub wyższy

Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej w tym postępowaniu, są dla Wykonawców wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia.