



Poznań, dnia 05.04.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PN-25/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych w podziale na 8 części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

OPZ pakiet 4:- Probówki 5 ml dwuskokowe:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 16 sztuk w sterylnym opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie pakowane po 400 sztuk ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

- Probówki 14-15 ml

1. Czy Zamawiający dopuści opakowanie pakowane po 10 sztuk w sterylnym opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający może doprecyzować czy w Części 3 „Katetry do transferu zarodków” ma na myśli 40 sztuk kateterów, czy 40 opakowań (łącznie 400 sztuk)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 40 opakowań (łącznie 400 sztuk)

Pytanie nr 5:

Czy w Części 5 punkcie 1 Zamawiający dopuści produkt ” Iгла punkcyjna typu OPU do oocytów do pompy ssącej, cienkościenna o potrójnym ostrzu zapewniająca szybkie nakłucie, minimalizuje uszkodzenie tkanki jajnika, konstrukcja cienkiej ściany igły pozwala utrzymać tę samą wewnętrzną średnicę Igły przy mniejszej średnicy zewnętrznej, minimalizując traumatyzację tkanek, końcówka echogeniczna sięgająca samego końca igły, rączka igły o długości 3 cm wraz ze znacznikiem pozycji ostrza igły, rozmiar: 17G długość 350 mm, ponadto zestaw zawiera korek do probówki umożliwiający połączenie strzykawki wraz z przewodem o dł. 800 mm. Kontrola jakości: MEA – test jednej komórki $\geq 80\%$ po 96h, poziom endotoksyn $< 20\text{EU}$ /zestaw, sterylność SAL 10-6, test cytotoxyczności, test podrażnienia skóry, test śródskórny. Pakowana pojedynczo.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

