

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pulsoksymetr – 2 sztuki.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Pulsoksymetr dedykowany do monitorowania noworodków, dzieci i osób dorosłych.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2018 lub 2019.	podać	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
6.	Zasilanie akumulatorowe na min.: 24 godziny ciągłej pracy i sieciowe.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Parametry i wyposażenie dla każdej sztuki urządzenia:		
1.	Pomiar saturacji (SpO ₂) i tętna.	TAK	
2.	Technologia pomiarowa zapewniająca poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji lub zakłóconym sygnale w zakresie 1-100%.	TAK	
3.	Minimalny zakres pomiaru SpO ₂ : 1-100 %. Dokładność pomiaru w zakresie 70-100%: <ul style="list-style-type: none"> • nie gorsza niż ±2% - osoby dorosłe i dzieci • nie gorsza niż ±3% - noworodki 	TAK	
4.	Minimalny zakres pomiaru tętna: 30-230 bpm.	TAK	
5.	Wyświetlane wartości cyfrowe SpO ₂ oraz tętna i krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik indeksu perfuzji.	TAK	
6.	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT min.: 2,4”.	TAK	
7.	Wybór grupy wiekowej z menu urządzenia z automatycznym dostosowaniem granic alarmowych.	TAK	
8.	Alarmy wizualne i dźwiękowe.	TAK	
9.	Możliwość ustawienia dolnych i górnych granic alarmu.	TAK	
10.	Regulacja poziomu głośności alarmu. Przycisk szybkiego czasowego wyciszenia.	TAK	
11.	Pamięć – zapis wartości mierzonych. Trendy tabelaryczne i graficzne.	TAK	
12.	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora.	TAK	
13.	Wielorazowy czujnik dla noworodków.	TAK	
14.	Wielorazowy czujnik na palec typu klips dla dzieci.	TAK	
15.	Wielorazowy czujnik na palec typu klips dla dorosłych.	TAK	
16.	Zasilacz/ladowarka.	TAK	
17.	Gumowa osłona na urządzenie.	TAK	
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)