



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 26.03.2024 r.

FZP.II-241/27/24/ZO

***Wszyscy Uczestnicy postępowania***

**dotyczy:** zapytania ofertowego pt. „ELEKTRODY DO BADAŃ EKG I TESTY URAZOWE DO WYKRYWANIA HELICOBACTER PYROLI”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody o podłożu z pianki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

ZADANIE NR 1

Z uwagi na różnorodność produktów w Zadaniu nr 1 prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnej części. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 1

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 32x32mm, Ag/AgCl, na podłożu z włókniny gwarantującej transpirację skóry, z hydrożelem stałym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza tylko w zakresie wymiarów.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 1

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych w opakowania zbiorcze - torebki po 3 szt z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 1000 op. (1000\*3=3000 szt.)

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 5**

##### Zadanie 1

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie elektrody o średnicy 32mm, Ag/AgCl, na podłożu piankowym z hydrożelem stałym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 6**

##### Zadanie 1

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych w opakowania zbiorcze - torebki po 3 szt z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 334 op. ( $334 \cdot 3 = 1002$  szt.)

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 – Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentu dopuszczenia do obrotu oraz deklaracji CE**

#### **Pytanie nr 9**

##### Zadanie 1 poz.3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje elektrody z wycięciem na mocowanie kabla bez przecięcia boków elektrody co powoduje, że elektroda nie ulega rozerwaniu w trakcie aplikacji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje elektrody z nacięciem na mocowanie kabla bez przecięcia boków elektrody.**

#### **Pytanie nr 10**

ZADANIE 2 Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**