

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1065) pn.

**„Dostawa sprzętów medycznych w postaci: angiografu, echokardiografu, sprzętu na potrzeby Oddziału Toksykologii, lasera urologicznego, sprzętu anestezyjologicznego, zestawu laparoskopowego oraz sprzętu na potrzeby wyposażenia zakładu patomorfologii”**

Zamawiający – SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść wniosków wraz z wyjaśnieniami wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## Zestaw 22

Pytanie 1 dot. par. 7.2

Czy Zamawiający dopuści udzielanie telefonicznego wsparcia technicznego w godzinach pracy serwisu tj. 8 – 16 w dni robocze, poza tymi godzinami możliwy będzie kontakt mailowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 dot. par. 7.3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji paragrafu 7.3 zgodnie z poniższą propozycją:

„W przypadku 3 awarii danego podzespołu lub modułu ujawnionych w czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić moduł lub podzespół na nowy”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu

Pytanie 2 dot. par. 7.6

Czy Zamawiający mają na uwadze pewność komunikacji i przekazywania informacji, wyrazi zgodę na przekazywanie zgłoszeń jedynie za pośrednictwem wiadomości email?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2 dot. par. 7.7

Czy Zamawiający dokona modyfikacji par. 7.7 umowy zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia i jest zobowiązany do zakończenia naprawy w terminie wynoszącym 5 dni robocze od rozpoczęcia naprawy, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 15 dni roboczych od rozpoczęcia naprawy, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą, pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie do 5 dni roboczych, chyba że wykaże, że z przyczyn o obiektywnym charakterze (np. względy techniczne) naprawa w tym terminie nie jest możliwa, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji

/podpisano w oryginale/

**Dyrektor ds. Ekonomicznych**

**Agnieszka Kozak**

