



Wrocław, dnia 07.05.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp-242/FZ-021/2024

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę materacy szpitalnych z pokrowcem, materacy do łóżka dziecięcego, materacy przeciwoleżynowe na łóżka szpitalne

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy wykonanych z pianki N3543? Proponowana pianka posiada wysokie właściwości użytkowe takie jak trwałość i odporność na odkształcenia, przy zachowaniu komfortu dla pacjenta oraz rozsądnej ceny całego materaca. Wymagana przez Zamawiającego pianka T40 jest bardzo twarda, przez co rzadko wykorzystywana do produkcji materacy szpitalnych

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaproszeń i Zapytań Ofertowych
Beata Komara

INSPEKTOR

Dr. Zdzisław Woźniak
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
mgr Karolina Krawiec infolinia 71 32 70 101

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**