



DZP/PN/69/2024

Zawiercie, 27.08.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa produktów medycznych, implantów, narzędzi ortopedycznych”.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 4 - Materiały jednorazowe do zabiegów artroskopowych.

Czy w punkcie nr 4 dotyczącego kotwicy tytanowej, Zamawiający dopuści sprzęt o następujących parametrach, co umożliwi zachowanie konkurencyjności ofert:

Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4mm, średnica zewnętrzna 4.5mm (5.5mm po implantacji), wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadienstyrenu (ABS), umożliwiającą stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej części uchwytu (koloru czarnego), szew przesuwają się o około 1,5 mm co każde 60° obrotu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Zaoferowanie powyższego produktu wymaga odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci * i przypisu.

UZUP. DYREKTORA SZPITALA
DZ. DYREKTORA DS. TECHNICZNEJ
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU
mgr inż. Iwona Sroczka

Z-CIA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Elżbieta Wisznera-Beardziejczak

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Monika Siergień