



"Techniki pozaustrojowego wspomaganie funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020,

zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0160/18-00

L. Dz.: DZP-175/19

Poznań, 22.03.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: PN-10/19 przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa urządzeń medycznych.**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Dotyczy zał. nr 3 do SIWZ cz. 6 (videolaryngoskop)

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści Videolaryngoskop, którego zestaw zawiera: 3,5 cala wyświetlacz mocowany na rękojeści, zintegrowaną cyfrową nagrywarkę video wraz z kartą pamięci, ładowarkę i wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania z sieci 230V, aluminiową rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce, łyżkę wielokrotnego użytku typu Mac w rozmiarze 3 z systemem video oraz podwójnym światłem UV/LED, rękojeść wielorazową dużą zakrzywioną, łyżki wielorazowego użytku z podwójnym światłem UV/LED typ Miller w rozmiarze 0, 1, 2, 3, (po 1 szt.) oraz łyżki wielorazowego użytku z podwójnym światłem UV/LED typ MacIntosh w rozmiarze 1, 2, 3, (po 1 szt.)

Odpowiedź:

Tak.

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Zbigniew Białak