

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa wyrobów reumoortopedycznych w podziale na zadania” – sprawa nr 58/PN/2022/MM.

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

Pakiet 1

Pytanie 1 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający w poz. 1,2,3 dopuści wiertła kaniulowane wielorazowego użytku co znacznie zredukuje koszty przeprowadzenia zabiegu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 poz. 4

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści śruby komprasyjne o następujących zbliżonych parametrach:

- średnica $\varnothing 2.3/2.9$ mm
- samowiercące, samogwintujące, kaniulowane
- dwa rodzaje gwintu, różny skok
- główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej
- rdzeń śruby z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej
- średnica główki: 3.5mm i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub $\varnothing 2.3$ i $\varnothing 2.9$ mm
- gniazdo heksagonalne T7
- drut prowadzący 0,8mm
- rozmiarach: $\varnothing 2.3$, dł. 10 - 30 mm i $\varnothing 2.9$, dł. 10 - 34 mm

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3 poz. 5

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści tytanowe śruby typu "twist-off", do osteotomii Weil 'a o średnicy 2mm, w minimum 6 długościach. Długość od 11 do 16mm. Średnica wałeczka uchwykowego 1,6mm i długości min. 22mm

Odpowiedź: Nie.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska