

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI ROCZNEGO PRZEGLĄDU SERWISOWEGO ORAZ KONSERWACJI SYSTEMÓW KOMORY
HIPERBARYCZNEJ TYPU HAUX – STARMED – QUADRO 2700/2,2/C**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192953946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Styczniowego 9b

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-519

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ucmmit.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ucmmit.gdynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/882317>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI ROCZNEGO PRZEGLĄDU SERWISOWEGO ORAZ KONSERWACJI SYSTEMÓW KOMORY HIPERBARYCZNEJ TYPU HAUX – STARMED – QUADRO 2700/2,2/C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f32779e-c4c3-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00242864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037852/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie postępowania odnośnie do rocznego przeglądu serwisowego oraz konserwacji systemu komory hiperbarycznej typu HAUX – STARMED – QUADRO 2700/2,2/C

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00093724

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ.282.06.2024.TP-fn

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

roczny przegląd serwisowy oraz konserwacja systemów komory hiperbarycznej typu HAUX – STARMED – QUADRO 2700/2,2/C, zwaną dalej komorą, w tym usunięcie na miejscu lub jeśli to niemożliwe w siedzibie Wykonawcy, w trakcie przeglądu wszystkich usterek w tzw. systemach komory, roczny przegląd serwisowy systemu monitorowania medycznego (HMMS), oraz sporządzenie i dostarczenie Protokołu odbioru ww. usług wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami, o których mowa w §5 ust. 3 wzoru Umowy.

2. CPV: 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy pn. WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH.

3.1 Zamawiający informuje, iż:

- główny reduktor systemu przeciwpożarowego wymieniony był w 2018 r.
- węże wydechowe w komorze wymienione były w 2018 r.
- oprogramowaniem sterującym komorą jest Decomat w wersji 4.0 zainstalowany w październiku 2023 roku.

4. Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności, do:

- posiadania niezbędnych narzędzi oraz kodów serwisowych w celu przeprowadzenia kompletnego zakresu czynności serwisowych w tym również dokonania aktualizacji systemu, jeżeli wymaga tego producent,
- sporządzenia dokumentacji z wykonywanych czynności przeglądowych;
- wypełnienia paszportu technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych z zapisem „Przegląd wykonano zgodnie z zaleceniami producenta. Sprzęt sprawny i bezpieczny do użytkowania”, data przeglądu, wykaz wykonanych czynności i wymienianych części data następnego przeglądu, pieczęć i podpis wykonawcy. W przypadku braku paszportu, wystawia nowy paszport i wypełnia go zgodnie z jego treścią. Paszport – druk akcydensowy Pu/A-100;
- wystawienia pisemnego certyfikatu zdolności operacyjnej dla systemu komory hiperbarycznej,
- wystawienia pisemnej gwarancji sprawności udzielanej dla systemu komory hiperbarycznej.

5. W przypadku negatywnego wyniku przeglądu wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisu w paszporcie technicznym sprzętu, wskazującego, że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności oraz umieszczenie na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: urządzenie niesprawne- nie używać, lub urządzenie przeznaczone do naprawy- nie używać. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest wystawić opinię/ekspertyzę dotyczącą możliwości usunięcia przyczyny niesprawności i ewentualnych wydatków z tym związanych jakie może ponieść Zamawiający.

6. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na czas 12 miesięcy.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami:

- 1) Wykaz czynności serwisowych – zał. Nr 1 do wzoru umowy
 - 2) Wzór Certyfikatu zdolności operacyjnej komory - zał. Nr 2 do wzoru umowy
 - 3) Wzór Gwarancji sprawności działania udzielonej dla systemu komory hiperbarycznej - zał. Nr 3 do wzoru umowy
 - 4) Dodatkowe warunki gwarancji systemu komory hiperbarycznej - zał. Nr 4 do wzoru umowy
 - 5) Instrukcja BHP dla wykonawców – zał. Nr 5 do wzoru umowy
 - 6) Informator BHP dla firm zewnętrznych – zał. Nr 6 do wzoru umowy
 - 7) Klauzula informacyjna RODO – zał. Nr 7 do wzoru umowy
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

9. Miejscem usługi jest siedziba Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b w Gdyni (81-519).

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 378014,40 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 378014,40 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 378014,40 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Techtronic Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1130022319
- 7.3.3) Ulica: Redłowska 52/11
- 7.3.4) Miejscowość: Gdynia
- 7.3.5) Kod pocztowy: 81-450
- 7.3.6.) Województwo: pomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-13
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 378014,40 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-04-18