



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 21.02.2024r.

EZP 69/2024



**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu D-62/2023 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

**Zamawiający działając na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 15 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowanie = 50 szt. i odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 15 poz. 1, 2, 3, 4

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 15 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 50 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 15 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o wymiarach 45 x 42 mm (średnica 42 mm, średnica z języczkiem 45 mm), pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 5**

Pakiet nr 15 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru Schiller AT2 o rozmiarze 210 x 280 mm x 180 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 144 składanki (sztuki), ponieważ producent zmienił w oryginalnym papierze ilość kartek w składance z 215 szt. na 180 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 15 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru do kontroli sprawności defibrylatora REANIBEX – 700 w rolce, szer. 49 mm (przeznaczonego do drukarek 50 mm).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 7**

Pakiet nr 15 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny papieru o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 160 składanek (sztuk).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 8**

Pakiet nr 15 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107mm x 23m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 9**

Pakiet nr 15 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 x 70 mm x 314 kartek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 10**

Pakiet nr 15 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 11**

Pakiet nr 15 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny żelu do USG o pojemności 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 500 szt. (szt. = 500 ml).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



#### **Pytanie nr 12**

Pakiet nr 4 poz. 1

W związku z wycofaniem z produkcji podkładu o parametrach wymienionych w poz. 1 prosimy o dopuszczenie w poz. 1 podkładu stanowiącego jego zamiennik o następujących parametrach: podkład 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140 cm x 230 cm. Warstwa chłonna min. 70 cm x 230 cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1 min. od zmożenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość  $85 \pm 5$  g/m<sup>2</sup>, niebieska dolna warstwa PE 35g/m<sup>2</sup>. Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny zgodnie z normą UNE-EN1149-1/UNE-EN1149-5. Możliwość przenoszenia do 150kg. Grubość 0,5mm. Chłonność 4000ml/m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 13**

Pakiet nr 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu bez gumek ściągających na narożnikach, pozostałe parametry oferowanych podkładów będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 14**

Pakiet nr 4 poz. 3

Jeśli Zamawiający nie dopuści w ww. pozycji podkładu bez gumek ściągających na narożnikach prosimy o dopuszczenie wówczas podkładów o następującym opisie: 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia ,utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, narożniki zakończone gumką ściągającą tak aby zakładać na narożnik materaca, rozmiar 140cm x 230cm. Warstwa chłonna min90cmx230cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmożenia. Bez zawartości Latexu . Nie cytotoksyczny. Nie drażniący skóry-potwierdzone badaniem. Warstwa wierzchnia PP30g/m<sup>2</sup>, Warstwa pośrednia średnią gęstość  $65 \pm 5$  g/m<sup>2</sup>, niebieska dolna warstwa PE 35g/m<sup>2</sup> .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny zgodnie z normą UNE-EN 1149-1/UNE-EN 1149-5.Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 2000ml/m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13

#### **Pytanie nr 15**

PAKIET 36, POZYCJA 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylizowane EO, o wymiarach 8 x 5 x 3,7 cm, z włosiem jednakowej długości rozmieszczonym w ok. 40 rzędach? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia dokładne umycie rąk.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



W



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



#### Pytanie nr 16

##### Zadanie 17

Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach, prosimy o dopuszczenie:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego, trwale złączony z pokrywą, co zabezpiecza przed przypadkowym rozszczelnieniem, gdy króciec jest obrotowy.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu(bardzo przyjaznego dla środowiska-utylicacja, bez wydzielania szkodliwych substancji), ze środkiem żelującym, pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml, 2000 ml, na każdym wkładzie, fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii. Wymiana wkładu ze względu na inne rozwiązania techniczne, wymaga chwilowego odłączenia z pokrywy wkładu drenu, łączącego ze źródłem ssania, ta czynność jest prosta i nie sprawia żadnych trudności personelowi. Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczepek do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych, ze skalą pomiarową.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, opartego na opatentowanej, antybakteryjnej technologii produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### **Pytanie nr 17**

Pytanie do pakietu 20

Pytanie 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za równoważny i dopuści cewniki do hemodializy, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej a nawet lepszej funkcjonalności:

Cewnik czasowy do hemodializy dwuświatłowy 14F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm,






**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**



Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl

strzykawką 5ml, skalpel, czapki wtryskowe, cewnik w dostępnych długościach dla pozycji 1 – 15cm, dla pozycji 2- 20cm, dla pozycji 3- 24cm



### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe dla pozycji nr 1, ale nie dopuszcza powyższego dla pozycji 2i3.

Pytanie nr 18

Pakiet 35

Czy Zamawiający w pakiecie 35 w pozycji 1 i 2 dopuści matę wysokochłoną w rolce do przycięcia według potrzeb, w rozmiarze 90 cm szerokości i 50 m długości, wykonaną z włókniny, z absorpcją 4,3 l/m<sup>2</sup>, z górną powierzchnią przepuszczalną dla płynów a dolną powierzchnią antypoślizgową, z niestrzępiącymi się brzegami, łatwą do usunięcia po użyciu? Według zamawianych wymiarów w przeliczeniu Zamawiający potrzebowałby 3 rolki o powyższych parametrach, jednakże z uwagi na niepodzielność wyrobu, zaoferowalibyśmy 2 rolki w 1 pozycji i 2 rolki w 2 pozycji zadania. Wg naszej opinii postać oferowanej przez naszą firmę maty w formie rolki pozwala Zamawiającemu na bardziej elastyczne i wygodne dopasowanie długości maty do potrzeb, jak również zaoszczędzenie powierzchni ich magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

g



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający w Zadaniu 20, w poz. 1-3, dopuści zestawy cewników wysokoprzepływowych o średnicy zewnętrznej 13 Fr (pozostałe parametry bez zmian)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 20**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 20 pozycja 1 cewnika czasowego silikonowego dwukanałowego o średnicy 13,5 Fr i długości 15 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 21**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 20 pozycja 2 cewnika czasowego silikonowego dwukanałowego o średnicy 13,5 Fr i długości 20 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 22**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 20 pozycja 3 cewnika czasowego silikonowego dwukanałowego o średnicy 13,5 Fr i długości 24 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 23**

zadanie 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do hemodializy brandu Arrow wg następującego opisu:

Poz.1 Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/15cm wykonane z poliuretanu prowadnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzało, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzało, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml z otworem w tłoku z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki od igły, skrzydełka mocujące.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 24**

zadanie 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do hemodializy brandu Arrow wg następującego opisu:

Poz. 2

Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/20cm wykonane z poliuretanu prowadnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzało, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzało, skalpel, serweta



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, z otworem w tłoku z możliwością wprowadzenia przewodnicy bez rozłączania strzykawki od igły, skrzydełka mocujące

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 25**

zadanie 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do hemodializy brandu Arrow wg następującego opisu:

Poz. 3

Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/25cm wykonane z poliuretanu pokryte powłoką antybakteryjną (sulfadazyne srebra+ chlorcheksydyna), przewodnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadła, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml z otworem w tłoku z możliwością wprowadzenia przewodnicy bez rozłączania strzykawki od igły, skrzydełka mocujące

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 26**

Kara za nieterminową dostawę naliczana od zbyt wysokiej wartości %:

Czy w § 7 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% ?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany w § 7 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy.

**Pytanie nr 27**

Wniosek o dopisanie:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 28**

Zadanie nr 16 - Pozycja 2

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg: rozmiaru CH18 w ramach Zamkniętych systemów do odsysania z rurki intubacyjnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje powyższe.



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



### Pytanie nr 29

Zadanie nr 16 - Pozycja 1

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg: możliwość stosowania przez 72 godz. potwierdzona dokumentem producenta (załączyć do oferty) w ramach drenu do zamkniętych systemów do odsysania?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje powyższe.

### Pytanie nr 30

Zadanie nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby adapter posiadał obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

### Pytanie nr 31

Zadanie nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby adapter posiadał port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo-uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz silikonowy kapturek zamykający port z zawieszką?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 32

Zadanie nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby adapter posiadał złącza 15M-15F?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 33

Zadanie nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby adapter możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona dokumentem od producenta? Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 34

Zadanie nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby łyżka była przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty)?


#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

### Pytanie nr 35

Zadanie nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta?



H





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego.

**Pytanie nr 36**

Zadanie nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe składało się z podwójnej folii. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego.

**Pytanie nr 37**

Zadanie nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego.

**Pytanie nr 38**

Zadanie nr 22, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Dren do nebulizatora z szeroką końcówką 1,8”

Produktu o poniższych parametrach:

„Dren do nebulizatora z szeroką końcówką min 1,8 m.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 39**

Zadanie nr 22, pozycja nr 6-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Maski krtaniowe, jednorazowa, wykonana z silikonu lub medycznego PCV, posiadająca mankiety

zabezpieczający przed wywijaniem się podczas zakładania

Maska krtaniowa od 7 - 17 kg

Maska krtaniowa od 30 - 50 kg

Maska krtaniowa od 50- 80 kg

Maska krtaniowa od 80 - 100kg

Maska krtaniowa od 100kg”

Produktu o poniższych parametrach:

„Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany

mankiet silikonowy), składająca się z rurki, maski z wstępnie nadmuchiwanym mankiem,

zaworu do napełnienia i opróżnienia mankieta. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (wg wagi pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 (30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 40**

Zadanie nr 22, pozycja nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, wykonany z SEBS (kopolimer trybłokowo styren/etylen-butylen/styren).

- Przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg
- Zawór bezpieczeństwa: 40 cm H<sub>2</sub>O (możliwość wyłączenia zaworu)
- Objętość worka: 1475 ml
- Maksymalna objętość oddechowa: 1100 ml
- Objętość rezerwuaru tlenu: 2600 ml
- Maska twarzowa dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 2,13 m”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H<sub>2</sub>O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuár tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, objętość 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 41**

Zadanie nr 23, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Obwód oddechowy do respiratorów i aparatów do znieczulania, prosty dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie, wykonany z polietylenu. Rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90° z portem luer-lock. Czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin)”

Produktu o poniższych parametrach:

„Obwód oddechowy do respiratora, dla dorosłych, o długości 150cm, w komplecie dwie rury karbowane, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy 90st. wyposażony w port CO<sub>2</sub> z kapturkiem zabezpieczającym. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni – potwierdzona dokumentem od producenta. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym, terminem ważności.”





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 42**

Zadanie nr 23, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Obwód oddechowy do respiratorów i aparatów do znieczulania, prosty dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie, wykonany z polietylenu. Rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90° z portem luer-lock. Czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin)”

Produktu o poniższych parametrach:

„Obwód oddechowy do respiratora, dla dorosłych o długości 180 cm, w komplecie dwie rury karbowane, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy 90st. wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym.. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni – potwierdzona dokumentem od producenta. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. ”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 43**

Zadanie nr 23, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania, rozciągliwy z gałęzią i workiem dla dorosłych, wykonany z polietylenu. Rury rozciągliwe do dł. 180 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 90cm, rury z pamięcią kształtu, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90° z portem luer-lock, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów. Czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin)”

Produktu o poniższych parametrach:

„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 50-180cm z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 44**

Zadanie nr 28, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H2O przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494



Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl

luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej  $V_t$ , prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy okrągły mechaniczno-elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci w postaci włókien poliestrowych z chlorkiem wapnia, wydajność nawilżenia przy VT1000ml - min. 32,5 mg/l, VT500ml - 33 mg/l, skuteczność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa 99,999%. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1,2cm H<sub>2</sub>O, 60l/min. - 2,9cm H<sub>2</sub>O. Filtr z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 75 ml, waga max. 34 g, zalecana objętość oddechowa VT 150-1500 ml. Przyłącze do respiratora i do pacjenta 22M/15F. Czysty mikrobiologicznie, bez zawartości lateksu i litu, opakowanie folia zawierające datę ważności, nr serii, nr katalogowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 45**

Zadanie nr 28, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,9999 % , przestrzeń martwa 29 ml przy złączu prostym lub 31 ml przy złączu kolankowym, opory przepływu: 2,3 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,7 mg H<sub>2</sub>O przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 315 cm<sup>2</sup>, objętość oddechowa  $V_t$  150-1000 ml, waga 23 g, filtr z portem kapno z zakręcanym korkiem luerlock i portem dokującym, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym ”

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy dziecięcy, mechaniczno-elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci w postaci włókien poliestrowych z chlorkiem wapnia, wydajność nawilżenia przy VT250ml - min. 31,8 mg/l; skuteczność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa 99,99%. Opory przepływu przy: 20 l/min. - 1,4cm H<sub>2</sub>O. Filtr z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 28 ml, waga max. 14 g, zalecana objętość oddechowa VT 50-900ml, Przyłącze do respiratora 15M, do pacjenta 22M/15F. Czysty mikrobiologicznie, pakowany folia. Na opakowaniu data ważności, nr serii, nr katalogowy. Bez zawartości lateksu i litu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 46**

Pakiet nr 37 - Pozycja 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zamiast parametru:

„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej



g




**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”

Produktu o poniższych parametrach:

„Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Regulacja siły odsysania za pomocą przesuwne go wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy typu szczoteczka, gąbka mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu.”



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 47**

Pakiet nr 37 - Pozycja 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zamiast parametru:



W



**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



„Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepek z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny”

Produktu o poniższych parametrach:

„Czepek do mycia włosów typu ECO nie wymagający dodatkowego namaczania. Zapewnia ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Możliwość stosowania u dzieci od 3 roku życia. Cechy:

- wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny, perfum
- - zawiera wodę
- - możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej
- - zawiera szampon i odżywkę w jednym
- - materiał: włókno wiskozowe i poliestrowe z powłoką polietylenową
- pakowany pojedynczo”



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 48**

Pakiet nr 37 - Pozycja 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zamiast parametru:

4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



„Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez splukiwania, dwuwarstwowa struktura czepek z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego splukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny”

Produktu o poniższych parametrach:

„Antybakteryjny czepek do mycia włosów nie wymagający dodatkowego namaczania głowy typu ECO. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów oraz dezynfekcję. Czepek ma działanie antybakteryjne wobec bakterii Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) i Candida albicans.

Cechy:

- wolny od alkoholu, lateksu i lanoliny
- - zawiera wodę, zawierają witaminę E, pro witaminę B5, wyciągi ziołowe
- - zawiera środek antybakteryjny: chlorek didecyldimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny
- - spełniają wymagania norm DIN EN13624 i DIN EN 13727
- - rękawica zgodna z normą dotyczącą wyrobów kosmetycznych (76/768/EG)
- - możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej
- - materiał: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe
- - w opakowaniu 1 sztuka”



**Odpowiedź:**


Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 49**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części Umowy,



49



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe i dokonuje modyfikacji zapisu § 7 ust. 1 wzoru umowy.

**Pytanie nr 50**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 28 poz.1 filtr mechaniczny z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm<sup>2</sup>; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H<sub>2</sub>O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 51**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 28 poz.2 filtr mechaniczny z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.1; 500ml: 33.8; 750ml: 31.5; 1000ml: 28.5; 1200ml: 26.2 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.87; 500ml: 10.18; 750ml: 12.47; 1000ml: 15.50; 1200ml: 17.82; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 52**

Dotyczy § 2 ust. 8, 9 Załącznika nr 5 do swz.


„8. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania sprzętu j.u. dostarczonych po uzgodnionym terminie dostawy.

9. Odmowa odbioru dostawy winna być każdorazowo potwierdzona na piśmie z podaniem powodów.

Mając na względzie powyższe wnosimy o wskazanie i wyjaśnienie, o powodach które mogą być przyczyną odmowy odbioru przedmiotu umowy oraz o wskazanie, marginesu czasowego po którym Zamawiający odmówi odbioru towaru, tym bardziej, że terminy wykonania dostaw zakreślone są w godzinach.

**Odpowiedź:**

Powodem jest dostawa po przekroczeniu terminu zawartego w umowie, tj. po przekroczeniu 5 dni od dnia, w którym powinna nastąpić dostawa.



Handwritten signature or mark.





**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



### Pytanie nr 53

Wniosek nr 2

Dotyczy § 3 ust. 1-3 Załącznika nr 5 do swz.

1. W przypadku, w którym Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy z jego wyłącznej winy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego sprzedawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym niezrealizowanej części dostawy.

2. Zakup interwencyjny, o którym mowa w ust. poprzedzającym skutkuje zmniejszeniem ilości objętych przedmiotem niniejszej Umowy o wielkość tego zakupu i Strony dopuszczają w tym zakresie odpowiednie ograniczenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną ustaloną w niniejszej Umowie niewykonanej części dostawy, tytułem odszkodowania.

Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o „zakupie interwencyjnym” oraz o przewidywanych kosztach zakupu? Dodatkowo czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca „zakupu interwencyjnego”?

Mając na względzie zachowanie zasad równości stron przyszłej umowy, czy nie byłoby zasadnym aby Zamawiający określił ramy czasowe (np. 14 dni), w sytuacji wykonania zakupu interwencyjnego na przekazanie w tym czasie odpowiedniej Noty do Wykonawcy? Z całkowitą pewnością byłoby to z korzyścią dla Stron Umowy, gdyż zakup interwencyjny (jego wielkość), pomniejsza wielkość zawartą w Umowie.

### Odpowiedź:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego.

### Pytanie nr 54

Dotyczy § 1 ust. 5 i 9, § 7 Załącznika nr 5 do swz.

§ 1

„... 5. Ilość przedmiotu umowy podana w Załączniku nr 2 stanowi szacunkowe zużycie. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania Zamawiającego, w stosunku do ilości określonej w Załączniku nr 2, Kupujący może ograniczyć zakres zamówienia, nie więcej jednak niż o 20% na co Sprzedawca wyraża zgodę.

9. Ogólna wartość umowy wynosi: ..... zł netto + Vat..... = ..... zł brutto (słownie:...../100).”

§ 7

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne za:

1. odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę – w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy,
2. za zwłokę w realizacji dostaw na podstawie zamówień Kupującego, w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu niedostarczonego w terminie.

2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych przez Kupującego - w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy.



g



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej Umowy.

4. W przypadku naliczenia kar umownych Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar z należnego Sprzedawcy wynagrodzenia netto.

5. Niezależnie od kar umownych Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.”

Mając powyżej powołane zapisy specyfikacji warunków zamówienia, oraz mając na względzie, że Zamawiający prowadzi postępowanie w częściach (zadania, pakietach), prosimy o odpowiednie do-stosowanie powołanych zapisów aby każda z tych części stanowiła przedmiot oddzielnej Umowy MEDAN SPÓŁKA JAWNA, PAWLAK i S-KA NIP 554 047 56 43 KRS: 0000010355 Sąd Rejonowy Numer zezwolenia Głównego 85-862 Bydgoszcz, ul. Franza Blumwego 21 medan@medan.biz.pl w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Inspektora Farmaceutycznego tel. 52 342 21 83, fax + 48 52 342 86 13 www.medan.biz.pl Krajowego Rejestru Sądowego GIF-N-411/1042/1-4/MP/17 lub w jakiś logiczny sposób odnosiła się do sytuacji wskazanej w ogłoszeniu. Powyższe wynika również z faktu, że na etapie przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, nie ma wiedzy w zakresie jakich części jego oferta może zostać uznana za najkorzystniejszą a tym samym na etapie wykonania zamówienia brak wykonania dostaw dla jednej części nie może stanowić podstawy do naliczenia kar od całkowitej wartości tej Umowy. Dodatkowo wnosimy o zmianę ust. 4, poprzez dodanie procedury odwoławczej w przypadku naliczenia kar umownych, gdyż w obecnym stanie prawnym Zamawiający uzurpuje sobie prawo do arbitralnego decydowania o zasadności jak i podstaw naliczania kar umownych. Mając na względzie powyższy zapis, czy zasadnym byłoby aby Zamawiający przekazał Wykonawcy informację z odpowiednim terminem pozwalającym na zajęcie stanowiska w przypadku naliczenia kar umownych, przed dokonaniem czynności potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

W przypadku dokonania wyboru na więcej niż jeden pakiet, Zamawiający zawrze jedną umowę z Wykonawcą.

W przypadku kar umownych zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 55**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 23, poz. 2 dopuści obwód wykonany z polipropylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 56**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 28, poz. 1 dopuści jako równoważny Filtr mechaniczny

- przestrzeń martwa 94 ml,
- oporach przepływu niższe, korzystniejsze : 1,7 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min,
- o nawilżaniu wyższym, korzystniejszym 37,5 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml,
- medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni – większej, korzystniejszej 720cm<sup>2</sup>,
- objętość oddechowa – szerszy, korzystniejszy zakres Vt 200-1500 ml,
- waga 47 g, pozostałe parametry zgodnie z swz?



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 57**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 28, poz. 1 dopuści jako filtr z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej  $V_t$ ? Filtrami z nadrukiem na obwodzie filtra dysponuje wyłącznie jeden producent, co ogranicza konkurencję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 58**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 28, poz. 2 dopuści jako równoważny:

Filtr oddechowy, hydrofobowy, bakteryjno-wirusowy, z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, filtracja intermolekularna. Membrana filtracyjna pofałdowana, zwinięta cylindrycznie.

- o skuteczności przeciwbakteryjnej pow. 99,9999 % , pow. p/wirusowej 99,9999 %,

- przestrzeń martwa 18 ml przy złączu prostym, 28ml złącze kątowe

opory przepływu: mniejsze, korzystniejsze max. 0,9 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min.

Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 37 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, pofałdowana, zwinięta cylindrycznie. o powierzchni 940cm<sup>2</sup>, objętość oddechowa  $V_t$  150-1500 ml, waga max. 30 g, filtr z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 59**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 28, poz. 2 zamawiający odstąpi od kodowania kolorem żółtym, które charakteryzuje wyłącznie jednego producenta? Filtry mają charakterystyczną budowę, można je jednoznacznie rozróżnić.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu kodowania kolorem żółtym.

**Pytanie nr 60**

ZADANIE 5, poz. 3

Czy Zamawiający W pozycji nr 3 wymaga strzykawki do pomp w kolorze bursztynowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga powyższego.

**Pytanie nr 61**

ZADANIE 5, poz. 4-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek 2 częściowych Luer ze skalą rozszerzoną o 20% czyli : 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 62**

ZADANIE 5, poz. 4-7

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej kolorystycznie zabarwionej, ale innej niż mleczny / biały?



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 63**

ZADANIE 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 64**

ZADANIE 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawki 20 ml na opakowania 80 szt i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 65**

ZADANIE 5, poz. 5-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawki 2, 5, 10 ml na opakowania 100 szt i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 66**

ZADANIE 5, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igła w rozmiarze 0,45 x 13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 67**

ZADANIE 5, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z wtopioną igła w rozmiarze 0,33x 12,7 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 68**

ZADANIE 5, poz. 22-27

Czy Zamawiający wydzieli poz.22-27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 69**

ZADANIE 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igła w rozmiarze 0,50 x 16 mm?





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 70**

ZADANIE 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 71**

ZADANIE 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej G24, G26 Z 4 paskami radiocieniującymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 72**

ZADANIE 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej G24, G26 Z 4 wykonanej z PTFE, bez dodatkowego otworu na końcu igły?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 73**

ZADANIE 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej G24, przepływ 13 ml/min. G26 – 13 ml/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 74**

ZADANIE 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej wykonanej z biokompatybilnego medycznego PUR bez posiadanych badań klinicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 75**

ZADANIE 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej bez dodatkowego otworu na ostrzu igły?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 76**

ZADANIE 39, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



6



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 77**

ZADANIE 39, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 78**

Zadanie nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na metalowe łyżki z plastikową podstawą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 79**

Zadanie nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do nebulizatora z szeroką końcówką o długości 2,0 m, jak dotychczas stosowany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 80**

Zadanie nr 22 poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach: 1.0 - <5 kg, 1.5 – 5-10 kg, 2.0 – 10-20 kg, 2.5 – 20-30 kg, 3.0 – 30-50 kg, 4.0 – 50-70 kg, 5.0 - >70 kg, jak dotychczas z powodzeniem stosowane przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 81**

Zadanie nr 22 poz. 11-17

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe kodowane kolorystycznie na pierścieniu mocującym (odpowiednio dla każdego rozmiaru), zamiast wymogu kodowanej kolorystycznie etykiety ułatwiającej szybkie rozpoznanie rozmiaru, tak jak dotychczas stosowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 82**

Zadanie nr 22 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 40kg, objętości resuscytatora 1650 ml, objętości rezerwuaru tlenu 2000 ml, zastawka bezpieczeństwa 60 cm H<sub>2</sub>O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV/EVA/PP i silikonu, bez zawartości lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka. W zestawie z jednorazową maską twarzową z mankietem dla dorosłych, dren tlenowy? Zamawiający korzysta obecnie z takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:**


Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 83**

Zadanie nr 22 poz. 1-3



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**000002494**

Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający wymaga masek z nebulizatorem i nebulizatorów umożliwiających pracę zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej, tak jak obecnie stosowaną przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 84**

Zadanie 23 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy, który jest wykonany z polipropylenu z trzecią rurą rozciągliwą do 180 cm? Zaznaczę, że rury karbowane wykonywane są z polietylenu, natomiast rozciągliwe z polipropylenu. Zamawiający korzysta z takiego obwodu oddechowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 85**

Zadanie nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o filtracji mechanicznej z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.999999%, przestrzeni martwej 54 ml i masie 40 g, o oporach przepływu 2.7cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min, nawilżaniu 34.2 H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub>=500 ml, z hydrofobowym medium filtracyjnym, z wkładem harmonijkowym, przeznaczony dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr ze złączem prostym, z bezpiecznym portem kapno na lince typu Luer, okrągły, w kolorze zielonym, tak jak stosowany już z powodzeniem przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 86**

Zadanie nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o filtracji elektrostatycznej i mechanicznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.999%, przestrzeń martwa 53 ml i masa 30 g, złącze proste, o oporach przepływu 1,0 cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mg/l H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub>=500 ml, hydrofobowe medium filtracyjne, przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1500 ml, z bezpiecznym portem kapno z wkręcanym koreczkiem, okrągły, w kolorze niebieskim, tak jak stosowany już z powodzeniem przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 87**

Pytanie 1 – dotyczy zadania 23 poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie układów z Ykiem bez portów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 88**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki do pomp firmy Margomed, powszechnie stosowanych w szpitalach?



g



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 5 pozycja 1 strzykawki do pomp opisanej w załączniku nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 89**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4-7 dopuści wycenę strzykawek z przezroczystym cylindrem, mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 90**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 91**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki ze skalą przedłużoną do 24ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 92**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4-10 oraz 12-21 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 93**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45x13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 94**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 22-24 oraz 26-27 dopuści wycenę igieł lędźwiowych o długości 88mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 95**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 29 dopuści wycenę standardowej igły typu motylek, w rozmiarach 23G, 25G oraz 27G, z drenem o długości 30cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 96**

9/ Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45x13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 97**

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 1 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?



*g*





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 98**

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 1 dopuści wycenę kaniul o parametrach:

„Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna, z elastycznymi skrzydełkami stabilizującymi kaniulę w żyłę, z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrząsk o gładkich krawędziach zabezpieczający personel przed zakłuciem, zadrapaniem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia oraz 6 pasków radioceniujących. Opakowanie odporne na przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości. Koreczek z trzpieniem standardowym, zapewniający pełne zamknięcie światła kaniuli, nazwa producenta na koreczku portu bocznego oraz opakowaniu jednostkowym. Rozmiary od 0,7/24G dł. 19 – przepływ 23ml/min., 0,9/22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 1,1/20G dł. 32mm. - przepływ 61ml/min; 1,3/18G dł. 45mm. - przepływ 100ml/min; 1,5/17G dł. 45mm. - przepływ 142ml/min; 1,7/16G dł. 45mm. - przepływ 200ml/min; 2,1/14G dł. 45mm. - przepływ 305ml/min”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 99**

Czy Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o długości komory kroplowej 50mm (kroplomierz komory 20 kropli = 1ml ± 0,1ml), wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów; filtr 15µm; z regulatorem przepływu; dren o długości 150cm; igła biorcza dwukanałowa z osłoną posiadającą 4 wypustki ułatwiające zdejmowanie, w opakowaniu typu folia, z komorą kroplową z pierścieniem ułatwiającym wbicie przyrządu do pojemnika z płynem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 100**

Czy Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o długości komory 62mm w części przezroczystej, z komorą kroplową z pierścieniem ułatwiającym wbicie przyrządu do pojemnika z płynem? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 101**

Zadanie 18 poz. 3 rurki intubacyjne zbrojone. Czy Zamawiający wymaga rurek beztalanowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 102**

Zadanie 18 poz. 3 rurki intubacyjne zbrojone. Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.



g



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 103**

Zadanie 18 poz. 5 lp. 1-4. Czy Zamawiający wymaga prowadnic bezftalanowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 104**

Zadanie 18 poz. 5 lp.5 prowadnica Bougie. Czy Zamawiający wymaga prowadnic wzmocnionych na całej długości, wykonanych z plecionki włókien żywicznych pokrytych medycznym tworzywem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 105**

Zadanie 5, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 106**

Zadanie 5, poz. 1-3,11

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 107**

Zdanie 34, poz. 6-7,9,13-15,20-22,35,40-42,46,

Czy zamawiający wydzieli poz. . 6-7,9,13-15,20-22,35,40-42,46 do osobnego pakietu (z uwagi na jego wielkość pakietu- dużą wartość i jego duże zróżnicowanie), takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie 108**

Zadanie 34, poz. 7,9,13,20,21,41,46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 109**

Zadanie 34, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 110**

Zadanie 34, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 111**

Zadanie 34, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 112**

Zadanie 36, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelazem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hypoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości  $\pm 7\%$ , włókno poliestrowe - 100 g/m<sup>2</sup>  $\pm 5\%$ , o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 113**

Zadanie 39, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



*Handwritten signature*



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 114**

Zadanie 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 114a**

Zadanie 39, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 115**

Czy zamawiający dopuści IS bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 116**

Czy zamawiający dopuści datę ważności – przydatności do użycia minie niż 5 lat, jeżeli zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, wykonawca rozumie, że Zamawiający nie widzi potrzeby dłuższego magazynowania zamówionych towarów. Należy wskazać, iż dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu, w związku z tym prosimy o dopuszczenie produktów z krótszym terminem przydatności niż 5 lat. W przypadku nie dopuszczenia przez zamawiającego krótszego terminu przydatności prosimy o wyjaśnienie z jakiej zatem przyczyny wyznacza wymóg takiego akurat okresu ważności zamówionych towarów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 117**

Zadanie 39, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 118**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 119**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. Komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 119a**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

**Pytanie nr 120**

Zadanie 5, pozycja: opis nad pakietem

Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga na produkcie logo czy nazwę producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga nazwy producenta.

**Pytanie nr 121**

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp bez kołnierza na łączniku luer lock oraz bez wcięcia na tłoku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 122**

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp bez dodatkowej skali tłoczonyj na tłoku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 123**

Zadanie 5, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 124**

Zadanie 5, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z cylindrem w mlecznym kolorze wyraźnie kontrastującym z tłokiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 125**

Zadanie 5, pozycja 8 (w formularzu cenowym pozycja 9)

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13?



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 126**

Zadanie 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 127**

Zadanie 5, pozycja 5-9 (w formularzu cenowym 5-10)

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 128**

Zadanie 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 129**

Zadanie 5, pozycja 11-20 (w formularzu cenowym 12-21)

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 130**

Zadanie 5, pozycja 27 (w formularzu cenowym 26)

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 131**


Zadanie 5, pozycja 28 (w formularzu cenowym 29)

Czy Zamawiający dopuści igły motylki o parametrach:

Igła wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

- Cienkie ścianki igły zapewniają dużą średnicę wewnętrzną oraz wysokie przepływy
- Elastyczne skrzydełka po założeniu ułatwiają wykonanie wkłucia, po rozłożeniu zapewniają odpowiednią stabilizację motylka do skóry pacjenta
- Kodowanie kolorystyczne skrzydełek umożliwia szybką identyfikację rozmiaru
- Transparentny dren o długości 30cm, odporny na załamania – umożliwia wygodne i bezpieczne podawanie leków
- Zakończenie drenu typu luer lock zabezpieczone koreczkiem, kompatybilne ze stożkiem strzykawki luer oraz luer lock





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizacja tlenkiem etylenu , rozmiary 22G, 23G, 25G, 26G
- Pakowanie: 1 sztuka papier/folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 132**

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 133**

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 134**

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okrągłą elektrodę o średnicy 54mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 135**

Zadanie 15, pozycja 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 136**

Zadanie 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści okrągłą elektrodę w rozmiarze 56x42mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 137**

Zadanie 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści okrągłą elektrodę o średnicy 48mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 138**

Zadanie 15, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x70x315?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 139**

Zadanie 18

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem nie silikonowane w rozmiarach od CH 3.0 do CH 9.0

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 140**

Zadanie 18

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankieta nie silikonowane w rozmiarach od CH 3.0 do CH 9.0

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 141**

Zadanie 18

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone proste z prowadnicą odporną na kwasy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 142**

Zadanie 18

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne nie silikonowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 143**

Zadanie 18, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjne w rozmiarach: 2.0 mm, 3.3mm, 4.7 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 144**

Zadanie 22, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 145**

Zadanie 15, pozycja 6-10

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe nieposiadający mankieta zabezpieczający przed wywijaniem o przedziałach wagowych:

- 5-10kg
- 30-50kg
- 50-70kg
- 70-100kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



g





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



### Pytanie nr 146

Zadanie 22, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści resuscytator zgodny z opisem

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwuuar tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiającą pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maski anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia maski do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwuuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandardyzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 147

Zadanie 34, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 148

Zadanie 34, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków wyłącznie w kolorze czerwonym?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 149

Zadanie 34, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 150**

Zadanie 34, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 151**

Zadanie 34, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści łącznik podwójnie obrotowy z pojedynczym portem o uniwersalnym połączeniu 22M/15F od strony pacjenta oraz 22F od strony maszyny i objętości wypełnienia 42ml ± 5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 152**

Zadanie 34, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 153**

Zadanie 34, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści nerkę o długości 245mm, spełniająca pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 154**

Zadanie 34, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 155**

Zadanie 34, pozycja 20-21

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 156**

Zadanie 34, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 157**

Zadanie 34, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l o wysokości 97mm, średnicy górnej 109mm, średnicy dolnej 93mm, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?



*Handwritten signature or mark.*



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 158**

Zadanie 34, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l o średnicy górnej/dolnej – 100mm/95mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 159**

Zadanie 34, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1,0l o wysokości 140mm, średnicy górnej 109mm, średnicy dolnej 92,5mm, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 160**

Zadanie 34, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2,0l o wysokości 246mm, średnicy górnej 109mm, średnicy dolnej 95mm, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 161**

Zadanie 34, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 130mm z otworem wrzutowym 90mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 162**

Zadanie 34, pozycja 28-32

Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez miejsca do opisu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 163**

Zadanie 34, pozycja 28-32

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z dodatkową etykietą do opisu, zamiast wyznaczonego pola?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 164**

Zadanie 34, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści sterylną wodą do inhalacji z adapterem a'340ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



*[Handwritten signature]*



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 165**

Zadanie 34, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 166**

Zadanie 34, pozycja 38, 39

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a' 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 167**

Zadanie 34, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a' 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 168**

Zadanie 34, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 169**

Zadanie 34, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a' 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 170**

Zadanie 34, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści worki z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml), spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 171**

Zadanie 34, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 172**

Zadanie 34, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze o długości całkowitej 50mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 173**

Zadanie 34, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a' 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 174**

Zadanie 34, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści niesterylny, produkowany w odpowiednich warunkach, będący wyrobem medycznym worek do lewatywy z drenem o długości 115cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 175**

Zadanie 34, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do lewatywy z drenem o długości 150cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 176**

Zadanie 34, pozycja 51, 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 34 pozycje 51, 52 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 177**

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 90x45x39mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 178**

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 179**

Zadanie 36, pozycja 2

Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie?  
Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m<sup>2</sup>. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 180**

Zadanie 36, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 181**

Zadanie 36, pozycja 3

Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie?

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2020 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 182**

Zadanie 36, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 183**

Zadanie 36, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 184**

Zadanie 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze 6 do 26?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 185**

Zadanie 38, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 2100mm zakończony lejek-lejek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje drenu zakończonego z jednej strony łącznikiem żeńskim typu lejek a z drugiej strony łącznikiem męskim – kapkon.



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494

Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 186**

Zadanie 38, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 2100mm zakończony lejek-lejek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 187**

Zadanie 38, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi naprzemianległymi dostępny w rozmiarach 6 do 22?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 188**

Zadanie 38, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik CH6-CH10 o długości 40cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 189**

Zadanie 38, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik CH12-CH22 o długości 60cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 190**

Zadanie 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy nie posiadające skrzydełek ułatwiających wbicie przyrządu do pojemnika z płynem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 191**

Zadanie 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik redona 250ml/400ml, wykonany z bezbarwnego atestowanego tworzywa sztucznego, wyposażona w zaczep umożliwiający mocowanie do opatrunków lub odzieży pacjenta, zakończony uniwersalną końcówką, która pozwala na podłączenie drenów o średnicach 3,3 ÷ 5,3 mm / 8 ÷ 16 CH, pakowanie papier/folia ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że opakowanie otwiera się po krótszej stronie opakowania.

**Pytanie nr 192**

Zadanie 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę redona z jednym oczkowym uchwytem do podwieszenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 193**

Zadanie 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści butelkę redona wg poniższego opisu:



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494



Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl

- Niebisko-przezroczysta butelka wykonana z nietłukącego się, mocnego i lekkiego tworzywa PVC
- Dostępne pojemności butelek 200ml, 400ml, 600ml
- Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia/wielkości podciśnienia początkowego równego 900 mbar
- Wysoki stopień dokładności pomiaru odsysanej wydzieliny – skalowanie z dokładnością co 10ml do pełnej pojemności butelki
- Łącznik Large-lock, umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową
- Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH 6 – CH 18, zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą stabilizującą
- Dwie wygodne klemmy zaciskowe typu przesuwne (od próżni i do wydzieliny)
- Własny, uniwersalny system podwieszenia
- Dostępne opcje pełnych zestawów (butelka ssąca, dren łączący oraz dren Redona o długości 80cm z trokarem)
- Sterylny
- Podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 194**

Zadanie 41, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Dren Redona w rozmiarze CH15 spełniający pozostałe wymagania SWZ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### **Pytanie nr 195**


Zadanie nr 16, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu



ly





**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu**

**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494

Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl




- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- Rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 195a**

Zadanie nr 16, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytania nr 195b**

Zadanie nr 16, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 196**

Zadanie nr 18, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem) – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne z mankietem, przezroczyste?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 197**

Zadanie nr 18, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem) – Czy zamawiający dopuści przezroczyste rurki intubacyjne z mankietem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 198**

Zadanie nr 8, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem) – Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 199**

Zadanie nr 18, pozycja nr 2 (Rurki intubacyjne bez mankieta) – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne bez mankieta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 200**

Zadanie nr 18, pozycja nr 2 (Rurki intubacyjne bez mankieta) – Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 201**

Zadanie nr 18, pozycja nr 5 (Rurki tracheostomijne) – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki tracheostomijne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 202**

Zadanie nr 18, pozycja nr 7 (Prowadnica do ukształtowania poz. 2) – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 3,3mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 203**

Zadanie nr 18, pozycja nr 9 (Prowadnica do ukształtowania poz. 4) – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 4,7mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 204**

Zadanie nr 22, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 205**

Zadanie nr 22, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 5 – 10 kg oraz 10 – 20kg?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 206**

Zadanie nr 22, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 50 – 70kg?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 207**

Zadanie nr 22, pozycja nr 9-10 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe >70kg?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe dla pozycji nr 9, natomiast nie dopuszcza dla pozycji nr 10 gdyż wymaga masek powyżej 100 kg z uwagi na to, iż przyjmuje pacjentów o takiej wadze.

**Pytanie nr 208**

Zadanie nr 22, pozycja nr 11-17 – Czy zamawiający dopuści maski bez kodowanej kolorem etykiety?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 209**

Zadanie nr 22, pozycja nr 11-17 – Czy zamawiający dopuści maski z nadrukowanym rozmiarem na etykiecie (cyfrowo)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 210**

Zadanie nr 22, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści resuscytator z PCV o objętości 1650ml, dla dorosłych o masie ciała powyżej 40kg, z zaworem bezpieczeństwa 60 cm H<sub>2</sub>O, z rezerwuarem o objętości 2000ml oraz drenem o długości 2,1m, reszta zgodna z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



#### Pytanie nr 211

Zadanie nr 23, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami karbowanymi, rozciągliwymi o długości 200cm, wykonanymi z PP i EVA?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie nr 212

Zadanie nr 23, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z PP i EVA, z dodatkową rurą o długości 120cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie 213

Zadanie nr 28, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



8




**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



### Pytanie nr 214

Zadanie nr 28, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści przyrząd bez filtra?

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 215

Zadanie nr 28, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



g



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 216**

Zadanie nr 28, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści przyrząd bez filtra?

•Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

•Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

•Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

•Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

•Przestrzeń martwa: 40ml

•Waga: 30g

•Objętość oddechowa: 150-1500ml

•Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500


•Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•Złącza: 22M/15F-22F/15M

•Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•Opakowanie: papier/folia

•Jałowy: tak




**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



*Handwritten signature*



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**

Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 217**

Zadanie nr 34, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści wagę ok. 60g (bez opakowania)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 218**

Zadanie nr 34, pozycja nr 6 – Czy zamawiający wymaga kieliszków zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I z funkcją pomiarową (potwierdzone dołączeniem do oferty certyfikatu CE)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 219**

Zadanie nr 34, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści pojemność 250ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 220**

Zadanie nr 34, pozycja nr 14-15 – Czy zamawiający wymaga masek bez zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 221**

Zadanie nr 34, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści jednorazową, przyjazną dla skóry opaskę do mocowania rurki intubacyjnej, zapewniającą jej bezpieczną stabilizację zapobiegając przypadkowej ekstubacji, wykonana z miękkiej pianki pokrytej przyjaznym dla skóry, antyodleżynowym materiałem (bawełna + welur), z powodzeniem może być stosowana u pacjentów zaintubowanych zarówno długoterminowo jak i w nagłych przypadkach, opaski te nie wymagają użycia przylepców, jednoczęściowa, pozwalająca na szybkie i komfortowe założenie, z możliwością indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta oraz wielokrotnej zmiany ułożenia rurki, posiada wygodne mocowanie na rzep, otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki, dodatkowy rzep samoprzylepny na rurkę intubacyjną umożliwiający jej zamocowanie do opaski, neutralne dla bakterii, pakowane pojedynczo, kolor beżowy, występująca w dwóch długościach: 72cm oraz 85cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 222**

Zadanie nr 34, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych wykonaną z pianki obłożonej miękkimi materiałami nie powodującymi podrażnień oraz odleżyn (bawełna), o długości ok. 48,5 cm i szerokości 3,5 cm, opaska wyposażona w 2 rzepy (4 cm x 6 mm) zgrzane po obu stronach w głąb opaski na ok. 1 cm, dostępna w wersji z otworem na środku opaski, kolor beżowy, niejałowa, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 223**

Zadanie nr 34, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści jednorazową, przyjazną dla skóry opaskę do mocowania rurki tracheostomijnej, zapewniającą jej bezpieczną stabilizację zapobiegając przypadkowej ekstubacji, wykonana z miękkiej pianki pokrytej przyjaznym dla skóry, antyodleżynowym materiałem (bawełna + welur), regulowane długości ramion umożliwiają dopasowanie do każdego obwodu szyi pacjenta, mocowanie za pomocą rzepów ułatwia ustabilizowanie rurki, dwuczęściowa, z możliwością wielokrotnej zmiany ułożenia rurki, boczne zapięcie obydwu części rzepem, kolor beżowy, niejałowa, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 224**

Zadanie nr 34, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 115mm, średnicy górnej 140mm oraz średnicy dolnej 102mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 225**

Zadanie nr 34, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 120mm i wymiarach 100mm x 55mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 226**

Zadanie nr 34, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 125mm, średnicy górnej 140mm oraz średnicy dolnej 102mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 227**

Zadanie nr 34, pozycja nr 25 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 160mm, średnicy górnej 165mm oraz średnicy dolnej 120mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 228**

Zadanie nr 34, pozycja nr 26 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4l, o wysokości 155mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 229**

Zadanie nr 34, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4l, o wysokości 155mm, średnicy górnej 240mm oraz średnicy dolnej 200mm?



Handwritten signature or mark.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 230**

Zadanie nr 34, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 190ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 231**

Zadanie nr 34, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 366ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 232**

Zadanie nr 34, pozycja nr 36 – Czy zamawiający dopuści pojemność 550ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 233**

Zadanie nr 34, pozycja nr 43 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 234**

Zadanie nr 34, pozycja nr 44 – Czy zamawiający dopuści czarne worki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 235**

Zadanie nr 34, pozycja nr 47 – Czy zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o parametrach:

- Jednorazowego użytku
- Wykonany z polipropylenu
- Długość: ok. 55mm
- Pakowany pojedynczo, w opakowaniu papier-folia
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie zbiorcze 100szt.



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 236**

Zadanie nr 34, pozycja nr 48 – Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm?



*g*



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 237**

Zadanie nr 34, pozycja nr 49 – Czy zamawiający dopuści przyrząd wykonany z AS?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 238**

Zadanie nr 34, pozycja nr 49 – Czy zamawiający dopuści przyrząd bez filtra?


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 239**

Zadanie nr 34, pozycja nr 51 – Czy zamawiający dopuści przyrząd o parametrach:

- Bezigtowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek
- Dwuświatłowy
- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji
- Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm z możliwością zamknięcia klapką
- Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi
- Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki
- Płaska powierzchnia membrany
- Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem
- Bez lateksu, PCV oraz DEHP
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



5



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



#### **Pytanie nr 240**

Zadanie nr 34, pozycja nr 51 – Czy zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,2  $\mu$ , mała objętość napełniania, nieznaczne siły nakłucia, dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), ochrona przed skażeniem i oznaczenie kapturka ochronnego kolorem zielonym, wolny od lateksu i PCV, możliwość obsługi przy pomocy jednej ręki, odporność na alkohole i tłuszcze?



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 241**

Zadanie nr 34, pozycja nr 52 – Zwracamy się z prośbą do zamawiającego w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, aby pozycja nr 52 z pakietu nr 34 została wykreślona, ponieważ wskazanym asortymentem dysponuje tylko jedna firma.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie nr 242**

Zadanie nr 36, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną, suchą, sterylną, bez detergentów, sterylizowana tlenkiem etylenu, wymiary: 9 x 4 x 3,5 cm, miękka i elastyczna, ale na tyle twarda by dobrze spełnić swoje zadanie, gąbka umożliwia namydlenie i czyszczenie obszarów między palcowych i delikatnych powierzchni, przedramienia i wyczyszczenie paznokci, szczotka zapobiega uszkodzeniom naskórka i umożliwia optymalne mycie, w części środkowej są one niższe i twardsze umożliwiając dokładne umycie paznokci?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 243**

Zadanie nr 36, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści myjki nasączone środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody, o wymiarach: 24,5 x 17 cm, zaokrąglony ergonomiczny kształt i zwężenie w nadgarstku - zapobiegają zsuwaniu się, zgrzewana ultradźwiękowo, a nie zszywana – dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta, wykonana z obu stron z poliestru o gramaturze 100g/m<sup>2</sup> (część przednia) + 70g/m<sup>2</sup> (część tylna), nie zawiera lateksu, pakowane w opakowanie foliowe po 20 sztuk, wyrób oferowany na 23% VAT?

9



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 244**

Zadanie nr 36, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści myjki nasączone środkiem myjącym oraz nawilżającym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody, o wymiarach: 24,5 x 17 cm, zaokrąglony ergonomiczny kształt i zwężenie w nadgarstku - zapobiegają zsuwaniu się, zgrzewana ultradźwiękowo, a nie zszywana – dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta, wykonana z obu stron z poliestru o gramaturze 100g/m<sup>2</sup> (część przednia) + 70g/m<sup>2</sup> (część tylna), nie zawiera lateksu, pakowane w opakowanie foliowe po 20 sztuk, wyrób oferowany na 23% VAT?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 245**

Zadanie nr 36, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści golarki typu GALLANT jednorazowego użytku, niesterylna, nie zawiera lateksu, wykonana z tworzywa HIPS (polistyren wysokiej udarności), posiada pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej, które pokryte jest warstwą PTFE (teflon, platinum, diamond), dodatkowo w prosty sposób ostrze można odłamać od rączki poprzez lekki pionowy nacisk, golarka wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu się ostrza, długość całkowita 6 cm, szerokość ostrza ok. 4 cm, głębokość 0,01 cm, pakowane po 50 sztuk?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 246**

Zadanie nr 37, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści, tak jak dotychczas stosowany, zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi i ukośną zastawką do regulacji siły ssania oraz chropowatą gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce z perforacją, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml żelu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku, każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu po otwarciu opakowania zewnętrznego, oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną i analizą dostępnej literatury dotyczącej skuteczności w redukcji VAP, poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego





**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu**

**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS

0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 247**

Zadanie nr 37, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści, tak jak dotychczas stosowany, czepek z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej przez 20 sekund przy mocy 700W, produkt na stawce VAT 23%?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 248**

Zadanie nr 22 poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści wyroby medyczne z drenem ze standardową końcówką?



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 249**

Zadanie nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do nebulizatora o dł. 200 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 249a**

Zadanie 22 poz. 6-10

Prosimy o dopuszczenie zakresów wagowych

- dla pozycji 6: 10-20 kg
- dla pozycji 7: 30-50 kg
- dla pozycji 8: 50-70 kg
- dla pozycji 9: 70-100 kg
- dla pozycji 10: >100 kg

Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 250**

Zadanie 22 poz. 6-10





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis: „Maski krtaniowe ... posiadające mankiet zabezpieczający przed wywijaniem się podczas zakładania” oznacza, że koniuszek mankieta ma posiadać widoczne zgrubienie (fałd) chroniący mankiet przed podwijaniem się podczas zakładania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 251**

Zadanie nr 22 poz. 11-17

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną z oznakowaniem rozmiaru cyfrą od 1 do 6 (1,2,3 – rozmiar pediatryczny, 4,5,6 – rozmiar dla dorosłych)?

lub

Czy Zamawiający dopuści maski kodowane kolorowym pierścieniem założony na złączu maski widocznym przez przezroczyste opakowanie zamiast kodu na etykiecie, z oznakowaniem rozmiaru cyfrą od 0 do 5 ( 0,1,2- rozmiary pediatryczne, 3,4,5 – rozmiary dla dorosłych)?



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 252**

Zadanie nr 22 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora z workiem o objętości 1510 ml, umożliwiającym podanie objętości oddechowej do 1000 ml oraz z drenem o długości 2,15m? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 253**

Zadanie nr 23 poz. 2

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP (polipropylenu)? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 254**

Pakiet 3. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki posiadające dwustronną /podwójną skalę pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki oraz tylko nazwą producenta na cylindrze, co pozwoli na jednoznaczna identyfikację w menu pompy, gdyż w ofercie producenta jest tylko jeden typ strzykawek do pomp, opakowanie 85 szt.



56



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 255**

Pakiet 3. Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę 5 ml LL pakowanych po 100 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 256**

Pakiet 3. Poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej ściętej pod kątem 45 stopni z nasadką 2,3 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 257**

Pakiet 3. Poz. 6.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przyłączeniowego o dł. 41 cm, z jednym zaciskiem zatrzaskowym, filtrem przy kolcu zabezpieczonym klapką otwieranym manualnie, objętość wypełnienia 2,7ml, dren o średnicy (2,9x4,1) mm. Do wielokrotnego użycia min.600 podań lub 7 dni. Dren bez PCV.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 258**

Pakiet 3. Poz. 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przyłączeniowego bursztynowego o dł. 41 cm, z jednym zaciskiem zatrzaskowym, objętość wypełnienia 2,8ml. filtrem przy kolcu zabezpieczonym klapką otwieranym manualnie. Dren o średnicy (2,9x4,1) mm. Do wielokrotnego użycia min.600 podań lub 7 dni. Dren bez PCV.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 259**

Pakiet 3. Poz. 8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podłączeniowego o dł. 43cm z filtrem 0,2 µm, dren bez PCV.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 260**

Pakiet 3. Poz. 9 - 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z łącznikiem (tworzących po nakręceniu łącznika na strzykawkę systemu modułowego - bez możliwości rozłączenia) -łącznik o objętości wypełnienia 0,1ml, dł. Około 4cm, do wielokrotnego użycia 100 podań. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



fb



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 261**

Pakiet 3. Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 7 cm; długość igły 2cm, objętość wypełnienia 0,35 ml, opakowanie 50 szt. Reszta parametrów zgodna z SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 262**

Pakiet 3. Poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego łącznika bezigłowego z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przezroczysty, o przepływie min. 200 ml/min. Umożliwia grawitacyjny przepływ przez kaniule od 24G do 16G. Posiadający system uniemożliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki. Łącznik o długości min.4cm z kapturkiem zabezpieczającym w wyrazistym czerwonym kolorze o długości min.1cm umożliwiające łatwe i szybkie zabezpieczenie łącznika. Objętość wypełnienia poniżej 0,15ml. Możliwość użycia min. 100 aktywacji. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie 50szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 263**

Pakiet 3. Poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igłę tępą do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 40mm, otworem centralny i ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań bez filtra cząsteczkowego. sterylizacja tlenkiem etylenu

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 264**

Pakiet 5. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z dwustronną/podwójną skalą pomiarową co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 265**

Pakiet 5. Poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę pakowanych po 100 szt. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.







**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**0000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 266**

Pakiet 5. Poz. 4-7

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 267**

Pakiet 5. Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny 1ml z igłą w rozmiarze 0,5 x 16 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 268**

Pakiet 5. Poz. 10.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o produkcji innej niż ChRL.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 268 a**

Pakiet 5. Poz. 10.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto.

**Pytanie nr 268 b**

Pakiet 5. Poz. 10.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z logo producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 269**

Pakiet 5. Poz. 17.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6 x 32mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 270**

Pakiet 5 Poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,5 x 25mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, ponieważ podane parametry są wymagane w pozycji 20 pakietu nr 5.



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 271**

Pakiet 5. Poz. 21-26

W celu zwiększenia konkurencyjności oferty prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 21-26 do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 272**

Pakiet 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuła dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Kaniuła dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, widoczna w RTG, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 273**

Pakiet 7 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuła dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Kaniuła dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, widoczna w RTG, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 24G 0,7mm x 19 mm - przepływ 16 ml/min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 274**

Pakiet 7 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania kaniuli bezpiecznej, z mechanizmem zabezpieczającym w pełni izolującym igłę i otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 275**

Pakiet 13. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, dł. całkowita 43cm dla CH8 oraz 48cm dla CH11/14, osiem oczek drenażowych wewnątrz pętli; rozrywalny trokarz dł. 12cm o średnicy wewnętrznej CH9 dla cewnika CH8, CH12 dla cewnika CH11 oraz CH15 dla cewnika CH14, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Handwritten signature or mark.



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS

0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



### Pytanie nr 276

Pakiet 13. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wielostopniowej o składzie: igła typu Chiba 2częściowa 18G (1.3mm), długość 20cm - igła o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm (dla CH14 dł. 32,5cm), przewodnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzań dopasowanych do rozmiaru cewnika. Rozmiary cewnika: CH6/8/10/12/14. Zestaw sterylny jednorazowego użytku.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

### Pytanie nr 277

Pakiet 13. Poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wielostopniowej o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, przewodnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzań dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadlu; kranik Luer-Lock; bezłateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Rozmiary cewnika: CH8/10/12. Zestaw sterylny jednorazowego użytku

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

### Pytanie nr 278

Pakiet 13. Poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu rozszerzań prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadlu, wykorzystywany do wytworzenia przetoki nerkowej. Rozmiar CH6, CH8, CH11 + rozrywalna koszulka. Produkt sterylny.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

### Pytanie nr 279

Pakiet 13. Poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzadła proste wykorzystywane do wytworzenia przetoki nerkowej, wykonane z PEBA o dł. Ok. 21 cm. Rozmiar CH10. Produkt sterylny.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

### Pytanie nr 280

Pakiet 14. Poz. 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki moczu w systemie zamkniętym z czasem stosowania do 7 dni, pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nie ulegający odkształceniom o długości 100 cm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikiem do cewnika, zawór spustowy przesuwany typu T o średnicy wewnętrznej 13mm bez elementów



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



wchodzących w strumień przepływu, zawór antyzwrotny NRV, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, z wysoką dokładnością pomiaru, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu. Produkt jednorazowego użytku, sterylne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 281**

Pakiet 16. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 282**

Pakiet 16. Poz. 2 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalny adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 283**

Pakiet 23. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 284**

Pakiet 23. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu,



8



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



rociągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 285**

Pakiet 39. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa dwukanałowa, z ABS, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt. Data ważności 3 lata od daty produkcji

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 285 a**

Pakiet 39. Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 285 b**

Pakiet 39. Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 286**

Pakiet 39. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości bisfenolu A (BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,



*[Handwritten signature]*



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 286 a**

Pakiet 39. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 286 b**

Pakiet 39. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV o długości min. 80 mm w części przezroczystej

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 287**

Pakiet 42 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę 3-częściową, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiołki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Objętość wypełnienia adaptera ok. 0,35ml. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego.

Strzykawka dostępna w rozmiarach : 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml i 60ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadany przez FDA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 288**

Pakiet 42 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera do fiołki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiołek o średnicy 13 mm, 20mm oraz 28mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiołki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiołki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 20 ml dla fiołki 13mm i 100 ml dla fiołek 20mm i 28mm. Membrana gładka, nie wystająca poza krawędź obudowy. Zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA.



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 289**

Pakiet 42 Poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia dostępowego do linii infuzyjnej pozwalającego zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego. Działające w systemie podwójnych elastomerowych membran. Umożliwia wielokrotną podaż bolusa. Membrana nie wystająca poza krawędź obudowy. Długość ok. 2,7cm. Posiada kod ONB nadany przez FDA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 290**

Pakiet 42 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia dostępowego do worka lub butelki do pobierania roztworu (np. NaCl), kompatybilny z urządzeniem na strzykawkę, działający w systemie elastomerowych membran gwarantujących suche połączenie. Posiada kod ONB nadany przez FDA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 291**

Pakiet 42 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do podaży dopęcherzowej kompatybilny z cewnikiem Foley, posiadający wbudowany adapter umożliwiający podaż dopęcherzową w systemie zamkniętym, kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę. Objętość wypełnienia 0,95 ml. Posiada kod ONB nadany przez FDA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 292**

Zadanie nr 1 poz. Czy nie zaszła pomyłka w opisie i czy Zamawiający dopuści prowadnicę długości 35mm zamiast podanych 45mm. W rozmiarze 45mm prowadnice nie występują.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia wymaganą długość prowadnicy z 45 mm na 35 mm.

**Pytanie nr 293**

Formularz cenowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na etapie przygotowania oferty wykonawca wypełnia formularz cenowy od kolumny „cena jednostkowa netto”.

**Odpowiedź:**

Tak, na etapie przygotowania oferty wykonawca wypełnia formularz cenowy od kolumny „cena jednostkowa netto”.

**Pytanie nr 294**

Pełnomocnictwo

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby pełnomocnictwo wskazywało postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy. Wykonawca przystępując





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



do wielu postępowań przetargowych dysponuje ogólnym pełnomocnictwem, które upoważnia ogólnie do reprezentowania w postępowaniach przetargowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu, aby pełnomocnictwo wskazywało postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, ale musi dotyczyć pełnomocnictwa w zakresie udzielania zamówień publicznych.

**Pytanie nr 295**

§ 5 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od ww. zapisu. Prosimy o możliwość wystawiania faktur w formacie PDF po każdej zrealizowanej dostawie towaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od zapisu § 5 ust. 4 wzoru umowy.

**Pytanie nr 296**

Dotyczy pakietu 29 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ostrza do strzygarki chirurgicznej o szerokości ostrza tnącego 31,5 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 297**

Dotyczy pakietu 29 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ostrza do strzygarki chirurgicznej o szerokości ostrza tnącego 39,4 mm, pasujące do strzygarki renomowanej firmy. Pakowane po 20 szt., z przeliczeniem oczekiwanej ilości. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 298**

Dotyczy pakietu 29 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ostrza do strzygarki chirurgicznej o szerokości ostrza tnącego 25 mm, pasujące do strzygarki renomowanej firmy. Pakowane po 20 szt., z przeliczeniem oczekiwanej ilości. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 299**

Dotyczy pakietu 29 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ostrza pakowane po 50 sztuk. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 300**

Dotyczy pakietu 29 Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzygarkę wraz z ładowarką indukcyjną, która jest kompatybilna z min. 3 rodzajami ostrzy jednorazowych. Pozostałe parametry bez zmian. Strzygarka renomowanej firmy.




4





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
**000002494**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 301**

Pakiet 5, pozycja 1, czy pod pojęciem „wkalibrowane” zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych, oraz wymienione fabrycznie w menu pompy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje strzykawki do pomp infuzyjnych uwzględniającej wymagania i katalog programatorów pomp infuzyjnych stosowanych u Zamawiającego.

**Pytanie nr 302**

Pakiet 5, pozycja 1, Prosimy o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml bez skali tłoczony co 1 ml oraz przypadkowego wycięcia na tłoku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 303**

Czy zamawiający oczekuje w Pakiet 5, pozycja 1, strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowej, koncentrycznej, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer-Lock. Wykonanej w całości z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, skala co 1ml do 60 ml, skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej pojemność nominalną), tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

**Pytanie nr 304**

Pakiet 5, pozycja 1,3 prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty pisma potwierdzającego kompatybilność oferowanych strzykawek z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, )

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje powyższego.

5



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 305**

Pakiet 5, pozycja 1,3 prosimy o doprecyzowanie , czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki posiadały Typ strzykawki i logo producenta na cylindrze dla łatwego wyszukania strzykawki w menu pompy . Opakowanie 60 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje strzykawek zgodnych z SWZ

**Pytanie nr 306**

Pakiet 5, pozycja 3 prosimy o doprecyzowanie , czy Zamawiający oczekuje strzykawki bursztynowej, do leków światłoczułych , chroniącej przed światłem o długości fali od 290 do 450 nm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 307**

Prosimy o dopuszczenie w Pakiet 5, pozycje 4,5,6,7 strzykawki 2 częściowej bez rozszerzonej skali, oraz bez kodowania kolorystycznego opakowań, z mlecznym tłokiem, z logo producenta na cylindrze ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 308**

Czy zamawiający oczekuje w Pakiet 5, pozycje 4,5,6,7, strzykawek. na opakowaniu jednostkowy z oznakowanie Luer Tip (6%), potwierdzającym spełnienie Normy EN-20594 lub normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 w zakresie rozmiaru stożka Luer, co zapewnia bezwzględną szczelność strzykawki .

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 309**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 5, pozycja 4, strzykawkę pakowaną po 80 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 310**

Występujemy z zapytaniem do Zamawiającego o sprostowanie, ponieważ zaszła omyłka pisarka podczas numerowania pozycji w zadaniu 7, i liczby porządkowe zamiast 2.3 i 5 powinny być 1, 2 i 3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje sprostowania zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 311**

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 7 pozycja 3 (5) kaniuli dostętniczej z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga powyższego.

**Pytanie nr 312**

Czy zamawiający oczekuje w pakiecie 7 pozycja 3 (5) kaniuli dotętniczej , która ma potwierdzony czas stosowania do 30 dni, w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego?



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga powyższego.

**Pytanie nr 313**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 8 pozycja 1, Kaniul wyposażonych w dodatkowy otwór na ostrzu igły, umożliwiające natychmiastowe, wzrokowe potwierdzenie wejścia naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi) tylko w rozmiarach 22 G – 18 G, pozostałe rozmiary ze względu na duże przepływy nie wymagają takiego potwierdzenia wejścia do naczynia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 314**

Prosimy o wyłącznie kaniul w rozmiarze 24 z pozycji 1 w pakiecie 8 ,ponieważ kaniula w rozmiarze 24 G znajdują się jako osobna pozycja 1 w pakiecie nr 7?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 315**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, pozycja 1 Kaniuli bezpieczna bezportowa.w rozmiarze 24 G, wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu typu Vialon, bez portu górnego, wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem aktywowany przyciskiem. Kaniula z podzielną membraną silikonową umieszczoną wewnątrz konektora minimalizującą ryzyko wycieku krwi z nasadki cewnika. Posiadająca skrzydełka do mocowania, dodatkowy otwór przy ostrzu igły?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 316**

Czy Zamawiający oczekuje aby oferenci dołączyli do składanych ofert, w zakresie zadania 7 i 8, możliwość dla Zamawiającego do skorzystania z platform e-learningowych, zawierających materiały szkoleniowe, jako dokształcanie personelu, dające możliwość:

- administrowania sesjami użytkowników (dodawania i usuwania użytkowników) przez przedstawiciela szpitala
- monitorowania postępów poszczególnych uczestników szkoleń on-line przez administratora ze strony szpitala
- każdy moduł szkoleniowy zakończony obiektywnym testem sprawdzającym
- automatycznego wygenerowania certyfikatu uczestnictwa ukończenia szkolenia?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje powyższego.

**Pytanie nr 317**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie w pakiecie 39 pozycja 1 alternatywnego aparatu do infuzji grawitacyjnej . Zestaw do infuzji grawitacyjnej - komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek. Kompatybilny z lipidami, zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu, bez PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A. Długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony. Objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stale. Komora kroplowa o długości 57mm, na opakowaniu jednostkowym,



*f*



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



oznakowanie kolorystyczne inne niż dla aparatów do krwi, oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 318**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 39 pozycja 2 alternatywnego zestawu do transfuzji (przetaczania) krwi, bez odpowietrzenia, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, długość min.90mm, spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, kompatybilny z lipidami, długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm. Objętość wypełnienia drenu 14 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stale. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
*Ewa Sempowicz*