

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40- 007 Katowice  
NIP 634-019-71-34  
REGON 000001347

Katowice, dnia 24.05.2021 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
nr sprawy: DZP.381.020.2021.UGK

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

---

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 euro pn.: „Usługa sekwencjonowania DNA metodą Sangera”, nr sprawy: DZP.381.020.2021.UGK.

---

1. Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1) Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają wymogów, opisanych w punkcie II.1. 2) i 3) w SWZ: tj: 2) „Wykonawca musi posiadać certyfikat wystawiony nie wcześniej niż 2 lata przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający biegłość i rzetelność wykonywania techniki sekwencjonowania DNA, wydany przez międzynarodową organizację kontroli jakości, posiadający akredytację spełniającą normę ISO 17043 (akredytacja organizatorów badań biegłości) lub równoważną, wydaną przez jednostkę akredytującą postępującą zgodnie ze standardami zawartymi w normie ISO/IEC 17011”. 3) Wykonawca wykona sekwencjonowania w jednym laboratorium zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wymogi uniemożliwiają udział niektórych Wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych

str. 1 z 2



do wykonania zamówienia. Usunięcie w.w. wymogów pozwoli na udział w postępowaniu większej liczby Wykonawców a tym samym podniesie konkurencyjność złożonych ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Zamawiający sformułował zapisy SWZ w sposób zgodny z przepisami art. 16 ustawy Pzp, a więc zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny. Zamawiający opisał wymagania dotyczące Wykonawcy w sposób zapewniający właściwy poziom świadczonej usługi. Ze względu na wyspecjalizowany poziom prowadzonych badań Zamawiający uznał, że certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę akredytującą, będzie gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług, wypełniając tym samym nakaz wynikający art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

W celu rozszerzenia kręgu Wykonawców, którzy są w stanie spełnić opisany wymóg, Zamawiający dopuszcza akredytację spełniającą normę równoważną do ISO 17043.

Wymóg sekwencjonowań w jednym laboratorium znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma istotne znaczenie dla płynności prowadzonych przez Zamawiającego prac, szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pandemia, gwarantując bezpieczeństwo i możliwość przesyłania próbek w granicach jednego kraju.

2. Powyższe wyjaśnienia są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

.....

.....

