



# Politechnika Warszawska

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

CEZMAT/ZP13/2024  
SWZ

Załącznik nr 2 do

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

#### *„Usługa wzorcowania wag w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT”*

1. Wszystkie pomiary wykonywane w ramach zlecenia muszą być przeprowadzone z wykorzystaniem sprzętów, które posiadają aktualne świadectwo wzorcowania PCA, ze względu na zachowanie spójności pomiarowej.
2. Termin realizacji: lipiec 2014 przewidziany czas od momentu podjęcia działań do wydania raportu z badań to 3 tygodnie.

#### Wzorcowanie wagi technicznej

- Wzorcowanie wagi technicznej PX5202M/1 OHAUS klasy II, na miejscu u Zleceniodawcy
- Zakres: 5200 g - 0,5 g
- Dokładność: 0,01 g
- Wystawienie świadectwa wzorcowania na zgodność z Normą PN/EN ISO/IEC 17025 zgodnego ze wzorem zalecanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

#### Wzorcowanie wagi analitycznej

- Wzorcowanie wagi analitycznej PX85M OHAUS klasy I, na miejscu u Zleceniodawcy
- Zakres: 82 g - 0,001 g
- Dokładność: 0,01 mg
- Wystawienie świadectwa wzorcowania na zgodność z Normą PN/EN ISO/IEC 17025 zgodnego ze wzorem zalecanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)