

**Nr referencyjny: NZ.261.30.2024****Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
**na: Sukcesywne dostawy rękawic na oddziały szpitalne****ZAWIADOMIENIE III  
O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ I ZMIANIE TREŚCI SWZ****I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje iż, dokonuje zmian udzielonych wyjaśnień treści SWZ z dnia 02.08.2024 roku w następujący sposób:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40, dot. zadania nr 2 „Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 2 zaferowania rękawic, dla których odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zostanie wykazana zgodnie z normą ASTM F739, której czułość (poziom wykrywalności przebicia) przewyższa przyjęte standardy i zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo użytkowników rękawic, co zostanie potwierdzone w ofercie stosownym dokumentem?”, została udzielona odpowiedź „Tak, Zamawiający wymaga zaferowania rękawic dla których odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 oraz potwierdzenie w/w wymogu dokumentem przez producenta”.

Omyłkowo zmiany zgodnie z odpowiedzią zostały naniesione na załącznik nr 2 tj. Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1, zamiast na załącznik nr 3 tj. Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2.

W związku z powyższym Zamawiający publikuje załączniki 2 i 3 z poprawnie naniesionymi zmianami.

**II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

**1. W MIEJSCU DOTYCHCZASOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW:**

- Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 1 - po zmianach II
- Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2 - po zmianach II



WPROWADZA SIĘ:

- Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 1 - po zmianach III
- Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2 - po zmianach III

**UWAGA**

**Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.**

**Dyrektor ds. Lecznictwa**

**Antoni Ciach**

*(podpis na oryginale)*