



Wrocław, dnia 30.11.2023r .

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp242/FZ- 127.1/2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę materacy szpitalnych pokrowcem.

Znak spawy: Szp242/FZ- 127.1/2023

Pytanie nr 1 – michal@freeo.li

Czy Zamawiający dopuszcza materace o następujących parametrach:- pianka HR 38kg/m3 k.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody - ze względu na różny wzrost i wagę pacjenta gęstość pianki 40 kg/m3 jest odpowiednia.

Powyższe informacje stanowią integralną część zaproszenia do składania propozycji cenowej.

KIEDYŚ TO BYŁO
Zupełnie inna historia
11-11-2023