

Nr ref. CZ-272-11/22

ZAMAWIAJĄCY: Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Kraków, 24.02.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Dostawa urządzeń do
Laboratorium Kompleksowych Badań Odpadów i Biomasy - Nr ref. CZ-272-11/22.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1 do OPZ Część Analizator CHNS z dnia 23.02.2023 r.

Czy Zamawiający dopuści dwa osobne analizatory analizator CHN+ analizator S z obsługą dwóch programów w jednym komputerze?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2 do OPZ Część Analizator CHNS z dnia 23.02.2023 r

W zał.1.2 pkt. 14 Możliwość przejścia z gazu nośnego Hel na Argon bez potrzeby przebudowy analizatora. Czy Zamawiający dopuści - brak możliwości zmiany gazu na argon.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3 do OPZ Część Analizator CHNS z dnia 23.02.2023 r

Zał 1.2 pkt. 19 Urządzenie wyposażone ciekłokrystaliczny panel dotykowy o wielkości 19"-24" do obsługi analizatora oraz oprogramowanie dedykowane do obsługi dotykowej z

Nr ref. CZ-272-11/22

możliwością pracy za pomocą klasycznej myszy i klawiatury komputerowej. Czy Zamawiający dopuści - brak dotykowego ekranu.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
Dyrektor Instytutu
(podpis elektroniczny)