

BZP.38.382-1.11.24

Jastrzębie – Zdrój, 16.01.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji **Dostawa materacy i jednorazowych kołder grzewczych (BZP.38.382-1.24).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Z DNIA 16.01.2024r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych składających się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, warstwy grzewczej wykonanej z włókna węglowego, włókna silikonowanego (warstwa izolacyjna)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o odstąpienie od autoregulacji wg czujników zewnętrznych

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury do temperatury zaprogramowanej na sterowniku-odczyt wg czujników wbudowanych w elemencie grzewczym

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie możliwości zamontowania urządzenia na stojakach do kroplówek lub na ścianie (opcja)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie zakresu ustawień od 30 °C do 40 °C, z dokładnością do 0,1 °C (30-39 °C z dokładnością do 0,1 °C dla niemowląt i dzieci)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o odstąpienie od zapisu „urządzenie sterujące wyposażone w moduł monitorowania

rzeczywistej temperatury ciała pacjenta (wewnętrznej lub powierzchniowej - czujniki kompatybilne z YSI 400)”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie czasu nagrzewania 3-15 min od temp. 23 ± 2 °C do 37 °

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenia urządzenia z 10 czujnikami wbudowanymi w powłokę materaca z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie materaca o szerokości 50 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie materaca o długości 80 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu łączącego koc/materac z jednostką sterującą: 2 m + przewód materaca/koca: 1 m (łącznie) 3m)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenia urządzenia z 10 czujnikami wbudowanymi w powłokę koca z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o odstąpienie od zapisu „technologia wykonania pozwala na złożenie/zagięcie koca w celu dostosowania do pola operacyjnego i wielkości obszaru ogrzewania”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie koca o szerokości 80 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie koca o długości 120 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 1:

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu łączącego koc/materac z jednostką sterującą: 2 m + przewód materaca/koca: 1 m (łącznie) 3m)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wymaga materaców i koców grzewczych z żywotnością 7 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wymaga koców i materacy z żywotnością 30 miesięcy, po 30 miesiącach wymiana na nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 2 poz. 1-4:

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności w zakresie punktów 1-4 koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przeierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania typu rzep)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 2:


Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 2 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie tuby pod pacjenta o wymiarach 217x91cm:




Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 2 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie koców na całe ciało o wymiarach 195x100cm




Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 2 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie koców wielodostępowych na całe ciało o wymiarach 195x100cm




Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ


Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 2 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie koców na całe ciało o wymiarach 195x100cm



lub

tuby pod pacjenta o wymiarach 217x91cm



Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem