

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179392-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bielsko-Biała: Pakiety oprogramowania medycznego
2020/S 076-179392**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Beskidzkie Centrum Onkologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 18

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod NUTS: PL225

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Aurelia Wójcik

E-mail: a.wojcik@onkologia.bielsko.pl

Tel.: +48 338168134

Faks: +48 334984044

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.onkologia.bielsko.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://www.onkologia.bielsko.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rozbudowa linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM

Numer referencyjny: DZP.271.17.2020

II.1.2) Główny kod CPV

48180000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i unowocześnienie linii radioterapeutycznej zlokalizowanej w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii, Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II Bielsku-Białej przy ulicy Wyzwolenia 18 dla posiadanych przez zamawiającego akceleratorów oraz systemów planowania radioterapii. W załączniku do SWIZ pełny opis stanu istniejącego linii radioterapeutycznych w zakresie oprogramowania i wyposażenia sprzętowego.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33151000

72260000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL225

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Zakładu Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii, Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18, POLSKA.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i unowocześnienie linii radioterapeutycznej zlokalizowanej w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii, Szpitala Miejskiego przy ulicy Wyzwolenia 18 dla posiadanych przez zamawiającego akceleratorów oraz systemów planowania radioterapii.

Niniejsze zadanie dotyczące rozbudowy linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii będzie obejmowało aktualizację posiadanych przez zamawiającego zintegrowanych systemów weryfikacji i zarządzania ARIA oraz planowania leczenia Eclipse wraz z rozbudową systemu zdalnego dostępu w oparciu o platformę Citrix, poprzez poszerzenie funkcjonalności w celu podniesienia jakości świadczenia usług medycznych, wraz z ułatwieniem pracy lekarza i skróceniem czasu obsługi jednego pacjenta. Ponadto zadanie obejmuje:

— unowocześnienie platformy sprzętowej akceleratorów Clinac wyposażonych w system obrazowania rentgenowskiego OBI,

— unowocześnienie platformy sprzętowej symulatorów do planowania radioterapii poprzez wdrożenie najnowszej dostępnej technologii wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pracy i użytkowania symulatora, a także w znacznym stopniu poprawi jakość obrazowania,

— rozbudowę wykorzystywanych systemów planowania leczenia oraz weryfikacji i zarządzania o możliwość pracy zdalnej zarówno wewnątrz sieci szpitalnej jak i spoza szpitala,

— zakup oprogramowania na automatyczne optymalizowanie planów leczenia dla technik dynamicznych IMRT oraz dynamicznych łukowych RapidArc,

— rozbudowę wykorzystywanego akceleratora Clinac iX Silhouette o technikę VMAT,

— rozbudowę wykorzystywanego akceleratora VitalBeam o pakiet dodatkowych zaawansowanych funkcji kilowoltowego obrazowania pacjenta z wykorzystaniem systemu kontroli oddechowej pacjenta pozwoli na

zobrazowanie ułożenia pacjenta oraz napromienianego obszaru jednocześnie podczas napromieniania z zachowaniem procedury kontroli oddechowej,
— wymianę istniejącego symulatora rtg firmy Varian na symulatora TK wraz z niezbędnym specjalistycznym oprogramowaniem i jego integracji z unowocześnionymi systemami linii radioterapeutycznej, umożliwiające wykonywanie wirtualnych symulacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0201/18-007

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie warunku zamawiający wymaga złożenia:

a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie zamawiający wymaga złożenia:

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Dla zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w ww. okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu (nowej lub rozbudowie istniejącej) kompletnej linii radioterapeutycznej obejmującej symulator TK, każdego o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto, potwierdzonych stosownymi dokumentami że zostały one wykonane należycie;

b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowaniem na czas realizacji zamówienia minimum:

- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane o kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Prawo budowlane, Dz.U z 2018 r. poz.1202 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniejszych przepisów obejmujące zakres uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi o specjalności w/w oraz posiadającą członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu D do wykonywania pomiarów elektrycznych,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu E do 1KV (eksploatacja, wykonawstwo),
- 1 osobą posiadającą uprawnienie w zakresie wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- 1 osobą z uprawnieniami do instalacji i uruchomienia urządzeń radiologicznych obejmujących swym zakresem dostarczony symulator TK.

Zamawiający, w ramach postępowania dopuszcza łączenie powyższych funkcji.

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy.
3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa paragraf 15.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 10:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 23/07/2020
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie załączników (ofert) https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings, Dział Zamówień Publicznych Beskidzkiego Centrum Onkologii, Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18, w budynku dyrekcji, II piętro, pokój nr 14, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani bez ograniczeń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- Ponadto o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
 - wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
 - wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp;
 - spełnią warunki dodatkowe:
 - zaoferują nie krótszy niż 60-dniowy termin płatności za wykonane zamówienie – załącznik nr 1 do SIWZ,
 - złożą wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ,
 - złożą wypełniony formularz zestawienia oferowanych rozwiązań – zał. nr 1A do SIWZ,
 - zabezpieczą ofertę wadium w formie i na zasadach określonych w SIWZ,
 - przedstawią opisy techniczne w postaci kart katalogowych z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 4 do SIWZ tylko w odniesieniu do oferowanego symulatora komputerowego.
 - Oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
 - oświadczenie w formie jednolitego dokumentu stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 - wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;

- 2.3. wypełniony formularz zestawienia oferowanych rozwiązań – załącznik nr 1A do SIWZ;
- 2.4. dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w rozdziale XVII pkt 1 SIWZ w kwocie 120 000,00 PLN;
- 2.5. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4.2 SIWZ a reprezentującym wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania;
- 2.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III pkt 1.2 oraz pkt 1.3 polegają na zdolnościach innych podmiotów.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w sekcji III należy złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w sekcji III pkt 1.2 oraz pkt 1.3.
4. W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie pkt 1 oraz pkt 4 należy złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, dokumenty i oświadczenia o których mowa w paragrafie 5 pkt 1, 4, 5 oraz 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ, należy złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie opisy techniczne w postaci kart katalogowych z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 4 do SIWZ – tylko w odniesieniu do oferowanego symulatora komputerowego.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

14/04/2020