



SZP-EZP/40/2024

Złotów, dnia 23.02.2024 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **5/ZP/2024**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby SOR Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

### I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Część 1 kardiomonitoring

#### Pytanie nr 20

Załącznik nr 2 do SWZ Część 1 kardiomonitoring

Opis parametrów, pkt. 25.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring niekompatybilne z kardiomonitorami FX 3000 firmy Emtel?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

#### Pytanie nr 21

Część nr 2

Czy Zamawiający miał na myśli na pisać w punkcie 14 „łyżki dziecięce” nakładki pediatryczne na łyżki twarde?

**Odpowiedź:** **Tak**, Zamawiający w punkcie 14 miał na myśli nakładki pediatryczne na łyżki twarde.

#### Pytanie nr 22

Część nr 3

Czy Zamawiający pisać w punkcie 10 „opcjonalnie możliwość doposażenia zestawu o ładowarkę zewnętrzną” miał na myśli zasilacz do ładowarki, która jest wewnątrz urządzenia?

**Odpowiedź:** **Tak**, Zamawiający miał na myśli **zasilacz** do wbudowanej ładowarki.

#### Pytanie nr 23

Część, 2,3,4,5.

Producent w ofercie wliczony ma jeden przegląd techniczny po 12 miesiącach, zatem naliczenie kolejnego przeglądu spowoduje zwiększenie kwoty końcowej .

Czy Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie „wykonywania w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z wytycznymi producenta Sprzętu w tym zakresie), bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 24**

Odnośnie zapisów w SWZ rozdz. XI pkt. 1 ppkt. a) i rozdz. XV pkt. 3 ppkt. 7) prosimy o wyrażenie zgody na złożenie Deklaracji Zgodności „UE”.

Deklaracja Zgodności „UE” jest dokumentem wystawionym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu potwierdzenia zgodności z przepisami zasadniczymi czyli dyrektywami Nowego Podejścia. Wystawienie deklaracji zgodności „UE” pozwala na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób. Oznaczenie CE **umieszczone** na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej i to wystawienie deklaracji zgodności UE pozwala na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**.

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie maksymalnie do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie zmienia** zapisów OPZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 26**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji łóżka wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo opartej na 2 ruchomych kolumnach z gumową osłoną o gładkiej powierzchni, łatwej do dezynfekcji (jak na zdjęciu poniżej); leże podzielone na 4 segmenty (w tym 3 ruchome) wypełnione płytami HPL?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 27**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez zintegrowanego uchwytu na butlę z tlenem montowanego bezpośrednio pod leżem? Oferowane łóżko posiada pokrywę z tworzywa sztucznego wymaganą w pkt. 3 i w niej jest wyprofilowane miejsce na butlę z tlenem.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 28**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozstawu pomiędzy kolumnami o wymiarze zaprojektowanym przez danego producenta (bez konieczności podawania konkretnych cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 29**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dopuszczalnego obciążenia 310 kg z uwagi na pacjentów bariatrycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 30**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej łóżka 2143 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 31**

Czy (w pkt. 8 i 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej łóżka z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 778 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 32**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów materaca (przestrzeni dla pacjenta) o długości 190 cm i szerokości 65 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o długości **190 cm** jednak **nie zmienia** wymagań co do szerokości **76 cm**.

**Pytanie nr 33**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w piąte koło kierunkowe tylko z funkcją jazdy kierunkowej, realizowaną poprzez dociśnięcie koła do podłoża - piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie łóżkiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 34**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi i toczenia z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców oraz osobny system do sterowania funkcją jazdy kierunkowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 35**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie centralnego systemu blokowania kół obsługiwanego z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, dwupozycyjną – jazda swobodna i hamulec; osobna dźwignia do jazdy kierunkowej (5-tego koła)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 36**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznej wykonane ze stali nierdzewnej oraz stali lakierowanej, składanych, o wysokości 32 cm (+/- 1 cm) i długości 138 cm (+/- 1 cm) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią antypoślizgową ułatwiającą prowadzenie łóżka oraz nie rysującą ścian; barierki boczne składane wzdłuż ramy leża w celu zminimalizowania przerw transferowych; na końcu łóżka od strony głowy i nóg zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem służącym jako dodatkowe uchwyty do pchania/ciągnięcia łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 37**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydraulicznej regulacji wysokości leża dostępnej z obu stron za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 60 cm do 92 cm (+/- 1 cm) – mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 38**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu pleców manualnej ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0o do 90o (+/- 2o) nie sprzężonej z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 39**

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie leża łóżka wyposażonego w stały segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelujący ryzyko powstawania odleżyn (nie uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 40**

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie haczyków na worki urologiczne po obu stronach leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 41**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie półki (nie zintegrowanej) na dokumenty medyczne od strony nóg?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 42**

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków odbojowych zabezpieczających wszystkie naroża łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 43**

Prosimy o odstąpienie od parametru opisanego w pkt. 25, gdyż jest on charakterystyczny tylko dla jednego producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 44**

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka bez możliwości mycia ciśnieniowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę zapisów OPZ w powyższym zakresie

**Pytanie nr 45**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materaca piankowego wykonanego z dwóch rodzajów pianek: warstwa dolna - pianka o gęstości 30 kg/m<sup>3</sup>, warstwa wierzchnia - pianka termoaktywna wiskoelastyczna o dużej gęstości 50 kg/m<sup>3</sup>, w pokrowcu z tkaniny wykonanej z poliestru z ognioodporną powłoką poliuretanową zwiększającej wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalnym; pokrowiec wyposażony w kryty zamek umiejscowiony u dołu materaca zapobiegający przedostawaniu się płynów do wnętrza, o grubości 10 cm, niepalny (BS7175 CRIB 5 M1), o udźwigu 310 kg, przeziernego dla promieni RTG, mocowanego na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 46**

Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie teleskopowego, wykonanego ze stali nierdzewnej, składanego wieszaka infuzyjnego 2 częściowego z regulacją wysokości (montaż stały), 2 haki ze stali nierdzewnej, łatwość użycia jedną ręką, max. obciążenie 4 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 47**

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego zwalnianie poręczy bocznych za pomocą mechanizmu umiejscowionego po lewej oraz prawej stronie leża w środkowej części ramy leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 48**

Prosimy o zweryfikowanie zapisów w pkt. 11 (III. Pozostałe wymagania Zamawiającego) czy na pewno dotyczą one łóżek szpitalnych wysokospecjalistycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie zmienia** zapisów OPZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżka szpitalne wysokospecjalistyczne z funkcją transportową, fabrycznie nowe, nie powystawowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych: Szerokość całkowita łóżka z opuszczonymi barierkami 77.5 cm, przy zachowaniu przestrzeni dla pacjenta, długości min.191cm oraz szerokości min.76cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżka szpitalne wysokospecjalistyczne z funkcją transportową, fabrycznie nowe, nie powystawowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych: Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi barierkami 96.5 cm, przy zachowaniu przestrzeni dla pacjenta, długości min.191cm oraz szerokości min.76cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** produkt o powyższych parametrach.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Dyrektor  
Szpitala Powiatowego  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
lek. Artur Bobruk

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/889169>)

2. a/a

Sporządziła: Paulina Trojanowska – starszy referent Sekcji Infrastruktury i Logistyki,  
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl