

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestaw do trudnej intubacji– 2 komplety.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
1.	Zestaw do trudnej intubacji: videolaryngoskop optyczny z kamerą i 3 łyżkami, przeznaczony do intubacji rutynowej oraz trudnej dzieci i dorosłych.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego zestawu.	podać	
4.	Zestaw fabrycznie nowy.	TAK	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Kamera 2 M pikseli, rozdzielczość 640x480.	TAK	
7.	Monitor LCD, rozmiar wyświetlacza 3,5”.	TAK	
8.	Funkcja „anty-fog” – zapobiega parowaniu kamery podczas intubacji.	TAK	
9.	Trzy łyżki wielokrotnego użytku typu Macintosh: pediatryczna, dla dorosłych i do trudnej intubacji po 1 szt. z każdego rozmiaru.	TAK	
10.	Zasilanie bateryjne.	TAK	
11.	Ładowarka.	TAK	
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)