

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 komplety.**

**Zadanie A: Zestaw do intubacji dzieci i dorosłych – 2 komplety**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I Laryngoskop</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II Wymagania szczegółowe.</b>			
1.	Zasilanie bateryjne. Źródło zasilania umieszczone w rękojeści. Rękojeść laryngoskopowa światłowodowa. Źródło światła w rękojeści.	TAK	
2.	Rękojeść średniej wielkości (do 30 mm średnicy). Rękojeść kompatybilna ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard zamka).	TAK	
3.	Szeroki zaczep łyżki.	TAK	
4.	Standardowe łyżki światłowodowe typu Macintosh o rozmiarach od 0 do 4 po 1 szt. z każdego rozmiaru.	TAK	
5.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

**Zadanie B: Zestaw do wentylacji niemowląt, dzieci i dorosłych – 2 komplety**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I Worek samorozprężny</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II Wymagania szczegółowe.</b>			
1.	Kompletny worek samorozprężny do wentylacji mechanicznej niemowląt, dzieci i dorosłych.	TAK	
2.	Zawór bezpieczeństwa dwustopniowy: do 20 i do 60 mbar/cmH <sub>2</sub> O.	TAK	

3.	Możliwość podłączenia przewodu tlenowego.	TAK	
4.	Sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134°C.	TAK	
<b>III Wyposażenie dla każdej sztuki.</b>			
1.	Maska wielokrotnego użytku: dla niemowląt o rozmiarach 0 i 1 (po 1 sztuce) dla dzieci o rozmiarach 2 i 3 (po 1 sztuce) dla dorosłych o rozmiarach 4 i 5 (po 1 sztuce)	TAK	
2.	Worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym, (sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134°C.) dla każdej sztuki.	TAK	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)