

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2019.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
5.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry:		
1.	Podgrzewacz przepływowy, praca w systemie suchego ogrzewania.	TAK	
2.	Tryb pracy ciągły.	TAK	
3.	Wydajność min.: 0 – 2000 ml/h.	TAK	
4.	Regulacja temperatury profilu ogrzewającego w zakresie min.: 33 – 43°C, krok co 1°C.	TAK	
5.	Wyświetlacz informujący o pracy systemu.	TAK	
6.	System alarmów wizualnych i dźwiękowych informujących o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze ogrzewania.	TAK	
7.	System wyłączający ogrzewanie po osiągnięciu temperatury krytycznej min.: 43,0°C ±1,0°C.	TAK	
8.	Brak konieczności stosowania dedykowanych do urządzenia materiałów jednorazowego użytku.	TAK	
III.	Wyposażenie:		
1.	Statyw jezdny do zamocowania aparatu lub możliwość mocowania na stojaku do kroplówek.	TAK	
2.	Aparat wyposażony w uchwyt do mocowania na stojaku.	TAK	
3.	Wymienny wielorazowy profil grzewczy przystosowany do ogrzewania drenów o średnicy 4 - 5 mm i o długości min.: 180 cm.	TAK	
IV.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)