

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kapnograf – 2 sztuki.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Kapnograf dedykowany do monitorowania noworodków, dzieci i osób dorosłych.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2018 lub 2019.	podać	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
6.	Zasilanie akumulatorowe na min.: 24 godziny ciągłej pracy i sieciowe.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Parametry i wyposażenie dla każdej sztuki urządzenia:		
1.	Mierzone wartości min.: <ul style="list-style-type: none"> EtCO₂ – końcowo wydechowe stężenie dwutlenku węgla FiCO₂ – wdechowe stężenie dwutlenku węgla RR – częstość oddechów SpO₂ – saturacja PR - puls 	TAK	
2.	Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych jak i niezaintubowanych.	TAK	
3.	Technologia pomiarowa zapewniająca poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji lub zakłóconym sygnale w zakresie 1-100%.	TAK	
4.	Minimalny zakres pomiaru SpO ₂ : 1-100 %. Dokładność pomiaru w zakresie 70-100% nie gorsza niż $\pm 2\%$	TAK	
5.	Minimalny zakres pomiaru tętna: 30-230 bpm.	TAK	
6.	Wyświetlane wartości cyfrowe mierzonych parametrów oraz krzywa pletyzmograficzna.	TAK	
7.	Kolorowy wyświetlacz LCD min.: 4,3”.	TAK	
8.	Wybór grupy wiekowej z menu urządzenia z automatycznym dostosowaniem granic alarmowych.	TAK	
9.	Alarmy wizualne i dźwiękowe.	TAK	
10.	Możliwość ustawienia dolnych i górnych granic alarmowych.	TAK	
11.	Regulacja poziomu głośności alarmu. Przycisk szybkiego czasowego wyciszenia.	TAK	
12.	Pamięć – zapis wartości mierzonych. Trendy tabelaryczne i graficzne do 72 godzin.	TAK	
13.	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora.	TAK	
14.	Kompletne akcesoria wielokrotnego użytku konieczne do monitorowania wszystkich mierzonych parametrów, po 1 komplecie dla noworodków, dla dzieci i dla dorosłych.	TAK	
15.	Zasilacz/ladowarka.	TAK	
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)