

Gorzów Wlkp., 06.03.2024 r.

**Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B
66-400 Gorzów Wlkp.**

OATZP.272.4.2024

Dotyczy: Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego

Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienia treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela poniżej stosownych wyjaśnień:

Pytanie do część 2, pozycja 21:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie probówki niesterylne z PP Autoklawowalne, odporne na temperaturę 121 st. C o pojemności 7 ml i wymiarach 13mm x 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane probówki PP, autoklawowalne, odporne na temp. 121⁰C o pojemności 7ml i wymiarach 13mmx 100mm (część 2, pozycja 21).