

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Inhalatory ultradźwiękowe – 6 szt.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. INFORMACJE OGÓLNE:</b>			
1.	Inhalator ultradźwiękowy medyczny wraz wózkiem na podstawie jezdnej przeznaczony do pracy ciągłej	TAK	
2.	fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
7.	Autoryzowany serwis na terenie Polski.	TAK podać	
8.	Zasilanie 230 V AC 50 Hz.	TAK	
9.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące - parametr punktowany	TAK podać	
10.	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.	TAK	
<b>II. Parametry i wyposażenie</b>			
1.	Prędkości inhalacji 0-4 ml/min	TAK podać	
2.	Rozmiar rozpylanej cząstki 0,5 – 6,0 µm	TAK Podać	
3.	Przepływ powietrza max 20 l/min	TAK Podać	
4.	Pojemność pojemnika na lekarstwo 100-150 ml	TAK podać	
5.	Pojemności pojemnika na wodę 200-300 ml	TAK podać	
6.	Poziom głośności pracy max 36 dB	TAK podać	
7.	Wymiary inhalatora wysokość x szerokość x długość	TAK podać	
8.	Wymiary wózka wysokość x szerokość x długość	TAK podać	
9.	Waga inhalatora w kg	TAK podać	
10.	Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 39 dB przy maksymalnej wydajności.	TAK Podać	
11.	Regulowany czas inhalacji 0 – 99 min	TAK	
12.	Wyposażenie inhalatora maska dla dorosłych, maska dla dzieci, ustnik, filtr, pojemnik na lekarstwo, waży silikonowy do inhalacji, kabel zasilający	TAK Podać ilość	
13.	Waż silikonowy do inhalacji długości min. 90 cm	TAK podać	
14.	Możliwość sterylizacji węża inhalacyjnego w autoklawie parowym	TAK	

III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)