



Znak sprawy: ZP/28/PN/2023

Zabrze, 12.07.2023 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDŹ nr 4 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii na lata 2023-2024 oraz Zakup monitora parametrów hemodynamicznych”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Wózek do generatora z uchwytami z przodu i z tyłu, zaopatrzony w szufladę – 1 sztuka ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Przetworniki piezoelektryczny (o zakresie częstotliwości pracy 36 kHz +/- 1kHz) do użytku ze skalpelami typu pistoletowego o długościach trzonu 17,6cm, 34,9cm oraz 43,5cm i o dwóch rodzajach branczy zakrzywionej i prostej do wyboru w długościach 17,6cm, 34,9cm - 3 sztuki ?

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Przetworniki piezoelektryczny (o zakresie częstotliwości pracy 36 kHz +/- 1kHz) do użytku ze skalpelami typu pistoletowego o długościach trzonu 17,6cm, o dwóch rodzajach branczy zakrzywionej i prostej do wyboru – 1 sztuka ?

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Końcówka noża harmonicznego typu pistoletowego o długości 34,9cm – 122 sztuki ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Końcówka noża harmonicznego typu pistoletowego o długości 43,5cm – 30 sztuk ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 7

Czy Zamawiający dopuści Końcówka noża harmonicznego typu pistoletowego o długości 17,6cm – 15 sztuk ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.



Pytanie nr 7 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 8

Czy Zamawiający dopuści Końcówka noża harmonicznego typu pistoletowego o długości 17,6cm – 5 sztuk ?

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 9

Czy Zamawiający dopuści System posiadający ekran nie dotykowy ?

System nie wymaga dotykania ekranu gdyż wszystkie czynności można wykonać z pola sterylnego.

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 10

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w wersji obrazkowej nie wymagające języka polskiego ?

Instrukcja jest w języku Polskim.

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 6 załącznik nr 6 do SWZ poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Aparat o wymiarach 430x180x475 mm ± 10 mm o max. wadze 12,5 kg ?

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 6 załącznik nr 6 do SWZ poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zmiana nastaw i parametrów za pomocą ekranu dotykowego lub z pola sterylnego ?

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 6 załącznik nr 6 do SWZ poz. 23

Czy Zamawiający dopuści Możliwość aktywacji pęset bipolarnych w trybie mikro z regulacją mocy koagulacji 0,1[W] –40 [W] ?

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ poz. 31

Czy Zamawiający dopuści :

Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem – 10 kompletów:

- z rozpoznawaniem narzędzi,
- z automatycznym doбором właściwego programu do zamykania naczyń;
- długość 360 [mm] +/- 10 [mm],
- średnica trzonu 5 [mm],
- rozproszenie termiczne na sąsiadujące tkanki poniżej 1,5 mm
- zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą
- temperatura szczęk narzędzia poniżej 100° C
- na min. 20 zabiegów, wkład (wykonawca dostarczy wkładów na 50 zabiegów)
- trzon obracany o 360°,
- adapter do przepłukiwania (w zestawie)
- czyścik końcówki roboczej (w zestawie)

końcówka robocza prosta o szerokości końca 3 mm i długości min. 17 mm ?

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytania dotyczy zadania nr 6, a nie jak wskazał Wykonawca zadania nr 5.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 6 załącznik nr 6 do SWZ poz. 33

Czy Zamawiający dopuści Kabel do monopolarnych instrumentów, wtyczka instrumentu "banankowa-gniazdo" 4 mm, wtyk do diatermii 3 bolce , dł. 4,5 m – 10 szt. ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 6 załącznik nr 6 do SWZ poz. 34

Czy Zamawiający dopuści Włącznik nożny, podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA oznaczone dwoma różnymi kolorami, funkcja przełączania między programami, kabel dł. 4m - 1 szt ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 16 dot. zadania nr 6 załącznik nr 6 do SWZ poz. 35

Czy Zamawiający dopuści Kabel elektrody neutralnej, dł. 4,5 m - 1 szt ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 6 załącznik nr 6 do SWZ poz. 37

Czy Zamawiający dopuści Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm wraz z elektrodą, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m., wtyczka płaska 3-bolcowa - 10 szt. ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 18 dot. zadania nr 6 załącznik nr 6 do SWZ poz. 38

Czy Zamawiający dopuści Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona, o powierzchni 110 cm² dla dorosłych i dla dzieci – 100 szt. ?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 19 dot. zapisów § 6 ust.3 wzoru umowy – dotyczy części 1,2,3,4

Czy Zamawiający w § 6, ust. 3, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany elementu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.”

Na zapis następującej treści:

„W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany dokonać nieodpłatnych napraw gwarancyjnych albo wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części po nieskutecznej naprawie z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.”?

Zakres usług opisanych w § 6, ust. 3 poszerza ogólnie określone warunki gwarancji o zużycie eksploatacyjne sprzętu (które w tej samej umowie jest wyłączone zgodnie z zapisem w § 6, ust. 2e), które nie wchodzi w zakres gwarancji. Pozostawienie zapisu w nie zmienionej formie spowoduje zwiększenie wyceny sprzętu.

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów wzoru umowy – patrz Modyfikacja nr 4.

Pytanie nr 20 dot. zapisów § 6 ust.15 wzoru umowy – dotyczy części 1,2,3,4,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

15.Uchybienie terminom określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy innemu **autoryzowanemu** podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody Sądu – wykonanie zastępcze. Zamawiający obciąży Wykonawcę na podstawie noty księgowej z faktury VAT, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21 dot. zapisów § 7 ust.2c wzoru umowy

Czy Zamawiający w § 7, ust. 2c, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii elementu przedmiotu umowy względem terminu określonego w §6 ust. 6 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);”

Na zapis następującej treści:

„za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii elementu przedmiotu umowy względem terminu określonego w §5 ust. 6 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); **W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zapewnienie ciągłości pracy) zapisu, a co za tym idzie kar nie stosuje się.”?**

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów wzoru umowy – patrz Modyfikacja nr 4.

Pytanie nr 22 dot. zapisów § 7 ust.2a wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych oraz modyfikację zapisu na następujący:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości **500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)** brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 23 dot. zapisów § 7 ust.2d wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych oraz modyfikację zapisu na następujący:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

d) za niedopełnienie obowiązków o których mowa w § 6 ust. 12 w wysokości **1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)** za każdy przypadek;

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 24 dot. zapisów § 7 ust.2e wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych oraz modyfikację zapisu na następujący:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

e) za nie wykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów technicznych określonych na podstawie dokumentów o których mowa w § 4 ust 4 lit b i § 6 ust. 10 w wysokości **500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)** za każdy przegląd;

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 2 załącznik nr 6 do SWZ poz. 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pkt. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach: „Średnica zewnętrzna wziernika: 6,1 mm.”?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 3 załącznik nr 6 do SWZ poz. 12

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 pkt. 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach: “zawór ssania demontowany, jednorazowego użytku.”?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 4 załącznik nr 6 do SWZ do SWZ poz. 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 pkt. 7 wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu dostarczenia, „Przyłącze do posiadanej szafy firmy Wassenburg DRY 320 do przechowywanych endoskopów.”?

Z naszej wiedzy wynika, iż na rynku nie ma dostępnych przyłączy do mini sond, kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego szafą.

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w powyższym zakresie – patrz Modyfikacja nr 4

Pytanie nr 28 dot. SWZ Rozdz. 3 pkt. 3.5, Rozdz. 9 pkt. 9.1.3 – Zadanie nr 1, 2, wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedyceznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) w Zadaniu nr 1 tj. np. elementy wyposażenia wózka aparaturowego, oraz w Zadaniu nr 2 pkt. 15 tj. Przyłącze do posiadanej szafy firmy Wassenburg DRY 320 do przechowywanych endoskopów, które nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu, oraz czy wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowym (zał. Nr 1a) dla produktów z różną stawką vat tj. 8% i 23% ?

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 29 dot. rozdz. 9 ust. 9.1 pkt. 9.1.4 SWZ Zadanie 10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedłożenia deklaracji zgodności potwierdzającej zgodność z normą europejską EN 12469:2000, ponieważ nie dotyczy asortymentu z pakietu 10.

Zamawiający informuje, iż odstąpił od powyższego wymogu – patrz Modyfikacja nr 2.

Pytanie nr 30 dot. zadania nr 10 załącznik nr 6 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w Zadaniu numer 10 miał na myśli nazwę asortymentu, jako Napęd ortopedyczny dużej mocy z nasadką typu: sternotom.

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę iż w zestawie powinny znajdować się również inne nasadki – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 5 załącznik nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w zadaniu nr 5 noża harmonicznego o parametrach opisanych poniżej:

	Nóż harmoniczny– 2 sztuki
PARAMETRY OGÓLNE	
1.	Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej zaawansowanej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel

	dotykowy). Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie zarówno w technologii noża harmonicznego jak i energii bipolarnej. (1szt./op.) - 2 szt.
2.	Konektor, umożliwiający podłączenie kompatybilnych przetworników piezoelektrycznych do kompaktowego generatora. (1sz./op.) – 2 sztuki
3.	Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kHz. (1sz./op.) - 4 sztuki
4.	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągle monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznnych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.) – 8 opakowań
5.	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max, Min oraz dwoma przyciskami "Zaawansowana Hemostaza" po obu stronach uchwytu do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągle monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznnych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.)– 1 opakowanie
6.	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza" do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągle monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznnych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezoelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża harmonicznego. (6szt./op.)– 1 opakowanie
7.	System posiadający ekran dotykowy
8.	Polska wersja językowa oprogramowania
GWARANCJA	
9.	Gwarancja min. 24 miesiące

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski