

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP/39/ TP2/2023 ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA
ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI (...) NR POIS.11.03.00-00-0094/22 (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 271566088
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** 3 - go Maja 13-15
- 1.4.2.) Miejscowość:** Zabrze
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 41-800
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL229 - Gliwicki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 32 370 42 41
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zampubli@szpital.zabrze.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpital.zabrze.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00361146
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2023-08-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00354134
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

1. dokumentów zawierających opis oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne lub broszury lub foldery lub katalogi itp. w języku polskim), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
2. wypełnionego formularza parametrów wymaganych (załącznik nr 3 do SWZ) będącego potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach o których mowa w pkt 1. informacje potwierdzające spełnienie wymagań;
3. dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne;
4. wykazu, w którym podane będą potwierdzone przez producenta przedmiotu zamówienia adresy znajdującego się na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej ich autoryzowanego serwisu;

5. protokołu lub raportu z badań akredytowanego laboratorium potwierdzającego, że materac posiada zdolność do obniżania nacisku poziomego poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i poniżej 20 mmHg na minimum 96% powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze 80 kg – dotyczy zadania nr 1 pkt. 60 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
6. protokołu lub raportu z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 potwierdzającego, że materac i pokrowiec odporne są na zapłon – dotyczy zadania nr 1 pkt. 63 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
7. oświadczenia producenta o możliwości odkażania w komorze do dezynfekcji parowej – dotyczy zadania nr 1 pkt. 65 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ.
8. protokołu lub raportu z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 potwierdzającego, że pokrowiec odporny jest na zapłon – dotyczy zadania nr 2 pkt. 83 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
9. protokołu lub raportu z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN1021-1 oraz EN1021-2 potwierdzającego, że materac spełnia normy w zakresie trudno-zapalności – dotyczy zadania nr 2 pkt. 81 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ.

Po zmianie:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

1. dokumentów zawierających opis oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne lub broszury lub foldery lub katalogi itp. w języku polskim), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
2. wypełnionego formularza parametrów wymaganych (załącznik nr 3 do SWZ) będącego potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach o których mowa w pkt 1. informacje potwierdzające spełnienie wymagań;
3. dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne;
4. wykazu, w którym podane będą potwierdzone przez producenta przedmiotu zamówienia adresy znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ich autoryzowanego serwisu;
5. protokołu lub raportu z badań akredytowanego laboratorium potwierdzającego, że materac posiada zdolność do obniżania nacisku poziomego poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i poniżej 20 mmHg na minimum 96% powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze 80 kg – dotyczy zadania nr 1 pkt. 60 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
6. protokołu lub raportu z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 potwierdzającego, że materac i pokrowiec odporne są na zapłon – dotyczy zadania nr 1 pkt. 63 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
7. oświadczenia producenta o możliwości odkażania w komorze do dezynfekcji parowej – dotyczy zadania nr 1 pkt. 65 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ.
8. deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub protokołu lub raportu z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 potwierdzającego, że pokrowiec odporny jest na zapłon – dotyczy zadania nr 2 pkt. 83 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
9. deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub protokołu lub raportu z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN1021-1 oraz EN1021-2 potwierdzającego, że materac spełnia normy w zakresie trudno-zapalności – dotyczy zadania nr 2 pkt. 81 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

1. dokumenty zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne lub broszury lub foldery lub katalogi itp. w języku polskim), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
2. wypełniony formularz parametrów wymaganych (załącznik nr 3 do SWZ) będącego potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach o których mowa w pkt 1. informacje potwierdzające spełnienie wymagań;
3. dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne;
4. wykaz, w którym podane będą potwierdzone przez producenta przedmiotu zamówienia adresy znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ich autoryzowanego serwisu;

5. protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium potwierdzającego, że materac posiada zdolność do obniżania nacisku poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i poniżej 20 mmHg na minimum 96% powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze 80 kg – dotyczy zadania nr 1 pkt. 60 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
6. protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 potwierdzającego, że materac i pokrowiec odporne są na zapłon – dotyczy zadania nr 1 pkt. 63 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
7. oświadczenie producenta o możliwości odkażania w komorze do dezynfekcji parowej – dotyczy zadania nr 1 pkt. 65 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ.
8. protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 potwierdzającego, że pokrowiec odporny jest na zapłon – dotyczy zadania nr 2 pkt. 83 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
9. protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN1021-1 oraz EN1021-2 potwierdzającego, że materac spełnia normy w zakresie trudno-zapalności – dotyczy zadania nr 2 pkt. 81 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ.

Po zmianie:

1. dokumenty zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne lub broszury lub foldery lub katalogi itp. w języku polskim), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
2. wypełniony formularz parametrów wymaganych (załącznik nr 3 do SWZ) będącego potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach o których mowa w pkt 1. informacje potwierdzające spełnienie wymagań;
3. dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne;
4. wykaz, w którym podane będą potwierdzone przez producenta przedmiotu zamówienia adresy znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ich autoryzowanego serwisu;
5. protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium potwierdzającego, że materac posiada zdolność do obniżania nacisku poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i poniżej 20 mmHg na minimum 96% powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze 80 kg – dotyczy zadania nr 1 pkt. 60 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
6. protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 potwierdzającego, że materac i pokrowiec odporne są na zapłon – dotyczy zadania nr 1 pkt. 63 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
7. oświadczenie producenta o możliwości odkażania w komorze do dezynfekcji parowej – dotyczy zadania nr 1 pkt. 65 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ.
8. deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 potwierdzającego, że pokrowiec odporny jest na zapłon – dotyczy zadania nr 2 pkt. 83 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ;
9. deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium zgodnie z normą EN1021-1 oraz EN1021-2 potwierdzającego, że materac spełnia normy w zakresie trudno-zapalności – dotyczy zadania nr 2 pkt. 81 opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 3 do SWZ.