

Dokumentacja projektu pt.: **Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej** - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Oznaczenie sprawy: FK.261.I.1.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(16.05.2023 r.)

W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane produkty, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Lp.	Nazwa produktu	Ilość (szt)	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
1.	Chodzik rehabilitacyjny z siedziskiem	10	Chodzik czterokołowy aluminiowy z siedziskiem i koszykiem na zakupy. Wymagania: <ul style="list-style-type: none">– aluminiowa rama - waga do max. 8,2 kg;– składana konstrukcja;– dopuszczalne obciążenie min. 110 kg;– regulacja wysokości uchwytów do pchania;– przednie koła skrętne;– tylne koła z hamulcami i funkcją blokady podczas postoju;– demontowana barierka oparcia;– kosz na zakupy z możliwością demontażu;– rozkładany podnózek.
2.	Aparat do masażu uciskowego	12	Aparat do prowadzenia zabiegów presoterapii przy użyciu minimum pięciu trybów pracy.

Dokumentacja projektu pt.: *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej* - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Oznaczenie sprawy: FK.261.I.1.2023

			<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja ciśnienia powietrza w mankietach do minimum 200 mmHg; - funkcja awaryjnego odsysania wszystkich komór; - praca dwóch mankietów jednocześnie; - nastaw czasu do min. 60 min.; - aparat współpracuje z 6- komorowymi mankietami na rękę i nogę; - w zestawie mankiet na rękę (1 szt.) i na nogę (2 szt.).
3.	Orbitrek elektromagnetyczny	5	<ul style="list-style-type: none"> - elektromagnetyczny system oporu; - regulacja oporu elektroniczna; - ilość poziomów obciążenia min 16; - maksymalna waga użytkownika min. 150 kg; - koło zamachowe o wadze min 6; - programy treningowe min 12; - kółka transportowe; - stopki poziomujące; - orbitrek posiadający komputer, który mierzy podstawowe parametry - minimum prędkość, czas, dystans, puls.
4.	Rower stacjonarny magnetyczny	7	<ul style="list-style-type: none"> - rodzaj oporu: magnetyczny; - elektroniczna regulacja oporu w zakresie do min 24; - koło zamachowe o wadze min. 9 kilogramów; - komputer rejestrujący min. czas, prędkość, dystans, puls; - regulowane siodełko w pionie i w poziomie; - regulacja kąta nachylenia kierownicy; - maksymalna waga użytkownika min. 150 kg; - kółka transportowe umożliwiające przemieszczanie; - dotykowe sensory umożliwiające pomiar pulsu.

Dokumentacja projektu pt.: *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej* - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Oznaczenie sprawy: FK.261.I.1.2023

5.	Koncentrator tlenu	9	<ul style="list-style-type: none"> - Poziom koncentracji tlenu: min. 90% (z uwzględnieniem ewentualnej tolerancji ujemnej w maksymalnym zakresie - przykładowo 93 % +/- 3%; 95% +/- 5% itp.). - przepływu tlenu: do min. 5,0 l/min. - Poziom Hałasu: ≤ 48 dB(A) - pobór mocy do max. 400 W - zawór bezpieczeństwa (ciśnienia) - koncentrator przystosowany do pracy ciągłej - wbudowane systemy alarmów min. awarii - 4 kółka.
6.	Krzesło sedesowe	5	<ul style="list-style-type: none"> - rama aluminiowa; - regulacja wysokości nóg; - maksymalne obciążenie: min. 120 kg; - wyjmowany pojemnik sanitarny; - gumowe nasadki antypoślizgowe na nóżkach; - podłokietniki; - siedzisko i oparcie wykonane z materiału wodoodpornego.
7.	Czterokołowy skuter inwalidzki	2	<ul style="list-style-type: none"> - pełna amortyzacja; - obrotowy i regulowany fotel; - oparcie z możliwością regulacji; - regulacja kolumny kierowniczej; - komplet lusterek wstecznych; - panel sterujący z regulacją prędkości, wskaźnikiem naładowania baterii, wyłącznikiem świateł, klaksonem; - wyposażony w koszyk;



Dokumentacja projektu pt.: *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej* - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Oznaczenie sprawy: FK.261.I.1.2023

			<ul style="list-style-type: none"> - zagłówek; - oświetlenie LED w tym: kierunkowskazy, STOP; - zderzak przedni i tylny; - ładowarka; - system zapobiegający przewróceniu. - prędkość do min. 10 km/h; - zasięg na jednym naładowaniu min. 30 km; - szerokość całkowita wózka max 70 cm; - długość całkowita wózka max 153,5 cm; - Waga wózka z akumulatorami max. 144 kg; - Maksymalne obciążenie min. 140 kg; - maksymalna przeszkoda do bezpiecznego pokonania min. 5 cm; - Moc min. 450W.
8.	Podnośnik pacjenta kąpielowo-transportowy	3	<ul style="list-style-type: none"> - udźwig min. 175 kg; - wyposażony w kółka z blokadą; - podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny; - możliwość podnoszenia pacjenta z łóżka, z wózka i z pozycji podłogi; - podnośnik sterowany automatycznym pilotem; - podwieszka ze wsparciem głowy wykonana z szybkoschnącego materiału; - regulowany rozstaw podnośnika; - najniższa pozycja ramienia max 77 cm; - najwyższa pozycja ramienia min. 160 cm.