

Poznan, dnia 2021-09-08
Ez/350/40/2021/.....567.....

Wg rozdzielnika
Do uczestników i zaingerowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę staplerów i nici.
Nr postępowania: 40/2021

Niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do SWZ:

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga, aby szwy posiadały kontrolowane rozciąganie i plastyczne odkształcenie węzła i oczekuje, iż parametry te zostaną potwierdzone w dokumencie.

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia z dodatkiem triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga szwu antybakteryjnego z powleczeniem nieścieralnym z dodatkiem triclosanu.

Pakiet nr 3, poz. 2, 3, 8

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga w w/w pozycjach opisanej igły do wyboru: dwuwkłęsia typu PRIME II lub posiadająca 5 krawędzi tnących.

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Tak, dopuści zgodnie z p. 4 Kryteriów dla nici chirurgicznych

Pakiet nr 4, poz. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga w w/w pozycjach opisanej igły odwrotnie tnącej kosmetycznej/ mikro grawerowanej.

Pakiet nr 4, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Tak, dopuści zgodnie z p. 4 Kryteriów dla nici chirurgicznych dla pozycji 2, natomiast dla poz. 1 nie dopuści - zgodnie z p. 4 Kryteriów dla nici chirurgicznych – nitka nie może być krótsza niż w opisie. W poz. 1 Zamawiający wymaga nitki o dł. 100 cm.

Pakiet nr 5, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga w w/w pozycjach opisanej igły do wyboru : dwuwkłęśta typu PRIME II lub posiadająca 5 krawędzi tnących.

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniający, wykonany z polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i wytrzymałości na rozciąganie 75% po 2 tygodniach, 65-70% po 28 dniach i 55-60% po 43 dniach od zastosowania?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający opisał inny rodzaj nici, niż proponowany w pytaniu. Okres wchłaniania opisanego przez Zamawiającego szwu to 60 – 180 dni, a zaproponowany w pytaniu to 180 – 210 dni.

Dotyczy Pakiet nr 2

1. Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 2 Pozycja nr 5 są pakowane przez wytwórcę po 36 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę i zmienia ilość wymaganych sztuk na 72, tak, aby oferent mógł zaoferować pełne opakowania, również jak zakładano dla opakowań po 12 szt.

2. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści nici z igłą 1/2 koła okrągłą podwójną bez mikroostrza, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający może dopuścić podwójną igłę okrągłą – tnącą, w zamian za igłę z mikroostrzem.

Dotyczy Pakiet nr 10

3. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: „Jednorazowy stapler okrężny, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Stapler posiada 2 rzędy zszywek. Rozmiary staplera: 21 mm, 25 mm, 29 mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką. Stapler pakowany jest po 3 sztuki.”?

Odp. Nie, nie dopuści. W/w oferta zawiera tylko 4 z 7 wymaganych przez zamawiającego rozmiarów. Zamawiający wymaga również staplerów o rozmiarach 24, 26 i 31 mm.

Dotyczy SWZ

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie szczegółów dotyczących miejsca dostarczenia próbek.

Odp. Próbkę należy dostarczyć do Apteki Szpitalnej.

-
1. Czy Zamawiający w zad. 1, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Klipsy wykonane z niewchłaniającego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrask- eliminujący nożycowanie; Magazynek, zawierający 6 klipsów, posiada taśmę mocującą do stołu lub ręki. Opakowanie, zawiera 14 magazynków (84 klipsy)?
Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem przeliczenia ilości magazynków – 40 szt. Rozmiar M
 2. Czy Zamawiający w zad. 1, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Klipsy wykonane z niewchłaniającego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się

zatrask- eliminujący nożycowanie; Magazynek, zawierający 6 klipsów, posiada taśmę mocującą do stołu lub ręki. Opakowanie, zawiera 14 magazynków (84 klipsy)?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem przeliczenia ilości magazynków– 200 szt. Rozmiar M 3. Czy Zamawiający w zad. 1, poz.3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsy wykonane z niewchłaniałnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrask- eliminujący nożycowanie; Magazynek, zawierający 6 klipsów, posiada taśmę mocującą do stołu lub ręki. Opakowanie, zawiera 14 magazynków (84 klipsy)?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem przeliczenia ilości magazynków– 200 szt. Rozmiar M/L

4. Czy Zamawiający w zad. 1, poz.4, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsy wykonane z niewchłaniałnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrask- eliminujący nożycowanie; Magazynek, zawierający 6 klipsów, posiada taśmę mocującą do stołu lub ręki. Opakowanie, zawiera 14 magazynków (84 klipsy)?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem przeliczenia ilości magazynków – 40 szt. Rozmiar M/L

5. Czy Zamawiający w zad. 1, poz.5, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsy wykonane z niewchłaniałnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrask- eliminujący nożycowanie; Magazynek, zawierający 6 klipsów, posiada taśmę mocującą do stołu lub ręki. Opakowanie, zawiera 14 magazynków (84 klipsy)?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem przeliczenia ilości magazynków – 40 szt. Rozmiar L

6. Czy Zamawiający w zad. 1, poz.6, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsy wykonane z niewchłaniałnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrask- eliminujący nożycowanie; Magazynek, zawierający 6 klipsów, posiada taśmę mocującą do stołu lub ręki. Opakowanie, zawiera 14 magazynków (84 klipsy)?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem przeliczenia ilości magazynków – 80 szt. Rozmiar L

7. Czy Zamawiający w zad. 1, poz.7, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsy wykonane z niewchłaniałnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrask- eliminujący nożycowanie; Magazynek, zawierający 6 klipsów, posiada taśmę mocującą do stołu lub ręki. Opakowanie, zawiera 14 magazynków (84 klipsy)?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem przeliczenia ilości magazynków – 40 szt. Rozmiar XL

8. Czy Zamawiający w zad. 1, poz.8, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsy wykonane z niewchłaniałnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrask- eliminujący nożycowanie; Magazynek, zawierający 6 klipsów, posiada taśmę mocującą do stołu lub ręki. Opakowanie, zawiera 14 magazynków (84 klipsy)?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem przeliczenia ilości magazynków – 1200 szt. Rozmiar XL

9. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z

powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 1 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramienno-głowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?
Odp. Dopuszcza nie wymaga.

10. Zwracamy się z prośbą w zad. 1, o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazyńku), która zawiera wszystkie wymagane ustawowo informacje, (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem, że ta część blistra jest samoprzylepna.

11. Czy Zamawiający w zad. 1, poz. 9-11, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oddzielną klipsownicę rozm. M/L, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica 5mm, kodowaną kolorystycznie do koloru zasobnika z klipsami?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem użyczenia na czas trwania umowy 2 klipsownic do klipsów o rozmiarze M oraz 4 klipsownic M/L. Zamawiający posiada już w użyciu własne, opisane w specyfikacji klipsownice i w razie zmiany dostawcy klipsów nie będzie mógł z nich korzystać.

12. Czy Zamawiający w zad. 1, poz. 12-14, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oddzielne klipsownice rozm. L i XL, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica 10mm, kodowane kolorystycznie do koloru zasobnika z klipsami?

Odp. Tak, dopuści, pod warunkiem użyczenia na czas trwania umowy 4 klipsownic rozmiaru L i 4 klipsownic rozmiaru XL. Zamawiający posiada już w użyciu własne opisane w specyfikacji klipsownice i w razie zmiany dostawcy klipsów nie będzie mógł z nich korzystać.

Pytania do pakietu 1

1. Czy w pozycji 2 Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarze M
2. Czy w pozycji 3 Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarze M/L
3. Czy w pozycji 4 Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarze M/L
4. Czy w pozycji 5 Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarze L
5. Czy w pozycji 6 Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarze L
6. Czy w pozycji 7 Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarze XL

Odp. Tak, Zamawiający pod poszczególnymi pozycjami (jak wyżej) opisał klipsy w podanych rozmiarach. Omyłkowo tylko rozmiary te nie zostały wpisane do w/w pozycji.

Pakiet nr 8 Jednorazowe obudowa do staplera elektrycznego wraz z ładunkami endoskopowymi.

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dopuści elektryczny stapler endoskopowy jednorazowy zasilany baterią jednorazową. Stapler rozpoznaje grubość tkanki i przy pomocy koloru diody podpowiada czy dobrany ładunek jest odpowiedni do grubości tkanki. Rękojeść do staplera endoskopowego o długości 6 cm, 16 cm, 26 cm, obrotowa 360°, z możliwością zginania w obie strony nie mniej niż 45°, średnica trzonu 12 mm, dla ładunków 30 mm lub 45 mm lub 60 mm. Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia?

W związku, że stapler w opakowaniu zawiera baterię Wykonawca nie będzie udostępniał Zamawiającemu akcesoriów (obudowy jednorazowej), bo nie są one potrzebne do wykonania zespolenia?

Odp. Tak, dopuści.

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające sześć rzędów tytanowych zszywek o trzech różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm-1,5mm-1,75mm), o długości linii szwów około 60mm (pasujące do uniwersalnej rękojeści. Kompatybilny ze staplerem z pozycji 1?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga ładunku łukowo wygiętego.

Pakiet nr 10 Staplery okrężne

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny, w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32 mm, posiadający 2 rzędy zszywek. Wysokość zszywek dla rozmiaru 21 i 24 mm - 4,5 mm, 26 i 29 mm - 4,8 mm, 32 mm - 5,0 mm, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,4mm do 2,6mm. Opakowanie handlowe 1 szt. Zewnętrzny rząd zszywek położony o 0,2 mm niżej od wewnętrznych, celem zapewnienia lepszego ukrwienia?

Odp. Nie, nie dopuści. W/w oferta zawiera tylko 5 z 7 wymaganych przez zamawiającego rozmiarów. Zamawiający wymaga również staplerów o rozmiarach 25 i 31 mm.

Pakiet nr 11 Staplery okrężne

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i podwójną linią zszywek. Średnica staplera do wyboru: 29mm lub 32mm, wysokość zszywek dla rozmiaru 29mm - 4,8mm, dla rozmiaru 32mm - 5,0mm, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1,6mm do 2,6mm?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga staplera z potrójną, a nie podwójną linią zszywek.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:

a) zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej w terminie części zamówienia łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto części zamówienia niezrealizowanej w terminie;

b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

- 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, określonym w § 9 ust. 2 niniejszej umowy:

- 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Nie, Zamawiający nie widzi konieczności dokonywania zmian w umowie.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Tak, Zamawiający informuje, iż w § 5 dodaje się kolejny ust. nr. 13, o brzmieniu:

„13. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail: faktury@wco.pl lub zgodnie z zapisem w ust. 10 - niniejszego paragrafu - na adres <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>”

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszevska