

Grudziądz, dnia 03.11.2020 r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny  
im. dr. Władysława Biegańskiego  
ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17  
86-300 Grudziądz  
NIP 876-20-08-352, Regon 870298738

## Do wszystkich Wykonawców

ZP-2570/20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu dla Pracowni Hemodynamicznej, sprzętu PTCA (znak sprawy: Z/47/PN/20).

### Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na zapytanie nr 1 udzielonej w dniu 03.11.2020 r. pismo znak: ZP-2549/20

#### Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 26 pompa aktywnie wspomagająca krążenie, implantowana przezskórnie wymaga wykonania przeglądu jednostek sterujących do ww. pomp przez Wykonawcę? Czy Zamawiający pokryje koszty wymagane przeglądu urządzeń raz w roku?

#### Odpowiedź

Zamawiający wymaga pełnosprawnych jednostek sterujących pompami. W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający modyfikuje SIWZ w Załączniku nr 4 w § 2 poprzez dodanie ustępu nr 17, 18, 19 i 20 o następującej treści:

- „17. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu w cenie oferty jednostkę sterującą pompami na cały czas trwania umowy – dotyczy zadania 26.
- 18. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu w cenie oferty urządzenia do badania IVUS na cały czas trwania umowy – dotyczy zadania 23.
- 19. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprawności na swój koszt udostępnionych urządzeń – dotyczy zadań: 21,23,25,26,17.
- 20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych udostępnionych urządzeń bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta – dotyczy zadań: 21,23,25,26,17.”

#### POPRAWNA Odpowiedź

Zamawiający wymaga pełnosprawnych jednostek sterujących pompami. W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający modyfikuje SIWZ w Załączniku nr 4 w § 1 poprzez dodanie ustępu nr 11, 12, 13, 14 o następującej treści:

- „11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu w cenie oferty jednostkę sterującą pompami na cały czas trwania umowy – dotyczy zadania 26.
- 12. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu w cenie oferty urządzenia do badania IVUS na cały czas trwania umowy – dotyczy zadania 23.
- 13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprawności na swój koszt udostępnionych urządzeń – dotyczy zadań: 21,23,25,26,17.
- 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych udostępnionych urządzeń bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta – dotyczy zadań: 21,23,25,26,17.”

SPECJALISTA  
  
mgr Alina Pieniak

  
DYREKTOR  
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu  
Maciej Rychlik