

PZP.262.18.2024.6.RZM

Olsztyn, 17.07.2024 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA WODOMIERZY STATYCZNYCH z zintegrowanym modułem radiowym wraz z licencją do oprogramowania oraz kołnierzowych, suchobieżnych, śrubowych z odczytem wskazań z podziałem na 4 zadania**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:

Dotyczy ZADANIA I – wodomierze statyczne do pomiaru wody zimnej od DN 15 do DN 40 z zintegrowanym modułem radiowym Wireless M-Bus wraz z licencją do oprogramowania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dla Zadania I wzoru wodomierza DN15 L=110 mm lub DN20 L=130 mm (lub obu) zamiast wodomierza DN25 L=260 mm? Nie posiadamy aktualnie na magazynie wodomierzy o średnicy DN25, zamówiliśmy w dziale produkcji takie, jednak istnieje ryzyko, że nie zdążymy dostarczyć wzoru do Zamawiającego w wymaganym terminie.

[Odpowiedź zamawiającego:](#)

Zamawiający dopuszcza złożenie w ZADANIU I wzór wodomierza DN 20 L=130 mm zamiast wodomierza DN 25 L=260mm. Nie ma potrzeby wysyłania dwóch sztuk wodomierza DN20.