



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448; BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy: 2/ZP/2024
DZP/38/2024

Zgorzelec, dnia 29.01.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Nabywanie przez Zamawiającego fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem, dostawą i szkoleniem pracowników dla WS-SPZOZ w Zgorzelcu.

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

PYTANIE NR 1. Dotyczy urządzenia do przenoszenia pacjenta siedzącego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w hamulce na przednich kołach, wysuwane rączki przednie – wysunięte, udźwig 180 kg, z możliwością umieszczenia nóg pacjenta na ramie noszy, 3 pasy poprzeczne ze stabilizatorem głowy, stałe uchwyty tylne do przenoszenia i prowadzenia krzeselka?.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2. Dotyczy punktu 4 w SWZ – Termin i sposób wykonania zamówienia.

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy z 30 dni od dnia zawarcia umowy do 60 dni od dnia zawarcia umowy ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

PYTANIE NR 3. Dotyczy warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – zał. Nr 2B do SWZ – pkt. 11

Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze z 48 godzin do 72 godzin od jej zgłoszenia ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji.

PYTANIE NR 4. Dotyczy warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – zał. Nr 2B do SWZ – pkt. 15

Czy Zamawiający wydłuży czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia z 48 godzin do 72 godzin w dniach roboczych ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu usunięcia usterki / awarii nie wymagającej wymiany części.

PYTANIE NR 5. Dotyczy pkt. 118 OPZ - Wideolaryngoskop

Czy przy spełnieniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści ofertę na wideolaryngoskop o bardzo zbliżonej wadze 250 gram (monitor 158 gram + tor wizyjny 92 gramy) oraz wymiarach maksymalnych 190 x 60 x 80mm? (wysokość z największą łyżką x głębokość x szerokość ekranu). Przy zastosowaniu mniejszej łyżki jednorazowej urządzenie mieści się w wymaganych wymiarach. Videolaryngoskop jest bardzo lekki, poręczny i solidny, a niewielka różnica wagi jest niewyczuwalna

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 2)

PYTANIE NR 1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności Urządzenia do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiające montaż w pojeździe, Zabija patogeny w powietrzu i na wszystkich odsłoniętych powierzchniach o poniższych parametrach.

- Eliminuje bakterie i wirusy w powietrzu i na powierzchniach
- Stale dezynfekuje wszystkie odsłonięte powierzchnie 24/7
- Działa w trybie ciągłym, bezpieczny dla ludzi

- Różne modele - moc i wydajność dopasowane precyzyjnie do potrzeb
- Bezobsługowa, wygodna eksploatacja
- Zmniejsza zużycie chemikaliów
- Unikalny miks 6 technologii
- Europejski producent, certyfikat CE

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Z poważaniem
Z upoważnienia Dyrektora

Radosław Jabłoński
Zastępca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl