



Toszek, 06.12.2023 r.

dotyczy: *postępowania nr 49/DEG/AS/2023 – Dostawa defibrylatora, aparatu EKG wraz z wyposażeniem, ssaka medycznego w ramach dotacji "Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII" dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz dostawa aparatu EKG z wyposażeniem, skanera do żył w ramach dotacji "Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu XVII w ramach zadań przeciwdziałania narkomanii"*

Zamawiający udostępniła treść zapytań odnośnie treści przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 05.12.2023 r.

Pytanie 1:

Część 1 - DEFIBRYLATOR

Ad. Pkt 61 Stymulacja (opcja rozbudowy)

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia defibrylatora ze stymulacją?

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia defibrylatora z możliwością przyszłej rozbudowy o Stymulację?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia defibrylatora ze stymulacją. Tym samym zmianie ulegną zapisy Specyfikacji Technicznej w zakresie części 1 pkt 61.

Pytanie 2:

Część 1 - DEFIBRYLATOR

Ad. Pkt 68 W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji – 1szt.

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia elektrod w stymulacji/defibrylacji kiedy wymaga defibrylatora z możliwością przyszłej rozbudowy o stymulację?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie rezygnuje z wymogu dostarczenia elektrod w stymulacji/defibrylacji.

Pytanie 3:

Część 1 - DEFIBRYLATOR

Ad. Pkt 69 Pomiar saturacji pacjenta – SpO2 (opcja rozbudowy)

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia defibrylatora z pomiarem saturacji?

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia defibrylatora z możliwością przyszłej rozbudowy o pomiar SpO2?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia defibrylatora z pomiarem saturacji. Tym samym zmianie ulegną zapisy Specyfikacji Technicznej w zakresie części 1 pkt 69.

Pytanie 4:

Część 1 - DEFIBRYLATOR

Ad. Pkt 75. Wyposażenie defibrylatora: czujnik saturacji dla dorosłych – 1 szt.

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia czujnika SpO2 w sytuacji kiedy wymaga defibrylatora z możliwością przyszłej rozbudowy o SpO2?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie rezygnuje z wymogu dostarczenia czujnika SpO2.

Pytanie 5:

Część 1 - DEFIBRYLATOR

Ad. Pkt 76. Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP (opcja rozbudowy)

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia defibrylatora z pomiarem NiBP ?

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia defibrylatora z możliwością przyszłej rozbudowy o pomiar NiBP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia defibrylatora z pomiarem NiBP. Tym samym zmianie ulegną zapisy Specyfikacji Technicznej w zakresie części 1 pkt 76.

Pytanie 6:

Część 1 - DEFIBRYLATOR

Ad. Pkt. Wyposażenie defibrylatora: przewód łączący – 1 szt., mankiet dla osoby dorosłej - 1 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia przewodu łączącego oraz mankieta w sytuacji kiedy wymaga jedynie defibrylatora z możliwością dalszej rozbudowy o pomiar NiBP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie rezygnuje z wymogu dostarczenia przewodu łączącego oraz mankieta .