

Tarnów, dnia 14.03.2024r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.8 .KK. <sup>914</sup> -/24

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Implanty neurochirurgiczne, Stymulatory rdzenia, Zestawy, Zaciski, Klipsy, Zestaw do drenażu - nr spr8 /24**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.03.2024r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1 dot zakresu 29 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki typu Y 5 otworowa, wymiary 20.1 x 9.8 mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie головки śruby, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dot zakresu 29 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki 20 otworowej, wymiary 88.9 x 3.4 mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie головки śruby, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 dot zakresu 29 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podwójnej płytki typu Y 6 otworowa, wymiary 14.3 x 9.8 mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie головки śruby, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 dot zakresu 29 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podwójnej płytki typu Y 6 otworowa, wymiary 18.8 x 9.8 mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie головки śruby, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5 dot zakresu 29 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki do otworu trepanacyjnego, o średnicy 21.4 mm w płytce wyżłobienie na ukrycie головки śruby, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6 dot zakresu 29 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki kształcie siatki o wymiarach 100.0 x 100.0 mm, grubość 0,6mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie головки śruby, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7 dot zakresu 29 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 80 śrubek w sumie, pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym, śr 1,5 mm, dł. 5 mm, pakowane niesterylnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8 dot zakresu 29 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 80 śrubek w sumie, pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym, śr 1,8 mm, dł. 5 mm, pakowane niesterylnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ Platforma zakupowa

3/ A/a

Z-CA DYREKTORA  
DS LECZNICTWA  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza  
SP ZOZ w Tarnowie

*lek. med. Piotr Skrobisz*

*ka*  
DZIAŁ LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Katarzyna Krikiel  
Kierownika  
DZIAŁU LOGISTYKI  
*Janisław Mróz*