



.....
.....

AE/ZP-27-22/24

Tarnów, 15-04-2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę materacy pęcherzykowych z pompką do profilaktyki i leczenia odleżyn - 60 szt. oraz materacy rurowych z pompką do profilaktyki i leczenia odleżyn - 20 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Pkt. 17 Załącznik Nr 4.2 do SWZ-** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie materacy, których przewód zasilający ma długość 200 cm spełniający pozostałe wymagania SWZ. Wykonawca dołączy przedłużacz 2m do każdego materaca.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Pkt. 15 Załącznik Nr 4.2 do SWZ-** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie materaca spełniającego warunki SWZ, którego pompa pracuje w zakresie ciśnienia 20-55 mmHg. Różnica ta, w stosunku do wymogów zamawiającego, nie ma istotnego znaczenia.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Pkt. 16 Załącznik Nr 4.2 do SWZ-** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie materaca spełniającego warunki SWZ, którego pompa pracuje z 10 minutowym czasem cyklu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Pakiecie Nr 2 w pkt.17 Załącznika Nr 4.2 do SWZ.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 materacy rurowych, których pompy pracują w zakresie ciśnienia 20-55 mmHg.

Ad.3

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Pakiecie Nr 2 w pkt.16 Załącznika Nr 4.2 do SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

