



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.82.9.(DT-SERW/120).22-ZO.A.G.

Poznań, dnia 20 grudnia 2022 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych” - nr rejestru: **SZP/DT-SERW/120/22-ZO**

WYJAŚNIENIE TREŚCI WZ NR 3

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 13

Pakiet 5 poz. 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie czujników o długości przewodu 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14

Pakiet 5 poz. 1 i 2 Prosimy o potwierdzenie - zamawiający wymaga czujnika przeznaczonego do podłączenia pod przewód pośredni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga czujnika przeznaczonego do podłączenia do przewodu pośredniego.

Pytanie nr 15

Pakiet 5 poz. 4 i 5 Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający ma na myśli czujnik podłączany pod przewód przedłużający, czy czujnik podłączony bezpośrednio?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga czujnika podłączanego do przewodu pośredniego.

Pytanie nr 16

Pakiet 5 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie czujnika z przewodem o długości 0,9m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 17

Pakiet 5 poz. 11. Prosimy o dopuszczenie przewodu powietrznego o długości 2,5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 18

Pakiet 5 poz. 12 Prosimy o podanie roku produkcji urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rok produkcji urządzenia to 2020 r.

Pytanie nr 19

Czy planują Państwo zmianę terminu składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na dzień **22 grudnia 2022 r. o godz. 9:00.**

Niniejszy dokument stanowi integralną część WZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Dokument podpisany elektronicznie

Opracowała: A. Gotter
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa